



PROTECTION
THROUGH
DETECTION

BG Analytics®

Fungitell STAT® Software

Korisnički priručnik



124 Bernard E. Saint Jean Drive, East Falmouth, MA 02536-4445 SAD
t 888.395.ACC1(2221) • t 508.540.3444 • f 508.540.8680 • www.acciusa.com
Služba za korisnike: custservice@acciusa.com • Tehnička služba: techservice@acciusa.com

CE IVD REF BGA007

Ovaj proizvod je namjenjen samo za in vitro dijagnostičku i profesionalnu upotrebu
Upute za uporabu na vašem jeziku potražite na stranici www.acciusa.com

© Autorska prava zadržana 2025. Associates of Cape Cod, Inc. — tvrtka iz Seikagaku grupe. Sva prava pridržana. G_1867-hr Rev5 2025-04-11

Ovaj dokument pripremljen je za korištenje od strane kupaca i ovlaštenog osoblja tvrtke Associates of Cape Cod, Inc. Informacije sadržane u ovom priručniku su vlasničke. Priručnik se ne smije kopirati, reproducirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke Associates of Cape Cod, Inc.

Ne daju se nikakva komercijalna jamstva bilo koje vrste, ni izričita ni podrazumijevana.

G_1867 Rev. 5

Microsoft®, Microsoft® .NET, registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Windows® i Windows logotip zaštitni su znakovi grupe tvrtki Microsoft.

BG Analytics® i Fungitell STAT® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Associates of Cape Cod, Inc.

PKF08 Inkubacijski kinetički čitač epruveta je PKF08-1, Lab Kinetics LLC.

Contents

1	O korisničkom priručniku BG Analytics®	5
1.1	Namjena	5
1.2	Načelo Postupka	5
1.3	Materijal isporučen sa Softverom.....	6
1.4	Materijali potrebni za korištenje s Fungitell STAT® testom, ali nisu isporučeni	6
1.5	Kompatibilna instrumentacija.....	6
1.6	O sposobljenosti korisnika	7
2	Postavljanje BG Analytics® Softvera	7
2.1	Zahtjevi za računalni hosting BG Analytics®	7
2.2	Zahtjevi za skenere barkoda	7
2.3	Antivirusne informacije.....	7
2.4	Sprječavanje nemamjnog pristupa resursima	7
2.5	Postupak instalacije i ažuriranja.....	8
2.6	Rutinsko pokretanje BG Analytics®	9
2.7	Početni zaslon	10
2.8	Sigurnosno kopiranje i vraćanje baze podataka uz BG Analytics® softver	12
3	Postavljanje sustava	13
3.1	Instalacija instrumenta PKF08.....	13
3.2	Instalacija skenera barkoda (Opcija).....	14
4	Provodenje Fungitell STAT® Assay	14
4.1	Postavljanje testa	14
4.2	Korak inkubacije.....	15
4.3	Pokretanje testa.....	17
5	Analiza podataka	19
5.1	Pristup testnim podacima odmah nakon kompletiranja podataka	19
5.2	Pristup podacima o prethodno dovršenim testovima (povijest ispitivanja).....	19
5.3	Struktura izvješća o rezultatima ispitivanja	20
5.4	Isporuka rezultata ispitivanja.....	21
5.5	Traženje ciljnih informacija	22
6	Čišćenje podataka - cleanup.....	22
7	Tumačenje rezultata.....	22
7.1	Za Standard	22
7.2	Interpretacija rezultata uzorka	24
8	Rješavanje problema	25

8.1 Kinetic inkubacijski čitač epruveta PKF08	25
8.2 Softver BG Analytics®	26
8.3 Pogreške u pripremi standarda i uzorka	27
8.4 QC status nevažeći	28
9 Korišteni simboli	31
10 Povijest revizija	31
11 Reference	31
Dodatak A: Glossary of Terms	32

1 O korisničkom priručniku BG Analytics®

Prije podešenja i korištenja softvera za analizu BG Analytics® β-glukana (koji se u ovom priručniku naziva BG Analytics® ili BGA), pročitajte ovaj korisnički priručnik uključujući **Odjeljak 2. Podešenje softvera BG Analytic®** i **Odjeljak 3. Postavljanje sustava**.

1.1 Namjena

BG Analytics® namijenjen je za upotrebu s *in vitro* dijagnostičkim Fungitell STAT® testom koji omogućuje kvalitativno mjerjenje (1-3)-β-D-glukana u serumu bolesnika sa simptomima invazivne gljivične infekcije ili s medicinskim stanjima koja ih čine sklonima takvoj infekciji (kataloški broj Associates of Cape Cod Inc. (ACC) FT007). Serumska koncentracija (1→3)-β-D-glukana, glavne komponente stanične stijenke raznih medicinski važnih gljivica, može se koristiti kao pomoć u dijagnozi duboko ukorijenjenih mikroza i fungemija. Test se temelji na modifikaciji puta *Limulus Amebocyte Lysate* (LAL). Za više informacija, molimo pogledajte Fungitell STAT® Upute za uporabu (PN002603).

Softver prikuplja i obrađuje podatke iz Lab Kinetics inkubacijski čitač s 8 jažica (koji se u ovom priručniku naziva instrumentom PKF08 ili PKF08), pohranjuje informacije u bazu podataka i proizvodi izvješća o rezultatima uzoraka. Ovaj proizvod je namjenjen samo za *in vitro* dijagnostičku i profesionalnu upotrebu.

Upotreba Fungitell STAT® testa instrumentom PKF08 i softverom BG Analytics®:

- Fungitell STAT® test dolazi s deset (10) STAT bočica reagensa (koji se nazivaju STAT RGT) i pet (5) STAT standardnih bočica (koji se nazivaju STAT STD).
- Instrument PKF08 ima ukupno osam (8) jažica: prva jažica na instrumentu označena je kao **Standardna** i određena je posebno za STAT STD; sedam preostalih jažica, označenih brojevima od 1 do 7, namijenjeno je uzorcima pacijenata.
- Potrebno je da svaki test uključuje jedan STAT STD, na temelju Uputa za uporabu za Fungitell STAT®.

Sljedeći materijali isporučeni sa svakim proizvodom dovoljni su za ukupno 10 reakcija (na temelju 10 epruveta Fungitell STAT® reagensa). Svaki proizvod također sadrži 5 Fungitell STAT® epruveta standarda.

Jedan komplet Fungitell STAT® može podržati testiranje pet (5) do osam (8) uzoraka pacijenata, ovisno o konfiguraciji testova:

- 5 uzoraka pacijenata u 5 ciklusa
- Do 8 uzoraka pacijenata tijekom dva ciklusa (ostaju tri STAT STD bočice neiskorištene).

1.2 Načelo Postupka

(1→3)-β-D-glukan aktivira faktor G, zimogen serinske proteaze. Aktivirani faktor G pretvara neaktivni enzim zgrušavanja u aktivni enzim zgrušavanja, koji zauzvrat cijepa para-nitroanilidni supstrat Boc-Leu-Gly-Arg-pNA, stvarajući kromofor, para-nitroanilin koji apsorbira na 405 nm. Fungitell STAT® kinetički test, opisan u nastavku, temelji se na određivanju brzine povećanja optičke gustoće koju proizvodi pacijentov uzorak.

Ova se stopa uspoređuje sa stopom povećanja optičke gustoće Fungitell STAT® Standarda kako bi se dobila vrijednost indeksa. Vrijednost indeksa uzorka pacijenta kategorički se tumači kao negativan, neodređen ili pozitivan rezultat prema rasponima navedenim u Tablici 1.

Rasponi vrijednosti indeksa Fungitell STAT®	
Rezultat	Indeksna vrijednost
Negativan	≤ 0,74
Neodređen	0,75 – 1,1
Pozitivan	≥ 1,2

Tablica 1. Indeksni rasponi kako je opisano u Fungitell STAT® uputama za upotrebu

Napomena: uz kvalitativne kategoriske rezultate prikazuju se i procijenjene Fungitell® vrijednosti izražene u pg/mL (samo za referencu).

1.3 Materijal isporučen sa Softverom

- BG Analytics® softver zajedno s instrumentom PKF08 dostupan je od strane Associates of Cape Cod, Inc. (kat. br. PKF08-PKG).
- Softver BG Analytics® dostupan je za preuzimanje putem softverskog portala ACC na:
<https://portal.accusa.com>.
 - o Odaberite opciju BG Analytics® Softver
 - o Slijedite korake registracije softvera
 - o Trebat će vam serijski broj vašeg instrumenta PKF08
 - Serijski broj vašeg instrumenta PKF08 nalazi se na naljepnici na stražnjoj ploči instrumenta (počinje s PKF).
 - o Za potvrdu i dovršetak procesa registracije bit će potrebna valjana adresa e-pošte
- BG Analytics® softverski priručnik (G_1867) i BG Analytics® protokol za provjeru sustava (G_1866) dostupni su na više jezika na web stranici ACC-a: www.fungitell.com

1.4 Materijali potrebni za korištenje s Fungitell STAT® testom, ali nisu isporučeni

1. Fungitell STAT® test (kataloški broj FT007)
2. LAL reagens voda* (bočica od 5,5 mL, kataloški br. W0051-10)
3. Alkalna otopina za prethodnu obradu 0,125 M KOH i 0,6 M KCl* (bočica od 2,5 mL, kataloški br. APS51-5)
4. Pipete koje mogu dozirati volumen od 20-200 µL i 100-1000 µL
5. Pipetni nastavci* (250 µL kataloški br. PPT25 i 1000 µL kataloški br. PPT10)
 - Dugi vrhovi pipeta* (20-200 µL, kataloški br. TPT50)
 - Epruvete* za pripremu uzorka pacijenta i spajanje otopine za prethodnu obradu seruma. (12 x 75 mm, kataloški broj TB240-5)
6. Kompatibilni inkubacijski čitač epruveta (37 °C) sposoban za očitavanje na valnim duljinama od 405 nm i 495 nm s rasponom od najmanje 0 – 1,0 apsorbancijskih jedinica. Instrument PFK08 (kao što isporučuje Associates of Cape Cod, Inc. pod kataloškim brojem PKF08-PKG) i softver BGA007 potvrđeni su za upotrebu s Fungitell STAT® testom (pogledajte dolje za više detalja)

* Ovi proizvodi, koje isporučuje Associates of Cape Cod, Inc., certificirani su i ne sadrže ometajuće glukane.

1.5 Kompatibilna instrumentacija

BGA je kompatibilan s automatiziranim instrumentom PKF08 (koji isporučuje Associates of Cape Cod, Inc. pod kataloškim brojem PKF08-PKG). Instrument PKF08 je inkubacijski čitač apsorbancije za epruvete s osam (8) jažica. Svaka jažica se individualno mjeri, započinjući i inkubaciju i prikupljanje podataka odmah nakon umetanja epruvete u jažicu. Instrument PKF08 je dizajniran za korištenje zajedno s epruvetama od borosilikatnog stakla s ravnim dnom 12x65 mm.



Slika 1. Instrument PKF08

Instrument PKF08 može uravnotežiti i zadržati temperaturu od $37\text{ C} \pm 1^\circ\text{C}$ tijekom 10-minutne inkubacije, kao i tijekom prikupljanja podataka. Zajedno sa softverom BG Analytics®, instrument PKF08 očitava optičku gustoću tijekom vremena (kinetičku) na dvije valne duljine: 405 nm (primarna) i 495 nm (sekundarna). Kinetičko vrijeme rada je 40 minuta (2400 sekundi). Prvo očitanje započinje umetanjem epruveta unutar intervala očitavanja od 5 sekundi.

Associates of Cape Cod, Inc. razvili su BG Analytics® protokol za provjeru sustava (G_1866) koji se može koristiti za potvrdu da je sustav koji se sastoji od instrumenta PKF08 i softvera BG Analytics® kalibriran i da točno i pouzdano obavlja tražene funkcije.

1.6 Ospozobljenost korisnika

Svaki korisnik testa treba uspostaviti program kontrole kvalitete kako bi se osigurala stručnost u izvođenju ispitivanja u skladu s propisima koji se primjenjuju na njihovu lokaciju.

2 Postavljanje BG Analytics® Softvera

2.1 Zahtjevi za računalni hosting BG Analytics®

Minimalni zahtjevi sustava opisani su u tablici 2.

Zahtjevi sustava	Vrijednost
Operacijski sustav	Microsoft® Windows® 10 x64, verzija 22H2 ili novija Microsoft® Windows® 11 x64, verzija 22H2 ili novija
Fizička memorija	Minimalno: 4 GB Preporučeno: 8 GB
Prostor na tvrdom disku	Minimalno: 10 GB Preporučeno: 15 GB i više
Komunikacijski priključci	Najmanje jedan (1) slobodan USB priključak (ili dva (2) kada koristite skener barkoda)

Tablica 2: Minimalni zahtjevi sustava za računalni hosting BG Analytics®

Napomena: ACC snažno preporučuje da se ažuriranja sustava Microsoft® Windows redovito izvode kako bi se osigurali najnoviji sigurnosni popravci i kritična ažuriranja.

Dodatni zahtjevi:

- Opći laboratorijski Microsoft® Windows korisnički račun
 - BG Analytics® se instalira lokalno po korisničkom računu. Ako se koristi više Microsoft® Windows korisničkih računa, BGA se mora zasebno instalirati za svaki od njih.
- Povezivanje s pisačem

2.2 Zahtjevi za skenere barkoda

BGA je dizajniran da bude kompatibilan sa bilo kojim skenerom barkoda koji je konfiguriran u načinu rada skenera USB HID za očitavanje barkodova (bilo crtični ili QR kodovi). Na primjer, Honeywell zdravstveni skeneri barkodova s kabelom (npr. Honeywell PN 1950HHD, Honeywell 1950HSR) su kompatibilni. Pogledajte korisnički priručnik skenera barkoda za više informacija o instalaciji, konfiguraciji i odgovarajućoj tehnici skeniranja.

2.3 Antivirusne informacije

Izričito se preporučuje instalirati i koristiti antivirusni softver s najnovijim ažuriranjem na računalu na kojem se nalazi softver BG Analytics®. ACC preporučuje poštivanje vaših lokalnih sigurnosnih pravila laboratorija.

2.4 Sprječavanje nemamernog pristupa resursima

Kako bi sprječio pristup lokalnoj bazi podataka SQLite, ACC preporučuje pridržavanje sigurnosnih pravila lokalnih laboratorijskih mrežnih usluga. BG Analytics® ne sadrži nikakve sigurnosne postavke koje se mogu konfigurirati. BG Analytics® ne otkriva nikakve mrežne usluge.

2.5 Postupak instalacije i ažuriranja

BGA je dostupan za preuzimanje i instalaciju putem digitalnog distribucijskog portala: <https://portal.acciusa.com>.

BGA se obično instalira pod namjenskim Microsoft® Windows korisničkim računom. Također se može instalirati pod namjenskim grupnim Microsoft® Windows računom kako bi se svi rezultati prikupili u jednu bazu podataka.

Nakon instalacije, BGA će automatski instalirati i konfigurirati lokalnu SQLite bazu podataka.


BGA je pakiran korištenjem Microsoftovog MSIX formata pakiranja. Zadana metoda instalacije koristi AppInstaller za pružanje grafičkog slijeda instalacije koji se instalira po korisniku koji je jednostavan za korištenje. Za naprednija okruženja, softver se može instalirati/ažurirati pomoću alata za implementaciju uključujući PowerShell, Microsoft Intune i Microsoft Endpoint Configuration Manager.

Napomena: softver BG Analytics potpisani je digitalnim certifikatom za provjeru integriteta koda i identiteta izdavača. Molimo provjerite potpis i izdavača Associates of Cape Cod, Inc. (CN="Associates of Cape Cod, Inc.", O="Associates of Cape Cod, Inc.", L=East Falmouth, S=Massachusetts, C=US ili CN = Associates of Cape Cod, Inc. O = Associates of Cape Cod, Inc. L = East Falmouth S = Massachusetts C = US SERIALNUMBER = 042541505
2.5.4.15 = Privatna organizacija 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2 = Massachusetts 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 = US) prije instalacije BGA softvera.

Napomena: Počevši od verzije BGA 1.1.21, BGA je potpisani s certifikatom proširene validacije (EV). Ovo mijenja ID izdavača iz 7jsm1jwze3c u 398cxz97z3hx0. Na Microsoft(R) Windows 10, ovo zahtijeva da korisnici koji nadograđuju BGA s verzija starijih od 1.1.21 prvo BGA uklone, a zatim instaliraju noviju verziju. Na Microsoft(R) Windows 11, novije verzije će se instalirati paralelno uz raniju. Za migraciju podataka u novu verziju može se koristiti uvoz baze podataka.

Da biste instalirali softver, slijedite dolje opisane korake:


- Prije instaliranja bilo kojeg softvera napravite sigurnosnu kopiju sustava, uključujući sve BGA baze podataka.
- Dvaput kliknite na program za instalaciju BG Analytics® (.MSIX datoteka).



Slika 2. Instalacijski zaslon BG Analytics®

- Provjerite je li izdavač Associates of Cape Cod, Inc.

3. Kliknite **Instaliraj (Install)** ili **Ažuriraj (Update)** da biste instalirali ili ažurirali softver.
 4. Nakon dovršetka instalacije, BG Analytics® se automatski pokreće.
- Nakon prvog pokretanja, pojavljuje se **Licencni ugovor za krajnje korisnike** softvera **BG Analytics®**. Pregledajte i kliknite **Prihvati (Accept)** za nastavak na **početni (Home)** zaslon.



Slika 3. Zaslon Licencnog ugovora s krajnjim korisnikom softvera BG Analytics®

Napomena: Instalacija i konfiguracija softvera BG Analytics® ne zahtijeva administrativne privilegije.

2.6 Rutinsko pokretanje BG Analytics®

Nakon prvog pokretanja, BGA-u se može rutinski pristupiti na sljedeći način:

1. Idite na **Start** na zaslonu računala (donji lijevi kut zaslona računala).
2. Softveru BG Analytics® se može pristupiti pod **Nedavno dodano** (Recently added) kao i po abecednom redu aplikacija (pod **B**).
 - Da biste stvorili ikonu za lakši pristup, na računalu idite na **Start** i desnom tipkom miša kliknite BG Analytics®. Kliknite **Više (More)** i **Prikvači na programsku traku (Pin to taskbar)**.

Početni zaslon se pojavljuje kao što je prikazano na slici 4.



Slika 4. Početni zaslon BG Analytics®

2.7 Početni zaslon

Gornja traka **početnog** zaslona prikazuje logotip, naziv softvera i instaliranu verziju.

Početni zaslon nudi tri ikone koje opisuju osnovne funkcije softvera kako je opisano u tablici 3.

Ikona	Funkcija
 Start Test	Početak testa (Start Test) – Za pokretanje novog testa
 View Results	Prikaži rezultate (View Results) – za pristup rezultatima pohranjenim u bazi podataka
 Backup	Sigurnosna kopija (Backup) – Za izradu sigurnosne kopije baze podataka

Tablica 3. BG Analytics® ikone i njihove funkcije

⚠️ UPOZORENJE: Prije nastavka na odjeljak 2.7.1 Početak testiranja (Start Test), cijeli sustav (instrument PKF08 i čitač barkoda (opcija)) mora biti instaliran i konfiguriran. Pogledajte Odjeljak 3 Postavljanje sustava (Setting up the System).

2.7.1 Pokreni test

Nakon što kliknete **Pokreni test** (Start Test), s priključenim i uključenim instrumentom PKF08, softver će automatski prikazati status kao **verifikacija instrumenta** (Verifying Instrument) kao što je prikazano na slici 5.



Slika 5. Zaslon instrumenta za provjeru BG Analytics®

Zaslon za verifikaciju instrumenta potvrđuje povezanost s instrumentom PKF08 i odmah prelazi na samotestiranje instrumenta.

Ako veza s instrumentom PKF08 nije potvrđena, samotestiranje instrumenta ne može se pokrenuti. Scenariji koji se mogu pojavit na zaslonu **verifikacija instrumenta** i njihova rješenja sažeti su u Tablici 4.

Informacije o podnožju BGA			BGA obavijest	Rezolucija
PKF S/N	Temperatura	Status		
Prazno	Prazno	Nijedan	Provjerite je li PKF08 povezan i uključen.	Spojite i uključite PKF08
Prikazano	Prazno	Prekinuta veza	Provjerite je li PKF08 povezan i uključen.	Uključite PKF08 (već povezan)
Prikazano	Prikazano	Spojeno	Uklonite sve epruvete prije nego što nastavite sa samotestiranjem	Uklonite sve epruvete prije nego što nastavite sa samotestiranjem
Prikazano	Prikazano	Spojeno	Samotestiranje u tijeku...	Nije potrebna radnja; traje najmanje 30 sekundi

Tablica 4. Scenariji zaslona za provjeru instrumenta BG Analytics®

Dok je u samotestiranju, BGA prikuplja sljedeće podatke najmanje 30 sekundi:

- Očitavanje vrijednosti digitalnog intenziteta (DV) na 405 nm
- DV očitanja na 495 nm
- Temperatura

BGA ocjenjuje dobivene podatke prema potrebnim specifikacijama:

- Ako podaci zadovoljavaju specifikacije, BGA prelazi na zaslon **podešavanje testova** (Test Setup).
- Ako podaci ne zadovoljavaju specifikacije, BGA ne prelazi na zaslon **podešavanje testova** (Test Setup). BGA ostaje na ekranu za **verifikaciju instrumenta** i prikazuje obavijesti koje mogu ukazivati na razlog neispravnosti.

Popis rezultata samotestiranja i BGA obavijesti sažet je u tablici 5.

Obavijest o samotestiranju BGA	Komentar
Visoka očitanja PKF08 DV	Pogledajte Odjeljak 8 Rješavanje problema
Niska očitanja PKF08 DV	Pogledajte Odjeljak 8 Rješavanje problema
PKF08 DV očitanja nestabilna	Pogledajte Odjeljak 8 Rješavanje problema
PKF08 Temperatura je niska	Ostavite dodatno vrijeme za postizanje ravnoteže PKF08
PKF08 Temperatura je visoka	Pogledajte Odjeljak 8 Rješavanje problema
PKF08 Temperatura je nestabilna	Ostavite dodatno vrijeme za postizanje ravnoteže PKF08

Tablica 5. Scenariji izlaza za samotestiranje sustava BG Analytics®

Nakon uspješnog samotestiranja instrumenta, BGA automatski prelazi na zaslon za **podešavanje testova**.

Test Setup

User ID:	<input type="text"/>
Standard Lot:	<input type="text"/> Expiry: <input type="button" value="Select a date"/> 15
Reagent Lot:	<input type="text"/> Expiry: <input type="button" value="Select a date"/> 15
APS Lot:	<input type="text"/>
Water Lot:	<input type="text"/>
Notes:	<input type="text"/>

Sample 1	<input type="text"/>
Sample 2	<input type="text"/>
Sample 3	<input type="text"/>
Sample 4	<input type="text"/>
Sample 5	<input type="text"/>
Sample 6	<input type="text"/>
Sample 7	<input type="text"/>

PKF08-A100030 36.9 °C Connected

Slika 6. Zaslon za podešavanje testa BG Analytics®

Za detaljan opis kako pokrenuti test, prijeđite na **Odjeljak 4 Izvođenje Fungitell STAT® testa** ovog korisničkog priručnika.

2.7.2 Pogledajte rezultate

Nakon što kliknete **Pogledajte rezultate**(View Results), softver će prikazati zaslon **Povijest testiranja** (Test History) kao što je prikazano na slici 7. Za informacije o tome kako koristiti ovu funkciju, pogledajte **odjeljak 5 Analiza podataka** (Data Analysis).

Test History

Search:

Date	Sample	Standard Lot	Reagent Lot	APS Lot	Water Lot	User	Instrument
4/10/2025 1:32:55 PM	3	500011	500010			vwilliams	PKF08-A100030
4/10/2025 1:32:55 PM	2	500011	500010			vwilliams	PKF08-A100030
4/10/2025 1:32:55 PM	1	500011	500010			vwilliams	PKF08-A100030
4/8/2025 2:41:49 PM	2	500011	500010			vwilliams	PKF08-A100030
4/8/2025 2:41:49 PM	1	500011	500010			vwilliams	PKF08-A100030

Slika 7. Zaslon povijesti testiranja BG Analytics®

2.8 Sigurnosno kopiranje i vraćanje baze podataka uz BG Analytics® softver

Upute za sigurnosno kopiranje i vraćanje u nastavku treba pregledati i testirati u skladu s lokalnim zahtjevima i pravilima.

2.8.1 Sigurnosna kopija BGA baze podataka

1. Pokrenite BG Analytics®.
2. Na **početnom** (Home) zaslonu kliknite **Sigurnosna kopija** (Backup).
3. Idite do određenog udaljenog uređaja za pohranu.
4. **Spremite** (Save) ispod zadanog naziva datoteke (bgabackup-GODINA-MJESEC-DAN) kao tip: BGA baza podataka.

5. Kliknite **OK** da potvrdite da je **sigurnosna kopija dovršena** (Backup complete).

2.8.2 Obnavljanje BGA baze podataka

 **UPOZORENJE:** Obnavljanje baze podataka treba obaviti na zasebnom računalu kako bi se spriječio gubitak podataka. Opis u nastavku trebao bi se koristiti samo u ekstremnoj situaciji kada nije dostupno drugo glavno računalo. Ovaj postupak zamjenit će tekuće podatke sigurnosno kopiranim podacima.

1. Zatvorite softver BG Analytics®.

- Idite do mape u kojoj je BGA baza podataka spremljena na glavnem računalu (obično kao i podaci lokalne aplikacije). Na primjer: %LocalAppData%\Packages\BGAnalytics.Package_398cxz97z3hx0\LocalCache\Local.
 - 2. Spremite kopiju sigurnosne kopije baze podataka u lokalnu mapu.
 - 3. Izbrisite trenutnu bazu podataka pod nazivom bganalytics.db.:
 - 4. Preimenujte sigurnosno kopiranu bazu podataka iz, primjerice, bgabackup-GODINA-MJESEC-DAN na bganalytics.db.
 - 5. Pokrenite BG Analytics® i kliknite **Prikaži rezultate**.
 - 6. Baza podataka će sada prikazati vraćene podatke iz sigurnosne kopije.

3 Postavljanje sustava

Ovaj odjeljak opisuje instalaciju instrumenta PKF08 i skenera barkoda. Oboje trebaju biti instalirani prije izvođenja bilo kakvih testova.

3.1 Instalacija instrumenta PKF08

BG Analytics® namijenjen je za korištenje s instrumentom PKF08 koji omogućuje provođenje kinetičkih testova. Za informacije o detaljnim zahtjevima i sigurnoj upotretbi instrumenta PKF08, pogledajte Korisnički priručnik za instrument PKF08 koji je priložen uz instrument. Elektronički primjerak Korisničkog priručnika za instrument PKF08 na engleskom i drugim jezicima može se pronaći na fungitell.com.

Postavite instrument na sljedeći način:

1. Raspakirajte instrument.
2. Postavite PKF08 na ravnu i stabilnu površinu dalje od opreme koja može uzrokovati pretjerane vibracije ili električnu buku (npr. hladnjaci ili centrifuge). Izbjegavajte postavljanje PKF08 na izravnu sunčevu svjetlost ili u prostor s pretjerano jakim svjetlima.
3. Uključite kabel za napajanje u uzemljenu zidnu utičnicu preko isporučenog uređaja za napajanje i spojite na PKF08. Po želji, PKF08 se može spojiti na neprekidno napajanje (UPS).
4. Spojite PKF08 na glavno računalo pomoću priloženog USB komunikacijskog kabela.
5. Pritisnite gumb za napajanje koji se nalazi sa strane instrumenta PKF08. USB komunikacijski upravljački program instalira se automatski.
6. Pustite instrument da se uravnoteži na $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ najmanje 20 minuta prije upotrebe.
7. Operativna upotreba PKF08:
 - Držite poklopac kad god nije u uporabi.
 - Budite oprezni da u jažice ne unesete nikakve ostatke ili čestice.
 - Držite instrument uključenim između dvaju uzastopnih uporaba (tijekom radnog tjedna). Isključite instrument za vikende.

3.2 Instalacija skenera barkoda (Opcija)

BG Analytics® je dizajniran da bude kompatibilan sa skenerima barkoda konfiguiranim u načinu USB HID skenera prodajnih mjesta. Za detaljne informacije o instalaciji i korištenju, pogledajte korisnički priručnik skenera barkoda.

3.2.1 Zahtjevi za skenere barkoda

Podržan je svaki barkod koji se može skenirati odabranim skenerom.

3.2.2 Postavljanje skenera barkoda

Skener bi trebao biti postavljen na sljedeći način:

1. Provjerite je li softver BG Analytics® zatvoren.
2. Slijedite upute za instalaciju koje daje proizvođač skenera barkoda kada instalirate za korištenje s BG Analytics®.
3. Nakon što je skener ispravno instaliran, pokrenite BG Analytics®.
4. Kliknite **Pokreni test** (Start test).
5. Nakon što dođete na zaslon **Podešavanje testa** (Test Setup), skenirajte dostupne barkodove.

6. Važno: Osigurajte da su sve skenirane informacije ispravno prikazane u BG Analytics®.

Napomena: ACC snažno preporučuje da se upotreba svih skenera barkoda (kao instrumenta treće strane) potvrdi u skladu s lokalnim programom kontrole kvalitete i primjenjivim propisima.

Nakon što je cijeli sustav instaliran i verificiran (npr. korištenjem protokola za verifikaciju sustava BG Analytics® (G_1866)), može se provesti Fungitell STAT® test za testiranje uzorka bolesnika.

4 Provođenje Fungitell STAT® Assay

Ovaj odjeljak detaljno opisuje kako koristiti softver BG Analytics® za provođenje Fungitell STAT® testa.

4.1 Postavljanje testa

Pogledajte Fungitell STAT® Upute za uporabu (PN002603) i Fungitell STAT® Quick Visual Guide (PN002617) za detaljan postupak pripreme uzorka bolesnika, STAT STD i STAT RGT.

1. Uključite PKF08 i pustite da se temperira na $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ najmanje 20 minuta
2. Pokrenite BG Analytics®.
3. Kliknite **Pokreni test** (Start test).
4. Na zaslonu za **podešavanje testova** (Test Setup) upotrijebite skener barkoda ili ručno unesite minimalne potrebne podatke (vidi Sliku 8) i dodatne informacije (ako ih ima):

Minimalni potrebnii podaci:

- ID korisnika (nije potrebna korisnička konfiguracija)
- Standard (STAT STD) lot broj i rok trajanja
- Lot broj i rok trajanja reagensa (STAT RGT).

ID uzorka: po testu može se uključiti najmanje jedan (i do sedam (7)) uzorka (svaki uzorak testiran u jednom ponavljanju) koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

ID-ovi uzorka moraju biti jedinstveni i ne smiju biti identični unutar istog testa

- I. ID-jevi uzorka ne smiju se unijeti kao "Standard"

Dodatne informacije:

- Lot broj i rok trajanja alkalne otopine za predtretman (APS).

- Broj serije vode i rok trajanja
- Bilješke

5. Potvrdite točnost unosa prije nego što nastavite na sljedeći korak.

Napomena: BG Analytics® prikazuje obavijest ako je bilo kojem unesenom materijalu istekao rok trajanja (tj. "Upozorenje: rok upotrebe Lota standarda je istekao.").

Kliknite **Pokreni** (Start) za početak 10-minutnog koraka inkubacije.


The screenshot shows the 'Test Setup' interface. On the left, there's a form with fields for User ID (vwills), Standard Lot (123), Reagent Lot (234), APS Lot (345), Water Lot (456), and their respective Expiry dates (2/29/2020). A 'Notes' text area is also present. On the right, a table lists 'Sample 1' through 'Sample 7' with status 'P1'. At the bottom, a green bar displays the instrument ID 'PKF08-A10001', the temperature '36.9 °C', and a 'Connected' status. A large 'Start' button with a right-pointing arrow is located at the bottom right.

Slika 8. Zaslon za postavljanje testa BG Analytics® – primjer ispunjenih informacija

4.2 Korak inkubacije


Slijedite korake opisane u nastavku kako biste izvršili 10-minutni korak inkubacije:

1. Na zaslonu **inkubacije**, jažice su spremne za umetanje epruveta kada je status jažice „Prazno“ („Empty“)(Slika 9). Prva jažica s lijeve strane označena je kao **Standard** i namijenjena je STAT STD boćici, dok su preostale jažice, označene s **1** do **7**, namijenjene uzorcima pacijenata.



Slika 9. BG Analytics® Inkubacijski zaslon


2. Umetnute svaku epruvetu u odgovarajuću jažicu u PKF08 kako biste započeli korak inkubacije (slika 10). Svaka jažica se individualno mjeri.
- Ako je epruveta greškom umetnuta u jažicu bez ID-a uzorka, status jažice se mijenja u "Nevažeći" ("Invalid") i ne pokreće se odbrojavanje timera.
 - Greška se može ispraviti uklanjanjem epruvete iz "Nevažeće" jažice i prijenosom u ispravnu jažicu.



Slika 10. BG Analytics® inkubacijski zaslon sa STAT STD umetnutim u jažicu za standard i jednom (1) epruvetom za uzroke pacijenta umetnutom u jažicu br. 1

Napomena: Inkubacija uzorka s dodatkom APS-a kritičan je korak u Fungitell STAT® proceduri i uvijek treba biti uključena. BG Analytics® dopušta zaobilaznje koraka inkubacije u situacijama kada su sve epruvete inkubirane u nekom drugom uređaju za inkubaciju (npr. inkubacijski toplinski blok). Da biste preskočili korak inkubacije, kliknite Dalje (Next). BGA će prikazati sljedeću obavijest: „Preskočit ćete inkubaciju; ova se radnja ne može poništiti. Želite li nastaviti prikupljati podatke?“. Kliknite Da za nastavak na sljedeći zaslon.

3. Nakon što se status jažice promijeni u "Gotovo inkubiranje" ("Done Incubating"), uklonite epruvetu(e) i premjestite ih u stalak za epruvete.
- Nakon što se sve epruvete uklone, BGA prikazuje obavijest: „Inkubacija je završena“ ("Incubation has finished"). Želite li nastaviti prikupljati podatke?“. Kliknite Da za prelazak na zaslon prikupljanja podataka (Collecting Data). To je obavezno provjeriti prije nego što se prijeđe na prikupljanje podataka.




Slika 11. Nakon 10-minutnog razdoblja inkubacije dostignut je BG Analytics® inkubacijski zaslon

4.3 Pokretanje testa

Slijedite korake opisane u nastavku da biste izvršili test:


1. Na zaslonu prikupljanje podataka (**Collecting Data**), status svake jažice s ID-om uzorka je „Spreman“ („Ready“) (kao što je prikazano na Slici 12).



Slika 12. BG Analytics® Zaslon za prikupljanje podataka, spreman za prikupljanje podataka


2. Umetnите STAT RGT epruvetu koja sadrži STAT STD u jažicu označenu kao **Standard** na PKF08 i u BG Analytics®.
 - i. Neuključivanje STAT STD-a uz svaki test poništiti će cijeli test. Za više informacija pogledajte Tablicu 6 u **Odjeljku 7 Tumačenje rezultata**.
3. Status jažice sa **standardom** mijenja se iz "Spremno" ("Ready") u "Skupljanje" ("Collecting") i mjerač vremena započinje odbrojavanje za 40-minutni test.
 - i. Ako se status jažice ne promjeni, umetanje epruvete nije uspjelo i podaci se neće prikupljati. Za više informacija pogledajte **Odjeljak 8 Rješavanje problema**.
4. Nastavite na isti način sa svim STAT RGT epruvetama koje sadrže uzorak pacijenta (kao što je prikazano na Slici 13).
 - i. Svaka STAT RGT epruveta uzorka mora biti umetnuta u jažicu s odgovarajućim ID-om uzorka. Ako je epruveta uzorka STAT RGT greškom umetnuta u jažicu s netočnim ID-om uzorka, epruveta se može ukloniti i prenijeti u ispravnu jažicu unutar razdoblja odgode od 10 sekundi.
 - ii. Sve epruvete moraju biti umetnute unutar 5 minuta od umetanja prve epruvete. Kada mjerač vremena prve umetnute epruvete dosegne 35:00, status bilo koje jažice s ID-om uzorka, ali bez epruvete, promjenit će se u "Nikad nije umetnuto" ("Never Inserted"). Ovo stanje je terminalno: BGA više neće registrirati umetanje dodatnih epruveta.

- iii. Ako je epruveta uzorka STAT RGT greškom umetnuta u jažicu bez ID-a uzorka (pričinjano kao N/P), status jažice se mijenja u "Nevažeći" ("Invalid") i ne pokreće se odbrojavanje timera. Epruveta se može odmah ukloniti i prenijeti u odgovarajuću jažicu.



Slika 13. BG Analytics® Zaslon za prikupljanje podataka sa STAT STD u standardnoj jažici i jednom (1) epruvetom za uzorak pacijenta u jažici br. 1

5. Osigurajte da je svaka STAT RGT eprueta za uzorak umetnuta u odgovarajuću jažicu; ID uzorka jažice mora odgovarati ID uzorka pacijenta.
6. Dopustite svakoj jažici da prikuplja točke podataka 40 minuta (2400 sekundi) na $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.
 - i. Tijekom **prikupljanja podataka** korisnik ne bi trebao pokušavati zatvoriti BGA softver. Ako korisnik pokuša zatvoriti BGA, prikazat će se obavijest: "Analiza je još uvijek u tijeku ("The Assay is still in process"). Želite li izići?".
7. Prikupljanje podataka će se nakon 40 minuta automatski završiti za svaku jažicu.
8. Po završetku testa u svim jažicama, BGA automatski prelazi na zaslon **Završeno** ("Complete") i prikazuje "Test je završen" ("The test has finished") (kao što je prikazano na slici 14).



Slika 14. Zaslon "Kompletirano" BG Analytics®

Napomena: Ako se Standard ne dovrši do završetka, dobit će Nevažeći status Standarda za test.


5 Analiza podataka

Ovaj odjeljak objašnjava:

- Kako pristupiti završenim testovima
- Struktura izvješća o rezultatima ispitivanja i njihova dostava
- Kako tražiti ciljne informacije

5.1 Pristup testnim podacima odmah nakon kompletiranja podataka

1. Na zaslonu **Završeno** kliknite **Prikaži rezultate (View Results)**.
2. BGA će odmah generirati izvješće o dovršenom testu kao zaslon **BG Analytics® Rezultat testa** (kao što je prikazano na slici 15).



Slika 15. Zaslon Rezultat testa BG Analytics®

3. Za informacije o strukturi izvješća, prijeđite na Odjeljak 5.3 Struktura izvješća o rezultatima ispitivanja.
4. Kliknite **Ispis (Print)** da biste ispisali rezultat testa kao jedan (1) ID uzorka po stranici.

5.2 Pristup podacima o prethodno dovršenim testovima (povijest ispitivanja)

1. Na **početnom** zaslonu kliknite **Prikaži rezultate**.


Date	Sample	Standard Lot	Reagent Lot	APS Lot	Water Lot	User	Instrument
4/10/2025 1:32:55 PM	3	500011	500010			vwills	PKF08-A100030
4/10/2025 1:32:55 PM	2	500011	500010			vwills	PKF08-A100030
4/10/2025 1:32:55 PM	1	500011	500010			vwills	PKF08-A100030
4/8/2025 2:41:49 PM	2	500011	500010			vwills	PKF08-A100030
4/8/2025 2:41:49 PM	1	500011	500010			vwills	PKF08-A100030

Slika 16. Zaslon Povijest testiranja BG Analytics®

2. Na zaslonu Povijest testiranja svaki redak odražava pojedinačne ID-ove uzorka. Ako je sedam (7) uzorka testirano u jednom testu, softver će prikazati sedam (7) pojedinačnih izvještaja o ispitivanju s identičnim datumskim i vremenskim oznakama.
3. Drugi stupac slijeva navodi ID uzorka.
4. Dvaput kliknite redak koji sadrži željeni ID uzorka.
5. Za informacije o strukturi izvješća, prijeđite na Odjeljak 5.3 Struktura izvješća o rezultatima ispitivanja.
6. Kliknite Ispis za ispis rezultata testa kao jedan (1) ID uzorka po stranici.

5.3 Struktura izvješća o rezultatima ispitivanja


BG Analytics® će prikazati izvješće o **rezultatu testa**. Primjer izvješća prikazan je na slici 17.



Slika 17. Izvješće o rezultatima testa BG Analytics® za uzorak s pozitivnim rezultatom

- Izvješće je napravljeno za jedan (1) uzorak po stranici. Izvješće će se sastojati od najviše sedam (7) uzorka (a time i sedam (7) stranica). Svaka stranica izvješća uključuje:
 - Zaglavlje:
 - Na lijevoj strani: datum/vrijeme testiranja, korisnički ID, serijski broj PKF08, verzija softvera, napomene (ako postoje)
 - Na desnoj strani:
 - Brojevi Lota standarda (STAT STD), reagensa (STAT RGT), APS, vode i odgovarajući datumi isteka.
 - Prosječna temperatura zabilježena tijekom ispitivanja.
 - Glavno:
 - ID uzorka
 - Status kontrole kvalitete (QC)
 - Indeks
 - Kategorija uzorka
 - Procijenjena Fungitell® pg/mL (procijenjena vrijednost pg/mL u odnosu na referentni Fungitell® test (katalog br. FT001 tvrtke Associates of Cape Cod Inc. (ACC)) samo kao orijentacijska vrijednost)
 - Indeksni grafikon (*prikazano samo ako je QC status za uzorak valjan*):
 - Vrijednosti indeksa (zaokružene na dvije decimale) ucrtane na grafici log skale:
 - a. Vrijednost indeksa u rasponu od 0,40 do 3,50 bit će označena unutar grafičkog prikaza. Neodređeni indeks bit će označen između 0,75 i 1,15. Primjer uzorka s valjanim QC statusom i pozitivnom vrijednosti indeksa prikazan je na slici 17.
 - b. Vrijednost indeksa koja je izvan raspona od 0,40 do 3,50 bit će označena na bilo kojoj granici grafičkog prikaza s indikatorom koji pokazuje u smjeru vrijednosti.

- Kinetički trag uzorka (*prikazuje se samo ako je QC status za uzorak nevažeći*):
 - Crtano kao Delta OD (405 —495 nm) vs. Vrijeme (s) s Y-interceptom, slope-om i R vrijednostima određenim između 1900 i 2400 sekundi kako bi se omogućila daljnja analiza uzorka (pogledajte **Odjeljak 8** Rješavanje problema za više informacija). Primjer uzorka s valjanim QC statusom i vrijednošću neodređenog indeksa prikazan je na slici 18.
 - Status QC za uzorce koji su nevažeći detaljno je prikazan u tablici 7 (Odjeljak 7.2 Tumačenje rezultata uzorka).



Slika 18. Izvješće o rezultatima testa BG Analytics® za uzorak s nevažećim QC statusom – Kinetički trag

5.4 Isporuka rezultata ispitivanja

Rezultati testa mogu se ispisati ili izvesti. Pogledajte svoju lokalnu politiku kontrole dokumenata i primjenjive propise.

5.4.1 Ispis rezultata ispitivanja

1. Kliknite **Ispis** za izradu tiskane kopije rezultata.
2. Potvrđite **Ispis** na kartici Općenito.
3. Izvješće treba biti tiskano na papiru formata A4 ili Letter.
4. Provjerite jesu li podaci prikazani na zaslonu ispravno ispisani na izvješću.
5. Kada završite, kliknite **Zatvorī**.

5.4.2 Izvoz rezultata ispitivanja

1. Kliknite Izvezi (**Export**) za izvoz sadržaja izvješća kao **BG Analytics® datoteke**.
2. Odaberite mjesto na koje treba spremiti izvezenu datoteku.
3. Unesite **Naziv datoteke**.
4. Kliknite **Spremi**.
5. Provjerite jesu li podaci prikazani u datoteci **BG Analytics® datoteke** ispravno izvezeni.
6. Kada završite, kliknite **Zatvorī**.

5.5 Traženje ciljnih informacija

Koristeći funkciju **pretraživanja**, korisnik može pretraživati unutar lokalne baze podataka na sljedeći način:

- ID uzorka
- Standard (STAT STD) lot broj
- Lot broj reagensa (STAT RGT).
- APS broj serije
- Lot broj vode
- ID korisnika
- Serijski broj instrumenta

Da biste potražili određenu vrijednost:

1. Pokrenite BG Analytics®.
2. Kliknite Prikaži rezultate (View Results).
3. Kliknite na okvir za **pretraživanje** (Search) i unesite vrijednost (npr. ID uzorka).
4. Kliknite **Pronađi** (Find) za prikaz svih rezultata za određeni ID uzorka.
5. Prije izvođenja drugog pretraživanja kliknite **Očisti** (Clear).

Rezultati pretraživanja mogu se sortirati klikom na zaglavje odgovarajućeg stupca.

6 Čišćenje podataka - cleanup

Ovisno o vašim zahtjevima, periodično čišćenje podataka može se izvesti ručno.

To se može učiniti vraćanjem softvera BG Analytics® na tvorničke postavke:

1. Na računalu idite na **Start**.
2. Desnom tipkom miša kliknite **BG Analytics®**.
3. Kliknite **Više** (More) i idite na **postavke aplikacije** (App settings).
4. Kliknite **Reset**.

7 Tumačenje rezultata

Rezultati Fungitell STAT® testa mogu se koristiti kao pomoć u dijagnozi invazivne gljivične infekcije. Za više informacija, molimo pogledajte Fungitell STAT® Upute za uporabu (PN002603).

Kako bi funkcionirao ispravno, prijavljena prosječna temperatura trebala bi biti $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.

Svaki ID uzorka imat će određena tri glavna područja:

1. **QC status:** određuje valjanost standarda i uzorka
2. **Indeks:** može izračunati stopu uzorka u odnosu na stopu standarda
3. **Kategorija uzorka:** tumači rezultat uzorka na temelju QC statusa i vrijednosti indeksa


Procijenjeni Fungitell® pg/mL: može prikazati procijenjenu vrijednost koju dalje Fungitell® pg/mL vrijednosti

BG Analytics® automatski određuje QC status za Standard i sve ID-ove jažica koji predstavljaju uzorke. Status QC prikazuje se u izvješću o rezultatima testa koristeći sljedeću logiku:

7.1 Za Standard

Ako Standard ne zadovoljava barem jedan od kriterija kontrole kvalitete, cijeli test je nevažeći i svi uzorci moraju se ponovno provesti. Za lakše otklanjanje poteškoća, kinetički Trag Standarda prikidan je na slici 19. Crtano kao Delta OD (405 - 495 nm) vs. Vrijeme (ili više vremena) s odsječkom na osi y i R vrijednosti određene između 1900 i 2400 sekundi

Standard - Invalid - Standard Slope Low



Y-Intercept: -0.091 Slope 0.00009 R: 0.999

Slika 19. Izvješće o rezultatima testa BG Analytics® za Standard s nevažećim QC statusom – Kinetički trag

- Svi uzorci uključeni u test bit će prikazani kao:
 - **Status QC:** Nevažeći – Standard s dodatnom obavijesti kao što je prikazano u Tablici 6
 - **Indeks:** Indeks nije izračunat– vrijednost indeksa se ne može izračunati
 - **Kategorija uzorka:** ne može se prijaviti
 - **Procijenjeni Fungitell pg/mL:** pg/mL Nije izračunato

Pogledajte odjeljak 8 Rješavanje problema za više informacija o nevažećim rezultatima.

QC status	Osnovni uzrok
Nevažeće – nedostaju podaci Standarda	Standard ne sadrži dovoljno podataka za procjenu
Nevažeći - koeficijent korelacije Standarda	R vrijednost za linearnu regresiju određivanja slope-a (razine) između 1900 i 2400 sek. za Standard je < 0,980
Nevažeće - slope standarda je nizak	Određivanje razine između 1900 i 2400 sec. za Standard je < 0,00010 OD/sekundi
Nevažeće - slope standarda je visok	Određivanje razine između 1900 i 2400 sec. za Standard je > 0,00024 OD/sekundi
Nevažeće - oblik krivulje standarda	Matematički opis oblika krivulje za Standard ne udovoljava zahtjevima

Tablica 6: Popis nevažećih scenarija statusa QC za standard

- Ako Standard zadovoljava sve kriterije QC, test je valjan i status QC uzorka procijenit će BGA kako je detaljno opisano u odjeljku 7.2 Tumačenje rezultata uzorka.

7.2 Interpretacija rezultata uzorka

- Ako uzorak ne ispuni barem jedan od kriterija QC, BGA prijavljuje rezultat uzorka kao:
 - Status QC:** Nevažeći – dodatna obavijest kao što je prikazano u Tablici 7
 - Indeks:** Indeks nije izračunat **Uzorak kategorije:** Nije za prijavu
 - Procijenjeni Fungitell® pg/mL: pg/mL Nije izračunato

BGA također prikazuje kinetički trag uzorka kako bi pružio dodatni alat za daljnju analizu.

Pogledajte odjeljak 8 Rješavanje problema za više informacija o nevažećim rezultatima.

QC status	Osnovni uzrok
Nevažeći - podaci koji nedostaju	Uzorak ne sadrži dovoljno podataka za procjenu
Nevažeći – OD nije iznad 0 na 500	Kinetički trag uzorka nije bio pozitivan na ili nakon početnih 500 sekundi
Nevažeće - Kraj OD	Kinetički trag uzorka nema prosječni OD > -0,005 na kraju testa (2390 sekundi)
Nevažeći – slope uzorka	Slope između 1900 i 2400 sec. jer uzorak nije brojčano pozitivan
Nevažeći - koeficijent korelacije	R vrijednost za linearnu regresiju određivanja slope-a (razine) između 1900 i 2400 sek. za uzorak je < 0,980
Nevažeće - oblik krivulje	Matematički opis oblika krivulje za uzorak ne udovoljava zahtjevima

Tablica 7: Popis nevažećih scenarija statusa QC za uzorak

- Ako se utvrdi da je status QC uzorka valjan, ali je rezultat uzorka identificiran kao iznad ili ispod raspona, BGA prijavljuje rezultat kao što je prikazano u Tablici 8 (bez grafike indeksa i nema kinetičkog traga za uzorak):

QC status	Indeks	Kategorija uzorka	Interpretacija
Valjano – iznad raspona	Indeks nije izračunat	Pozitivan	Detektiran je (1→3)-β-D-glukan: ovaj rezultat ne definira prisutnost bolesti i treba ga koristiti zajedno s drugim kliničkim nalazima za postavljanje dijagnoze
Valjano – ispod raspona	Indeks nije izračunat	Negativan	(1→3)-β-D-glukan nije otkriven*

Tablica 8: Interpretacija uzorka BG Analytics®

- Ako se utvrdi da je status QC uzorka valjan i izračuna se vrijednost indeksa, BGA prijavljuje rezultate kao što je prikazano u Tablici 9 (pričekana je grafika indeksa, nije prikazan kinetički trag za uzorak):

QC status	Indeks	Kategorija uzorka	Interpretacija
Valjano – u rasponu	$\geq 1,15$	Pozitivan	Detektiran je (1→3)-β-D-glukan: ovaj rezultat ne definira prisutnost bolesti i treba ga koristiti zajedno s drugim kliničkim nalazima za postavljanje dijagnoze
Valjano – u rasponu	$0,74 < \text{Indeks} < 1,15$	Neodređen	Detektiran je (1→3)-β-D-glukan: ovaj rezultat ukazuje na moguću gljivičnu infekciju (preporučuju se dodatno uzorkovanje i testiranje; često uzorkovanje i testiranje poboljšavaju korisnost testa)
Valjano – u rasponu	$\leq 0,74$	Negativan	(1→3)-β-D-glukan nije otkriven*

Tablica 9: Interpretacija uzorka BG Analytics®

*Napomena: Dodatne informacije za uzorce u kojima (1→3)-β-D-glukan nije pronađen: Laboratorij koji provodi ispitivanje trebao bi obavijestiti liječnika naručitelja da sve gljivične infekcije ne rezultiraju povišenim razinama seruma

(1→3)- β -D-glukana. Neke gljivice, kao što je rod *Cryptococcus*^{1,2} proizvode vrlo niske razine (1→3)- β -D-glukana. Za *Mucorales*, kao što su *Absidia*, *Mucor* i *Rhizopus*^{1,3} nema spoznaja da proizvode (1→3)- β -D-glukan. Slično tome, *Blastomyces dermatitidis*, u svojoj fazi kvasca, proizvodi malo (1→3)- β -D-glukana, a pacijenti s blastomikozom obično nemaju detektiranu razinu (1→3)- β -D-glukana u Fungitell STAT^{®4}. Za više informacija, molimo pogledajte Fungitell STAT[®] Upute za uporabu (PN002603).

8 Rješavanje problema

Napomena: Za tehničku pomoć kontaktirajte odjel za tehničke usluge tvrtke Associates of Cape Cod, Inc. putem telefona na 001-800-848-3248 ili putem e-pošte na techservice@acciusa.com (američki tim) ili TechnicalServices@acciuk.co.uk (UK/EU tim).

8.1 Kinetic inkubacijski čitač epruveta PKF08

8.1.1 Nema napajanja

Nema napajanja LCD zaslona ili LED dioda jažica.

- Provjerite je li kabel za napajanje uključen u utičnicu.
- Uključite gumb za napajanje.

Ako se problem nastavi, kontaktirajte odjel tehničke službe.

8.1.2 Zelene LED diode bez umetnutih epruveta

- Prekidač za detekciju epruveta može biti u položaju UKLJUČENO (ON): nekoliko puta izvadite i vratite borosilikatnu epruvetu s ravnim dnom 12x65 mm iz jažice kako biste otpustili prekidač.

Ako se problem nastavi, kontaktirajte odjel tehničke službe.

8.1.3 LED diode svijetle crveno bez umetnutih epruveta

- Prekidač za detekciju epruveta može biti u položaju ISKLJUČENO (OFF): nekoliko puta izvadite i vratite borosilikatnu epruvetu s ravnim dnom 12x65 mm iz jažice kako biste otpustili prekidač.

Ako se problem nastavi, kontaktirajte odjel tehničke službe.

8.1.4 Epruveta se ne može u potpunosti umetnuti u jažicu

Jažice instrumenta PKF08 dizajnirane su tako da odgovaraju borosilikatnim epruvetama s ravnim dnom 12x65 mm u kojima se isporučuju Fungitell STAT[®] STD i RGT. Ako epruveta stane u jažicu samo jednim dijelom, ne do kraja, jažica možda sadržava strani materijal.

 **UPOZORENJE:** Za uklanjanje ostataka iz jažice instrumenta PKF08 nikada se ne smije koristiti komprimirani zrak. To može rezultirati krhotinama koje se zadržavaju unutar svjetlosnog puta i tako oštećuju elektroniku jažice.

- Isključite PKF08, iskopčajte ga i okrenite naopako kako biste omogućili ispadanje krhotina.
- Pregledajte predmetnu jažicu na krhotine ili razbijeno staklo.
- Jažica se može usisati pomoću mikro-vakuma, dostupnog u trgovinama računalne opreme.

Ako se problem nastavi, kontaktirajte odjel tehničke službe.

8.1.5 Nije moguće umetnuti epruvete u potpunosti u svaku jažicu

Obavezno je svaku epruvetu u potpunosti umetnuti u instrument PKF08 i tijekom inkubacije i tijekom prikupljanja podataka. Mechanizam za detekciju epruveta može se pokrenuti s djelomično umetnutom epruvetom (LED svjetlo jažice promijenit će se iz crvene (bez epruvete) u zeleno (s epruvetom)). Međutim, inkubacija i prikupljanje podataka mogu biti poremećeni i tako rezultirati nevažećim rezultatom standarda i/ili uzorka:

- Neumetanje epruveta u potpunosti tijekom **inkubacije** može dovesti do neadekvatnih uvjeta postupka.
- Neumetanje epruveta u potpunosti tijekom **prikupljanja** podataka može rezultirati neadekvatnim uvjetima reakcije i/ili utjecati na promatranje promjene apsorpcije.

8.1.6 Intenzitet svjetlosti PKF08 je nizak

PKF08 prolazi kroz samotestiranje prije postavljanja novog testa. Detektirani intenzitet svih LED dioda mora biti najmanje 17.000. Ako je intenzitet ispod očekivane vrijednosti, BGA neće nastaviti dalje od samotestiranja. Osigurajte da je poklopac jažice uvijek zatvoren kad se instrument ne koristi, kako biste spriječili nakupljanje ostataka i čestica koje bi mogle uzrokovati optičke smetnje.

Uz pomoć svjetiljke pregledajte unutrašnjost svake jažice kako biste utvrdili ima li kakvih ostataka. Za uklanjanje čestica materijala, isključite instrument i odspojite kabele za napajanje i komunikaciju. Uzmite PKF08 i okrenite ga naopako. Lagano protresite PKF08 kako bi čestice ispalte. Vratite instrument natrag i ponovno ga spojite, zatim ga ponovno uključite i testirajte. Za dodatnu pomoć obratite se odjelu tehničke podrške, ako je potrebno.

8.1.7 Temperatura izvan raspona

PKF08 je opremljen temperaturnim mikročipom prema NIST-u koji detektira temperaturu temperaturnog bloka unutar čitača. Ta se temperatura prenosi u BGA softver i prikazuje u podnožju softvera tijekom aktivne veze s PKF08. Prosječna temperatura tijekom razdoblja prikupljanja podataka također je prikazana u zagлавju Izvješća nakon završetka testa.

Ako je prenesena temperatura izvan $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ nakon 20-minutnog temperiranja, kontaktirajte odjel tehničke službe.

8.1.8 Komunikacija između PKF08 i BG Analytics® je izgubljena dok je testiranje u tijeku

BGA će prijaviti probleme u komunikaciji s PKF08 i pokušat će se ponovno povezati dok je test u tijeku. BGA će postaviti boju pozadine podnožja na crvenu dok je u načinu rada **inkubacije ili prikupljanja podataka** i prikazat će tekstualnu poruku "Disconnected". BGA će prekinuti trenutni postupak analize ako se komunikacija izgubi dulje od 120 sekundi.

Provjerite je li komunikacijski kabel do kraja umetnut u komunikacijski priključak na PKF08. Izbjegavajte fizički kontakt s priključkom s PKF08 nakon instalacije kako biste spriječili olabavljenje komunikacijskog kabla u komunikacijskom priključku.

Ponovno umetnite komunikacijski kabel. Može utjecati na podatke o kojima se izvješćuje, ovisno o vremenu kada je komunikacija izgubljena. Ako se problem riješi u roku od 120 sekundi, BGA će nastaviti prikupljati podatke.

Ako se problem nastavi, kontaktirajte odjel tehničke službe.

8.2 Softver BG Analytics®

8.2.1 Softver se nije uspio pokrenuti

Ovisno o prikazanoj poruci o pogrešci, to može biti posljedica oštećenja lokalne baze podataka tijekom životnog ciklusa softvera. Za pomoć se obratite odjelu tehničke službe.

8.2.2 Podnožje višestrukih zaslona prikazuje: "Disconnected"

Gubitak komunikacije s PKF08 nakon prethodnog povezivanja i uključivanja rezultira u podnožju zaslona za verifikaciju instrumenta, postavljanje testa i prikupljanje podataka prikazuje "Disconnected". Resetirajte instrument tako što ćete ga isključiti i uključiti. Provjerite jesu li oba kraja komunikacijskog kabla umetnuta do kraja. Osim toga, pokušajte s drugim USB priključkom na glavnom računalu ili pokušajte s drugim USB kabelom.

Ako se problem nastavi, kontaktirajte odjel tehničke službe.

8.2.3 Početni zaslon ostaje uključen: "Provjera očitanja PKF08 DV (405 nm)"

Provjerite je li otvorena samo jedna instance softvera BG Analytics®. Zatvorite sve ostale instance. Ponovno pokrenite BGA i pokušajte ponovno pokrenuti samotestiranje.

Ako se problem nastavi, kontaktirajte odjel tehničke službe.

8.2.4 Epruvete nisu otkrivenе u softveru tijekom prikupljanja podataka

LED diode jažica postaju zelene nakon umetanja epruveta, ali ih softver ne prepoznaje.

- Pričekajte do 10 sekundi da softver osvježi podatke na zaslonu.

Ako se problem nastavi, kontaktirajte odjel tehničke službe.

8.2.5 Početni zaslon ili zaslon za postavljanje testa ostaje uključen: "Uklonite sve epruvete"

Epruvete su ostavljene u PKF08: LED žaruljica jažica je zelena kada su epruvete umetnute. Za nastavak uklonite sve epruvete.

8.2.6 Nestanak struje

U slučaju nestanka struje dok je test u tijeku, test će se vjerojatno izgubiti i morat će se ponoviti. Kako biste spriječili gubitak podataka zbog nestanka struje, i instrument PKF08 i glavno računalo trebaju biti spojeni na UPS.

8.2.7 Greška baze podataka SQLite

Ako baza podataka bude u kvaru dok je test u tijeku, analiza se može izgubiti i možda će se morati ponoviti ovisno o tome kada se prilikom testiranja dogodio kvar. Kvar baze podataka može biti uzrokovani nedostatkom prostora na disku. Za bazu podataka treba povremeno **napraviti sigurnosnu kopiju na drugom mjestu kao što je opisano u Odjeljku 3 Postavljanje sustava.**

Za dodatne informacije obratite se odjelu tehničke službe.

8.2.8 Kvar računalnog hardvera

Ako se dogodi kvar računala dok je analiza u tijeku, analiza će biti izgubljena i morat će se ponoviti. Gubitak baze podataka može se spriječiti stvaranjem sigurnosne kopije lokalne baze podataka na drugoj lokaciji kao što je opisano u Odjeljku 3.

Nakon kvara računala, BG Analytics®će možda morati biti ponovno instaliran i verificiran na novom glavnom računalu.

Za dodatnu pomoć obratite se odjelu tehničke službe.

8.3 Pogreške u pripremi standarda i uzoraka

8.3.1 Neispravno postavljanje standarda ili uzoraka u PKF08 u načinu inkubacije

Nema utjecaja na rezultate sve dok su epruvete ispravno označene kako bi se spriječilo miješanje prilikom umetanja u načinu prikupljanja podataka.

8.3.2 Netočan volumen standarda ili uzorka(a) dodan u koraku inkubacije

Upruvete za standard ili epruvete za uzorke treba ukloniti iz instrumenta (nakon **završene inkubacije** ili tijekom **inkubacije**). BGA će prikazati Prazno (**Empty**) za jažicu iz koje je epruveta uklonjena (dok na druge jažice to neće utjecati). Epruvetu treba baciti, a ispitivanje pripravka ponoviti u novoj epruveti. Novu epruvetu zatim treba umetnuti natrag u istu jažicu. BGA će ponovno pokrenuti inkubaciju.

8.3.3 Netočno postavljanje STAT STD u PKF08 u načinu prikupljanja podataka

Imperativ je da se STAT RGT koji sadrži STAT STD stavi u jažicu označenu **Standard** na PKF08. Rezultat STAT STD koristi se za izračunavanje vrijednosti indeksa na temelju koje su uzorci pacijenata kategorizirani po završetku analize Neuspjeh da se STAT RGT koji sadrži STAT STD stavi na mjesto za **standard** jažice na PKF08 ne može identificirati od strane BGA softvera i to će rezultirati netočnom interpretacijom uzorka.



UPOZORENJE: Ako postoji bilo kakva sumnja u rukovanje ili postavljanje STAT RGT-a koji sadrži STAT STD, cijeli test se mora poništiti i ponoviti.

8.3.4 Neispravno postavljanje epruveta za uzorke u PKF08 u načinu prikupljanja podataka

STAT RGT bočice koje sadrže uzorke pacijenata moraju se umetnuti u ispravne jažice PKF08 kako je definirano u BGA na zaslonu za **podešavanje testova** (jažice 1 do 7). Sve epruvete s uzorcima moraju se umetnuti u odgovarajuće jažice unutar 5 minuta od umetanja prve epruvete. Kako bi se izbjegla zabuna, prva umetnuta epruveta treba rutinski biti STAT RGT koja sadrži STAT STD. Kada mjerac vremena prve umetnute epruvete dosegne 35:00, status bilo koje jažice bez epruvete promijenit će se u "Nikad nije umetnuto" ("Never Inserted"). Ovo je terminalno: BGA više neće registrirati umetanje nikakvih dodatnih epruveta.

Ako je epruveta greškom umetnuta u jažicu bez deskriptora, status jažice će se promijeniti u "Neispravan" (**Invalid**) i tajmer se neće pokrenuti. Epruveta se može ukloniti i prenijeti u drugu jažicu s ispravnim deskriptorom.

Ako je epruveta greškom umetnuta u jažicu s netočnim deskriptorom, BGA dopušta razdoblje odgode od 10 sekundi da se epruveta izvuče i prenese u ispravnu jažicu.

8.3.5 Epruveta je uklonjena tijekom prikupljanja podataka

Ako se epruveta izvadi iz jažice s deskriptorom, BGA će prikazati status jažice kao Uklonjeno (**Removed**). Po završetku testa, BGA će pokušati izvršiti izračune ovisno o deskriptoru jažice:

- Za standard: status QC uvijek će biti prijavljen kao nevažeći Standard. Ovo će poništiti test. Standard i svi uzorci morat će se ponovno analizirati.
- Za uzorak: može biti prikazan rezultat ovisno o tome kada je točno epruveta uklonjena i koji su kriteriji QC uočeni. Ako se Uzorak pokaže kao nevažeći, mora se ponovno pokrenuti.

8.4 QC status nevažeći

8.4.1 Nevažeće – nedostaju podaci Standarda

Standardu nedostaju podaci i ne sadrži dovoljno podataka za procjenu. Test je nevažeći: novi standard i uzorak(ci) moraju se ponovno analizirati.

Potencijalni uzroci:

- Bočica STD-a uklonjena je prije završetka testa: tijekom 10 sekundi nakon umetanja nemojte vaditi bočice.
- Komunikacija između PKF08 i BGA prekinuta je tijekom izvođenja analize (pozadinska boja BG podnožja promijenit će se u crvenu, a prikazat će se tekstna poruka "Disconnected"). BGA će prekinuti testiranje ako se komunikacija prekine dulje od 120 sekundi. Provjerite je li USB kabel potpuno umetnut u komunikacijski priključak na PKF08. Izbjegavajte svaki fizički kontakt s priključkom nakon izvorne instalacije kako biste spriječili da se komunikacijski kabel u priključku olabavi. Ako je kabel labav, isključite PKF08, odspojite USB kabel s oba kraja i ponovno ga pravilno umetnите. Zamijenite USB kabel ako je potrebno (standardni AB USB).

8.4.2 Nevažeći - koeficijent korelacije Standarda

Koeficijent korelacije (R) Standarda izračunat iz kinetičkih podataka između 1900 i 2400 sekundi mora biti $\geq 0,980$. Ako je R vrijednost standarda $< 0,980$, test je nevažeći i standard i uzorak(ci) moraju se ponovno testirati u skladu s uputama.

Potencijalni uzroci:

- STAT STD ili RGT su korišteni nakon isteka roka valjanosti nakon rekonstitucije (više od 1 sata): i STD i RGT treba upotrijebiti unutar 1 sata od rekonstitucije.
- Ista bočica STD-a korištena je dva puta: STD treba koristiti samo jednom.
- Dogodile su se fizičke smetnje (posebno tijekom 1900 – 2390 s): spriječite bilo kakve fizičke smetnje (npr. vibracije).

8.4.3 Nevažeće - slope standarda je visok

Slope Standarda izračunat iz kinetičkih podataka između 1900 i 2400 sekundi mora biti u rasponu od $0,00010 - 0,00024$ OD/sekundi. Ako je slope standarda $> 0,00024$ OD/sekundi, test je nevažeći i standard i uzorak(ci) moraju se ponovno analizirati.

Potencijalni uzroci:

- Preniska rekonstrukcija STD-a: ključno je pridržavati se volumena za rekonstrukciju LRW-a i APS-a kako je navedeno na STD školjki.
- Sistemska kontaminacija LRW-a ili APS-a: pridržavajte se stroge aseptičke tehničke i za oba reagensa koristite svježe otvorene bočice.

8.4.4 Nevažeće - slope standarda je nizak

Slope Standarda izračunat iz kinetičkih podataka između 1900 i 2400 sekundi mora biti u rasponu od 0,00010 – 0,00024 OD/sekundi. Ako je slope standarda $< 0,00010$ OD/sekundi, test je nevažeći i standard i uzorak(ci) moraju se ponovno analizirati.

Potencijalni uzroci:


- Previsoka rekonstrukcija STD-a: ključno je pridržavati se volumena za rekonstrukciju LRW-a i APS-a kako je navedeno na STD školjki.
- Tehnika pipetiranja tijekom prijenosa STD-a u bočicu s RGT-om: tekućinu treba pipetirati pomoću Toxipetsa i staviti izravno na rekonstituiranu otopinu RGT-a.
- Rukovanje bočicama RGT-a: nakon rekonstitucije, RGT postaje proteinska otopina osjetljiva na fizički stres. Nikada se ne smije previše vrtložiti. Vrijeme i brzina vrtloženja za RGT je 1 – 2 sekunde pri ne više od 2000 okretaja u minuti.
- Prijenos pripremljene bočice s RGT-om u PKF08: bočicu s RGT-om koja sadrži uzorak treba prenijeti u predviđenu jažicu instrumenta PKF08, strogo poštivajući ograničenje od jedne minute od trenutka dodavanja uzorka.

8.4.5 Nevažeće - oblik krivulje standarda

Kinetička krivulja Standarda mora imati rastući oblik u skladu s primjerima na Slici 19. Ako oblik krivulje nije u skladu s navedenim primjerima, test je nevažeći: novi standard i uzorak(ci) moraju se ponovno analizirati.

Potencijalni uzroci:

- STD-om se ne rukuje ispravno, kontaminiran je ili ponovno korišten: osigurajte da sljedeća operativna uporaba STAT STD-a bude u skladu s Uputama za uporabu. Prije svakog mjerjenja, strogo slijedeći tehničke rukovanja i aseptične tehnike, rekonstituirajte novu STD bočicu.
- Kontaminirana bočica LRW-a i/ili APS-a: svakodnevno koristite svježe otvorene bočice svakog LRW i APS-a.



Slika 19. Fungitell STAT® primjeri odgovarajućih oblika kinetičke krivulje

8.4.6 Nevažeći - podaci koji nedostaju

Uzorku nedostaju podaci. To bi najvjerojatnije bilo uzrokovano uklanjanjem epruvete s uzorkom od strane krajnjeg korisnika tijekom faze prikupljanja podataka. Osim toga, može biti uzrokovano gubitkom komunikacije između glavnog računala i PKF08 tijekom faze prikupljanja. U ovom slučaju to također utječe na Standard i stoga bi test bio nevažeći: novi Standard i uzorak(ci) moraju se ponovno pokrenuti nakon ponovnog uspostavljanja komunikacije s čitačem.

Potencijalni uzroci:

- Bočica s uzorkom uklonjena je prije završetka testa: tijekom 10 sekundi nakon umetanja nemojte vaditi bočice.

- Komunikacija između PKF08 i BGA prekinuta je tijekom izvođenja analize (pozadinska boja BG podnožja promjenit će se u crvenu, a prikazat će se tekstna poruka "Disconnected"). BGA će prekinuti testiranje ako se komunikacija prekine dulje od 120 sekundi. Provjerite je li USB kabel potpuno umetnut u komunikacijski priključak na PKF08. Izbjegavajte svaki fizički kontakt s priključkom nakon izvorne instalacije kako biste sprječili da se komunikacijski kabel u priključku olabavi. Ako je kabel labav, isključite PKF08, odspojite USB kabel s oba kraja i ponovno ga pravilno umetnите. Zamjenite USB kabel ako je potrebno (standardni AB USB). U ovom slučaju to također utječe na Standard i stoga bi test bio nevažeći: novi Standard i uzorak(c) moraju se ponovno pokrenuti nakon ponovnog uspostavljanja komunikacije s čitačem.

8.4.7 Nevažeći – OD nije iznad 0 na 500

Kinetički trag uzorka mora biti pozitivan na i nakon prvih 500 sekundi razdoblja prikupljanja. Ako trag nije pozitivan, uzorak je nevažeći i mora se ponovno ispitati. Možda će biti potrebno ponovno uzorkovanje.

Potencijalni uzroci:

- Stanje uzorka (npr. prisutnost interferirajućih tvari, nekompatibilan sastav uzorka, neispravne količine uzorka): moguće je da će biti potrebno ponovno uzorkovanje. Ispravan volumen uzorka je 75 µL.
- STAT RGT je bio nepravilno rekonstituiran, s njim se nepravilno rukovalo ili je kontaminiran: nakon rekonstitucije, RGT postaje proteinska otopina osjetljiva na fizički stres. Nikada se ne smije previše vrtložiti. Vrijeme i brzina vrtloženja za RGT je 1 – 2 sekunde pri ne više od 2000 okretaja u minuti.

8.4.8 Dok je odgovarajući uzorak nevažeći, drugi uzorci uključeni u test se mogu analizirati. Nevažeće - Kraj OD

Kinetička krivulja uzorka mora imati $OD > -0,005$ na kraju faze prikupljanja. Ako je $OD \leq -0,005$, uzorak je nevažeći i mora se ponovno pokrenuti.

Potencijalni uzroci:

- U STAT RGT epruvetu nije dodan bolesnikov uzorak (ili je dodan mali volumen bolesnikovog uzorka): ispravan volumen uzorka je 75 µL.
- Stanje uzorka (prisutnost interferirajućih tvari, prisutnost optičkih artefakata): možda će biti potrebno ponovno uzorkovanje.

Dok je odgovarajući uzorak nevažeći, drugi uzorci uključeni u test se mogu analizirati.

8.4.9 Nevažeći – slope uzorka

Slope uzorka izračunat iz kinetičkih podataka između 1900 i 2400 sekundi mora biti pozitivna vrijednost.

Ako slope nije pozitivan, uzorak je nevažeći i mora se ponovno ispitati. Možda će biti potrebno ponovno uzorkovanje.

Potencijalni uzrok:

Stanje uzorka (prisutnost interferirajućih tvari, prisutnost optičkih artefakata): može biti potrebno ponovno uzorkovanje.

Dok je odgovarajući uzorak nevažeći, drugi uzorci uključeni u test se mogu analizirati.

8.4.10 Nevažeći - koeficijent korelacije

Koeficijent korelacije (R) uzorka izračunat iz kinetičkih podataka između 1900 i 2400 sekundi mora biti $\geq 0,980$.

Ako je R vrijednost uzorka $< 0,980$, uzorak je nevažeći i mora se ponovno pokrenuti. Možda će biti potrebno ponovno uzorkovanje.

Potencijalni uzroci:

- Stanje uzorka (prisutnost interferirajućih tvari, prisutnost optičkih artefakata): može biti potrebno ponovno uzorkovanje.
- Dogodile su se fizičke smetnje (posebno tijekom 1900 – 2390 s): sprječite bilo kakve fizičke smetnje (npr. vibracije).

Dok je odgovarajući uzorak nevažeći, drugi uzorci uključeni u test se mogu analizirati.

8.4.11 Nevažeće - oblik krivulje

Kinetička krivulja uzorka mora imati rastući oblik u skladu s primjerima na Slici 19. Ako oblik kinetičke krivulje nije u skladu s navedenim primjerima, uzorak je nevažeći i mora se ponovno analizirati. Možda će biti potrebno ponovno uzorkovanje.

Potencijalni uzroci:

- Stanje uzorka (prisutnost smetajućih tvari, prisutnost optičkih artefakata, visok pozadinski šum): može biti potrebno ponovno uzorkovanje.
 - Visoka pozadinska buka: možda će biti potrebno ponovno uzorkovanje.
 - Odgođeno umetanje RGT bočice koja sadrži navedeni uzorak u PKF08: umetnute RGT bočicu koja sadrži uzorak u roku od 1 minute nakon dodavanja uzorka.
 - Ponovna upotreba prethodno korištene RGT bočice: uvijek koristite novu RGT bočicu.
- Dok je odgovarajući uzorak nevažeći, drugi uzorci uključeni u test se mogu analizirati.

Napomena: ozbiljan incident koji se dogodio u vezi s uređajem mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima sjedište.

9 Korišteni simboli



Označava usklađenost sa zahtjevima svih primjenjivih direktiva EU



Oprez - pogledajte popratne dokumente



In vitro dijagnostički uređaj



Naziv modela proizvoda



Proizvođač



Ovlašteni predstavnik u EU-u



Uvoznik



Švicarski ovlašteni predstavnik

10 Povijest revizija

Rev 2: Dodani su odjeljci Postupak preuzimanja, Ovlašteni predstavnik, Povijest revizija i Korišteni simboli. Donja granica za kriterij QC: Invalid-End OD QC promijenjena je s $\leq 0,03$ OD na $\leq -0,005$ OD, unutar polja Index Sample "NaN" je promijenjen u "Index Not Calculated". Manja pojašnjenja i oblikovanje.

Rev 3: Izbrisana naziv i adresa ovlaštenog zakonskog predstavnika, europskog ovlaštenog predstavnika.

Rev 4: Ažurirana UK adresa Njemačka. Ažuriranje korištenih simbola. Dodan je MedEnvoy za uvoznika za EU i uklonjen ACC Europe GmbH iz odjeljaka s podacima za kontakt. Korišteni ažurirani simboli. Dodano ime i adresa EC-REP, Švicarski uvoznik i CH-REP.

Rev. 5: Ažuriran logo i referenca na web stranicu ACC-a na www.fungitell.com. Ažurirani su sistemski zahtjevi u Tablici 2 kako bi se uključila opcija Microsoft Windows 11. Dodan je stavak 7. Operativna upotreba PKF08 u odjeljku 3.1 kako bi se naglasila pravilna upotreba i održavanje instrumenta. Ažurirano je izvještavanje o rezultatima kako bi se uključila procijenjena vrijednost Fungitella® pg/mL u odjeljcima 1.2, 5.1, 5.3 i 7 te prikaz kinetičkog traga kada standard ne zadovoljava kriterije kontrole kvalitete na slici 19. Ažuriran Odjeljak 8. Rješavanje problema s novom adresom za UK/EU tim tehničke službe i Odjeljak 8.1.6 PKF08 intenzitet svjetla je nizak. Manje sintaktičke nadogradnje u cijelom tekstu.

11 Reference

¹ Miyazaki, T., Kohno, S., Mitutake, K., Maesaki, S., Tanaka, K-I., Ishikawa, N., and Hara, K. 1995. Plazma (1→3)-β-D-glukan i gljivična antigenemija kod pacijenata s kandidemijom, aspergilozom i kriptokokozom. J. Clinical Microbiol. 33: 3115-3118.

² Binder, U., Maurer, E., and Lass-Florl, C. 2014. Mukormikoza - od patogena do bolesti. Lin. Microbiol. Infect. 20 (Suppl.6): 60-66.

³ Odabasi, Z., Paetznick, V., Rodriguez, J., Chen, E., McGinnis, M., and Ostrosky-Zeichner, L. 2006. Razlike u razinama beta-glukana kulture supernatanata raznih gljiva. Medical Mycology 44: 267-272.

⁴ Girouard, G., Lachance, C., and Pelletier, R. 2007. Opažanja detekcije (1→3)-β-D-glukana kao dijagnostičkog alata u endemskoj mikozi uzrokovanoj gljivicama Histoplasma ili Blastomyces. J. Med. Mycology 56: 1001-1002.


Dodatak A: Glossary of Terms

Ispod je popis pojmljiva i akronima korištenih u ovom dokumentu i značenje svakog od njih.

Pojam	Značenje
DV	Digitalna vrijednost
OD	Optička gustoća
Delta OD	Razlika u OD-u na dvije različite valne duljine (OD 405 nm – OD 495 nm), pri čemu je 405 nm primarna valna duljina, a 495 nm sekundarna valna duljina (koristi se za uklanjanje pozadinske buke).
Stopa	Nagib linearne regresije optičke gustoće u odnosu na vrijeme u sekundama unutar intervala od 1900 do 2400 sekundi.
Koeficijent korelacijske	R vrijednost, definirana kao standardni Pearsonov koeficijent korelacijske odnosne na vrijeme u intervalu od 1900 do 2400 sekundi.
Nagib	U ovoj aplikaciji Slope = stopa
QC	Kriteriji kontrole kvalitete
(1→3)- β -D-glukan	Klasa polisaharida s ponavljajućim jedinicama glukoze. Dio su stanične stjenke gljiva, algi, nekih bakterija i biljaka, gdje doprinose mehaničkoj čvrstoći i integritetu stanične stjenke.
STAT STD	Reakcijska epruveta koja sadrži STANDARD (isporučuje se s Fungitell STAT® kitom)
STAT RGT	Reakcijska epruveta koja sadrži REAGENT (isporučuje se s Fungitell STAT® kitom)
APS	Alkalna otopina za predtretman (APS)

Dodatak B: Izračun vrijednosti indeksa

Područje označeno sivom bojom je područje određivanja slope-a (1900 do 2400 sekundi (s)), crvena linija je primjer uzorka pacijenta, a plava linija je Fungitell STAT® Standard. Slope uzorka (tj. 0,00022 OD/s) podijeljen s nagibom 80 pg/mL Fungitell STAT® standarda (tj. 0,00016 OD/s) dovodi do indeksa od 1,4 za uzorak. Slope i stopa su sinonimi u ovoj aplikaciji



Slika 20. Primjer Fungitell STAT® kinetičkih krivulja i analize podataka

Informacije za kontakt

Sjedište tvrtke

Associates of Cape Cod, Inc.

124 Bernard E. Saint Jean Drive
East Falmouth, MA 02536-4445 SAD
Tel: (888) 395-2221 ili (508) 540-3444
Faks: (508) 540-8680
E-mail: custservice@acciusa.com
www.acciusa.com

Ujedinjeno Kraljevstvo/Europa

Associates of Cape Cod, Intl, Inc.

Jedinica 1 F/G/H Academy Business Park
Lees Road, Knowsley
Liverpool L33 7SA
Ujedinjeno Kraljevstvo
Tel.: (44) 151-547-7444
Faks: (44) 151-547-7400
E-pošta: info@acciuk.co.uk
www.acciuk.co.uk



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nizozemska



MedEnvoy Švicarska
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Švicarska



MedEnvoy Global BV
Prinses Margrietplantsoen 33-
Suite 123 2595 AM Haag
Nizozemska