



BG Analytics®

Systemverifizierungsprotokoll

 BGA007

G_2003 Rev2 2022-01-26



124 Bernard E. Saint Jean Drive • E. Falmouth, MA 02536 USA

Telephone: (508) 540-3444
Toll-Free: (888) 395-2221
Fax: (508) 540-8680
Technical Support: (800) 848-3248
Customer Service: (800) 525-8378

*Dieses Gerät ist nur für die In-Vitro-Diagnose und den professionellen Gebrauch bestimmt.
Eine Gebrauchsanleitung in Ihrer Sprache finden Sie unter www.acciusa.com.*

© Copyright 2022, Associates of Cape Cod, Inc. Alle Rechte vorbehalten. G_2003 Rev.2

Dieses Dokument wurde zur Verwendung durch Kunden und Bevollmächtigte der Associates of Cape Cod, Inc. erstellt. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Das Handbuch darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Associates of Cape Cod, Inc. in keiner Form kopiert, reproduziert, übersetzt oder übertragen werden.

G_2003 Rev.2

Microsoft®, Microsoft® .NET, Windows® 10 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und / oder anderen Ländern.

Windows® und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

BG Analytics® und Fungitell STAT® sind eingetragene Marken von Associates of Cape Cod, Inc.

Lab Kinetics Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten ist ein von Lab Kinetics LLC hergestelltes Gerät.

Inhalt

1	Überblick.....	5
1.1	Zweck	5
2	Systemverifizierungsplan	5
2.1	Umfang	5
2.2	Beschreibung der zu testenden Komponenten	6
2.3	Erforderliche Spezifikationen	8
2.4	Systemverifizierungsplan des Labors	9
2.5	Zuständigkeiten.....	10
2.6	Liste der für die Ausführung dieses Systemüberprüfungsprotokolls erforderlichen Materialien 11	
2.7	Verfahren	13
2.8	Akzeptanzkriterien	14
2.9	Speicherort des ausgefüllten Systemverifizierungsprotokolls.....	14
2.10	Prüfung und Genehmigung	14
3	Installationsqualifizierung des Lab Kinetics Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion	15
3.1	Testlauf Kalibrierungsdokumentation	15
3.2	Lab Kinetics Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion	15
3.3	Testlauf Installation des Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion	16
3.4	Testlauf Auswertung des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion.....	17
3.5	Testlauf Temperaturprüfung des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion	18
3.6	Testlauf Digitale Intensität des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion.....	19
3.7	Prüfung und Genehmigung	20
4	Installationsqualifizierung der BG Analytics®-Software	21
4.1	Installation des BG Analytics®-Software-Testfalls	21
4.2	Testlauf Installation des Barcode-Scanner	22
4.3	Prüfung und Genehmigung	23
5	Betriebsqualifizierung des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten und BG Analytics®-Software	24
5.1	Testlauf Überprüfung der Datenübertragung	24
5.2	Testlauf Überprüfung der Erfassung, Speicherung, Analyse und Ausgabe der Testergebnisse.	25
5.3	Verifizierung des BG Analytics®-Testfalls zum Reporting von Testergebnissen	28
5.4	Testlauf Überprüfung der Datenspeicherung und Suchfunktionen.....	30

5.5	Testlauf Überprüfung Sicherungsfunktion der Datenbank.....	31
5.6	Prüfung und Genehmigung	33
6	Abschließender Überprüfungsbericht.....	34
6.1	Abschließender Überprüfungsbericht.....	34
6.2	Prüfung und Genehmigung	35
7	Anhänge.....	36
7.1	Schulungsnachweise	36
7.2	Objektive Nachweise.....	37
7.3	Zusätzliche Tests	38
7.4	Abweichungsbericht #:.....	39
7.5	Problembhebungsbericht.....	40
7.6	Wartungsdokumentationen	41

1 Überblick

1.1 Zweck

Dieses Systemverifizierungsprotokoll soll bestätigen, dass das System (das aus dem Lab Kinetics Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten und der auf einem Host-Computer installierten BG Analytics®-Software besteht) die erforderlichen Funktionen genau und zuverlässig ausführt. Die einzelnen in diesem Systemverifizierungsprotokoll beschriebenen Testläufe (auch unter der entsprechenden TC-Nummer (Test Case) aufgeführt), zeigen, dokumentieren, bewerten und bestätigen, dass das System wie vorgesehen funktioniert.

Die folgenden Produktabkürzungen werden in diesem Protokoll verwendet:

- **Das PKF08-Gerät** (oder **PKF08**) für den Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten von Lab Kinetics
- **BGA** oder **BG Analytics®** für BG Analytics®-Software
- **Fungitell STAT®** für Fungitell STAT® (1,3)-B-D-Assay zum Nachweis von Glukan

Übersetzte Versionen dieses Systemverifizierungsprotokolls können auf der folgenden Website heruntergeladen werden: www.acciusa.com.

2 Systemverifizierungsplan

2.1 Umfang

Der Umfang des Systemverifizierungsprotokolls für PKF08 und BGA definiert den Prozess, mit dem das PKF08-Gerät und die BG Analytics®-Software für den vorgesehenen Zweck verifiziert werden. Die Erforderlichen Spezifikationen spezifizieren den Zweck und die Funktionen, die für das Gerät und die Software erforderlich sind, wie in den Benutzeranforderungen definiert. Dieses Systemverifizierungsprotokoll sieht vor, dass jede erforderliche Spezifikation anhand der in den Abschnitten Installationsqualifizierung und Funktionsqualifizierung vordefinierten Testläufe getestet werden muss. Jeder ausgeführte Testlauf enthält eine förmliche Aufzeichnung der erwarteten und beobachteten Ergebnisse. Der abschließende Überprüfungsbericht bietet einen Überblick über den Status der ausgeführten Testläufe und dokumentiert formell, ob das System den erforderlichen Spezifikationen entspricht.

Dieses Systemverifizierungsprotokoll ist in die folgenden Abschnitte unterteilt:

- **Abschnitt 3 Installationsqualifizierung des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten** bestätigt, dass das PKF08-Gerät gemäß den Herstellervorgaben installiert wurde und die Funktionsprüfungen ausgeführt und mit den erwarteten Ergebnissen dokumentiert wurden.
- **Abschnitt 4 der BG Analytics®-Software** bestätigt, dass die Software gemäß den Herstellervorgaben installiert wurde und die Funktionsprüfungen ausgeführt und mit den erwarteten Ergebnissen dokumentiert wurden.
- **Abschnitt 5 Betriebsqualifizierung des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten und der BG Analytics®-Software** bestätigt, dass das System innerhalb der festgelegten Grenzen und Toleranzen arbeitet.
- **Abschnitt 6 Abschließender Überprüfungsbericht** bietet einen Überblick über die anwendbaren Testläufe und entsprechenden Ergebnisse sowie die endgültige Entscheidung über den Status des Systems.
- **In Abschnitt 7 Anhänge** befinden sich die Dokumentation des Schulungsnachweises des Testers, objektive Nachweise, zusätzliche Tests, Abweichungsbericht, Problembehebungsbericht und Wartungsdokumentationen.

Partner von Cape Cod, Inc. (ACC) bieten Beratung, Fachwissen und Unterstützung vor Ort bei der Verifizierung des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten und der BG Analytics®-Software. Ein Bevollmächtigter (als Vertreter des Labors) muss feststellen, ob der Geltungsbereich dieses Systemverifizierungsprotokolls den lokalen Anforderungen, Bedürfnissen und Erwartungen entspricht, und kann diesen Systemverifizierungsplan entsprechend

modifizieren. Abschnitt 2.4 Systemüberprüfungsplan des Labors (Tabelle 4) ist für die Planungsdokumentation des Labors vorgesehen, in dem das System dauerhaft installiert werden soll.

Im Falle einer Abweichung im Verfahren, den erwarteten oder beobachteten Ergebnissen innerhalb eines bestimmten Testlaufs wird ein Abweichungsbericht verwendet, um diese Abweichung entsprechend zu dokumentieren. Der Abweichungsbericht sollte Folgendes enthalten: Verweis auf den Testlauf, Berichtskennung, Beschreibung der Abweichung, Untersuchung der Abweichung, Beschreibung der Problembeseitigung und Problembeseitigungskategorie.

Ein fehlgeschlagener Testlauf kann erneut ausgeführt werden, nachdem der Fehler im Abweichungsbericht entsprechend dokumentiert wurde. Ein vorab genehmigter Problembeseitigungsbericht sollte verwendet werden, um das Verfahren für eine erneute Ausführung des Testfalls zu dokumentieren. Der Problembeseitigungsbericht sollte Folgendes enthalten: Verweis auf den Testfall, Fehlerbeschreibung, Abhilfemaßnahmen, erwartete Ergebnisse und beobachtete Ergebnisse.

Auf Anfrage sind elektronische Vorlagen für Abweichungsberichte, Problembeseitigungsberichte, zusätzliche Tests und Wartungsdokumentationen verfügbar.

2.2 Beschreibung der zu testenden Komponenten

Im Rahmen dieses Systemverifizierungsprotokolls werden drei Komponenten getestet.

2.2.1 Lab Kinetics Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion

Das PKF08 ist ein Mikrotiterplatten-Photometer mit Inkubatorfunktion, ausgestattet mit acht (8) Kavitäten. Jede Kavität wird einzeln gemessen und zeitgesteuert, wobei die Datenerfassung unmittelbar nach dem Einsetzen eines Reaktionsgefäßes eingeleitet wird. Das PKF08-Gerät ist konzipiert, um während des 10-minütigen Inkubationsschritts und während der 40-minütigen Testlaufzeit eine Temperatur von $37\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ zu erreichen und halten. Digitale Werte werden bei zwei Wellenlängen erfasst: 405 nm (primär) und 495 nm (sekundär), die vom PKF08-Gerät an einen Computer mit der BG Analytics®-Software übertragen werden. Das PKF08-Gerät ist für Röhrrchen mit einem Durchmesser von 12 mm ausgelegt. Während der Inkubation können 12 x 75 mm Röhrrchen aus depyrogenisiertem Borosilikatglas zur Probenvorbereitung und Vorbehandlung verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Test in 12 x 65 mm Flachbodenröhrrchen durchgeführt wird, die als Fungitell STAT®-Reagenz geliefert werden.

Die Umgebungsanforderungen für den Betrieb des PKF08 sind in Tabelle 1 beschrieben. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten (Benutzerhandbuch zum Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion), die in gedruckter Form mit dem PKF08-Gerät geliefert wird (oder zum Herunterladen unter www.acciusa.com verfügbar ist).

Tabelle 1. Umgebungsanforderungen für das PKF08-Gerät

Umgebungsanforderungen für das PKF08	Beschreibung
Laborbedingungen	Eine ebene und stabile Oberfläche, fern von Geräten, die übermäßige Vibrationen oder elektronische Geräusche verursachen können Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Umgebungstemperatur	15°C – 30°C
Luftfeuchtigkeit	< 70%
Eingangsleistung	100 - 240 VAC @ 50/60 Hz
Anschluss an das Stromnetz	Netzconditionierer (im Lieferumfang des PKF08-Geräts enthalten) Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) (optional)

2.2.2 BG Analytics®-Software

Die vom PKF08 übermittelten digitalen Werte werden von der BG Analytics®-Software empfangen und in Werte für die optische Dichte (OD) umgewandelt. Die Datenreduktion umfasst die Berechnung der Rate (Steigung) aus dem kinetischen Datensatz Delta OD (405 - 495 nm), indem eine lineare Regression an den Bereich zwischen 1900 und 2400 Sekunden angepasst wird.

Die BG Analytics®-Software schreibt die gesammelten Daten in eine nicht freigegebene lokale SQLite-Datenbank, die als BG Analytics-Datenbank bezeichnet wird. Die Datenbank bietet Suchfunktionen basierend auf mehreren Kriterien. Weitere Informationen finden Sie im BG Analytics®-Benutzerhandbuch G_1867.

Die BG Analytics®-Software sollte auf einem kompatiblen Host-Computer installiert werden, der die in Tabelle 2 beschriebenen Mindestanforderungen erfüllt:

Tabelle 2: Die Mindestsystemanforderungen für den Computer, auf dem die BG Analytics®-Software läuft

Systemanforderung für Host-Computer	Beschreibung
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 64 Bit, Version 1809 oder neuer
Physischer Speicher	Mindestens: 4 GB Empfohlen: 8 GB
Festplattenspeicher	Mindestens: 10 GB Empfohlen: 15 GB und mehr
Schnittstellen	Mindestens ein freier USB-Anschluss (oder zwei (2) bei Verwendung eines Barcode-Scanners)

Zusätzliche Anforderungen:

- Ein Microsoft® Windows-Benutzerkonto
 - Die BG Analytics®-Software wird auf dem Host-Computer installiert. Für jedes Benutzerkonto wird lokal eine SQLite-Datenbank installiert:
 - Sie können ein gemeinsames Microsoft® Windows-Benutzerkonto für das Labor verwenden.
 - Wenn mehrere Microsoft® Windows-Benutzerkonten verwendet werden sollen, muss BGA für jedes dieser Konten einzeln installiert werden.
- Anschluss an einen Barcode-Scanner (optional)
 - BGA ist mit jedem HID-Barcode-Scanner mit einer USB-Schnittstelle kompatibel. Beispielsweise können kabelgebundene Barcode-Scanner von Honeywell Healthcare (z. B. Honeywell PN 1950HHD, Honeywell 1950HSR) verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Barcode-Scanners.
- Anschluss an einen Drucker
- Informationen zu Virenschutz
 - Es wird dringend empfohlen, auf dem Host-Computer von BG Analytics® eine Antiviren-Software zu installieren und durch regelmäßige Updates aktuell zu halten. ACC empfiehlt, die Sicherheitsrichtlinien lokaler Labore zu befolgen.

2.2.3 Fungitell STAT®-Assay

In der BG Analytics®-Software wird die Steigung der Probe mit der Steigung des Standards verglichen, woraus sich ein Indexwert ergibt. Der Indexwert der Probe wird kategorisch als negatives, unbestimmtes oder positives Ergebnis gemäß den in Tabelle 3 angegebenen Indexwertkategorien interpretiert. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung für Fungitell STAT® (PN002603).

Tabelle 3. Indexbereiche gemäß der Beschreibung in der Fungitell STAT®-Gebrauchsanweisung

Fungitell STAT® Berichtswerte Ergebnisse	
Ergebnis	Indexwert
Negativ	$\leq 0,74$
Ambivalent	0,75 – 1,1
Positiv	$\geq 1,2$

Hinweis: Der Fungitell STAT®-Assay ist für die In-vitro-Diagnostik im Serum von Patienten bestimmt. Daher wird empfohlen, den Test in einer biologischen Sicherheitswerkbank durchzuführen, um die Sicherheit des Bedieners während der Arbeit mit Patientenproben zu gewährleisten. Dieses Systemverifizierungsprotokoll schließt die Verwendung klinischer Proben nicht ein. Es wird jedoch empfohlen, das Protokoll unter Umgebungsbedingungen auszuführen, die denen der beabsichtigten Verwendung entsprechen, also in einer biologischen Sicherheitswerkbank.

2.3 Erforderliche Spezifikationen

Die erforderlichen Spezifikationen für den Lab Kinetics Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten und die BG Analytics®-Software sind unten aufgeführt:

- Das PKF08-Gerät muss vor der Installation im Labor von ACC kalibriert werden.
- Das PKF08-Gerät muss unter Beachtung der Herstellervorgaben und der vorgegebenen Umgebungsbedingungen installiert werden.
- Das PKF08-Gerät muss eine Temperatur von $37\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ aufrechterhalten.
- Das PKF08-Gerät muss für alle leeren Kavitäten bei beiden Wellenlängen (405 nm und 495 nm) eine digitale Intensität von mindestens 36.000 digitale Intensitätseinheiten oder höher aufweisen.
- Das PKF08-Gerät muss in der Lage sein, bei den angegebenen Wellenlängen, 405 nm und 495 nm, Daten über einen bestimmten Zeitraum an BG Analytics® zu übertragen, einschließlich der Inkubationstemperatur.
- BG Analytics® muss im Labor entsprechend den Anforderungen installiert werden.
- BG Analytics® muss Fungitell STAT®-Reagenz, Fungitell STAT®- Standard, LRW, APS und Patientenproben-Identifikatoren akzeptieren, wenn ein Barcode-Scanner verwendet wird.
- Das PKF08-Gerät und BG Analytics® müssen Testdaten sammeln, analysieren und nach Abschluss des Tests in der eingebetteten Datenbank speichern, wenn sie mit dem Fungitell STAT®-Assay als Hilfsmittel in der klinischen Diagnostik der invasiven Pilzinfektion verwendet werden.
- BG Analytics® muss das Testergebnis des Patienten nach Abschluss des Tests auf dem Bildschirm anzeigen.
- BG Analytics® muss entweder ein kategorisch negatives Ergebnis oder ein ungültiges Ergebnis anzeigen, wenn LRW als Negativkontrolle verwendet wird.
- BG Analytics® muss die kinetische Spur der Probe anzeigen, wenn bestimmte ungültige Qualitätsbedingungen erkannt werden.
- BG Analytics® muss einen druckbaren und exportierbaren Bericht mit einer Proben-ID pro Seite erstellen.
- BG Analytics® muss die Funktion bieten, in der Datenbank nach Standard-Losnummer, Reagenz-Losnummer, Proben-ID und Benutzer-ID zu suchen.
- BG Analytics® muss eine Sicherungsfunktion für die SQLite-Datenbank bereitstellen.

2.4 Systemverifizierungsplan des Labors

Dieses Systemverifizierungsprotokoll kann vollständig wie beschrieben ausgeführt werden oder alternativ kann ein Bevollmächtigter (wie in Abschnitt 2.5.3 Personalprotokoll erfasst) Abschnitte dieses Protokolls als nicht anwendbar (N / A) festlegen und entsprechend kennzeichnen und / oder zusätzliche Tests festlegen, um lokalen Anforderungen, Bedürfnissen und Erwartungen zu entsprechen. Tabelle 4 sollte verwendet werden, um die Abschnitte zu erfassen, die als N/A (falls zutreffend) gekennzeichnet wurden und diese entsprechend mit Initialen und Datum zu bestätigen.

Tabelle 4. Systemverifizierungsplan des Labors

Abschnitts nr.	Beschreibung des Abschnitts	Getestete Komponente	Nicht anwendbar? Initialen / Datum
3	IQ des PKF08	Lab Kinetics Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion	<input type="checkbox"/> N/A _____
4	IQ der BGA-Software	BG Analytics®-Software	<input type="checkbox"/> N/A _____
5	OQ des PKF08 und der BGA-Software	Lab Kinetics Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten und BG Analytics®-Software	<input type="checkbox"/> N/A _____
7.3	Zusätzliche Tests	_____ _____ _____	<input type="checkbox"/> N/A _____

Als nicht anwendbar gekennzeichnete Abschnitte werden nicht ausgeführt und wirken sich nicht auf die Entscheidung aus, ob das Systemverifizierungsprotokoll in **Abschnitt 6 Abschließender Überprüfungsbericht** ein BESTANDEN erhält.

2.5 Zuständigkeiten

Die Zuständigkeiten sind wie folgt kategorisiert:

2.5.1 Anbieter

Dieses Systemverifizierungsprotokoll sollte von einer geschulten Person als Vertreter für den Anbieter ausgeführt werden. Die Kontaktdaten des Anbieters, der das PKF08-Gerät, die BG Analytics®-Software und Fungitell STAT® liefert, sollten in Tabelle 5 aufgeführt sein.

Tabelle 5. Kontaktinformationen des Anbieters

Anbieterinformationen	
Name	Associates of Cape Cod, Inc.
Adresse	124 Bernard E. Saint Jean Drive East Falmouth MA 02536 USA
Telefonnummer	001-508-540-3444
Kontakt technischer Kundendienst	E-Mail: TechnicalServices@acciusa.com Telefonnummer: 001-888-848-3248
Lokaler autorisierter Anbieter	Name: E-Mail: Telefonnummer

2.5.2 Labor

Dieses Systemverifizierungsprotokoll sollte von dem Labor, in dem das System dauerhaft installiert wird, überprüft und akzeptiert werden. Laborinformationen sollten in Tabelle 6 eingetragen werden

Tabelle 6. Laborinformationen

Laborinformationen	
Laborbezeichnung	
Name des Unternehmens / Krankenhauses	
Adresse	
Telefonnummer	
Kontaktperson	Name: E-Mail: Telefonnummer

2.5.3 Personalprotokoll

Tragen Sie den Namen und Titel einer autorisierten Person ein (stellvertretend für das oben genannte Labor), die für die Beaufsichtigung des Einsatzes des PKF08-Geräts und der BG Analytics®-Software (einschließlich der Ausführung dieses Protokolls) verantwortlich ist:

Funktion: Bevollmächtigter		
Name: _____	Titel: _____	Unterschrift: _____ Datum: _____ —

Erfassen Sie die Namen und Titel aller an der Ausführung dieses Protokolls beteiligten Mitarbeiter:

Funktion: Tester		
Name: _____	Titel: _____	Unterschrift: _____ Datum: _____ —
Funktion: Prüfer		
Name: _____	Titel: _____	Unterschrift: _____ Datum: _____ —
Position: _____		
Name: _____	Titel: _____	Unterschrift: _____ Datum: _____ —

2.5.4 Nachweise für Schulungsmaßnahmen zu diesem Systemverifizierungsprotokoll

In **Abschnitt 7 Anhänge** muss nachgewiesen werden, dass alle in Abschnitt 2.5.3 Personalprotokoll als Tester aufgeführten Personen gemäß dem Inhalt dieses Protokolls geschult sind.

2.6 Liste der für die Ausführung dieses Systemüberprüfungsprotokolls erforderlichen Materialien

Tabelle 7 enthält eine Liste der Materialien, die zur vollständigen Ausführung dieses Protokolls erforderlich sind. Alle Materialien müssen frei von interferierenden Glukanen sein. Glasgegenstände müssen bei mindestens 235°C in trockener Hitze für 7 Stunden (oder mit einem geprüften äquivalenten Verfahren) entpyrogeniert sein, um für den Gebrauch infrage zu kommen.

Tabelle 7. Erforderliche Materialien

Materialien	Anbieter	ACC US-Katalog Nummer*	Anzahl Erforderlich	Lagerbedingungen
Lab Kinetics Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten und BG Analytics®	ACC*	PKF08-PKG	1	Raumtemp.
Fungitell STAT®-Kit (10 Fläschchen STAT Reagenz + 5 Fläschchen STAT Standard)	ACC*	FT007	2 Kits	2 – 8 °C
Alkalische Vorbehandlungslösung (Alkaline Pretreatment Solution - APS)	ACC*	APS51-5	1 Fläschchen	2 – 30 °C

250 µL Pipettenspitzen	ACC*	PPT25	1 Packung	Raumtemp.
1000 µL Pipettenspitzen	ACC*	PPT10	1 Packung	Raumtemp.
Lange Pipettenspitzen 20 - 200 µL	ACC*	TPT50	1 Packung	Raumtemp.
12 x 75 mm Röhrchen aus depyrogeniertem Borosilikatglas	ACC*	TB240-5	1 Packung	Raumtemp.
LAL-Reagenzwasser (LRW)	ACC*	W0051-10	1 Flasche	2 – 30 °C
Röhrchengestelle für Röhrchen mit einem Durchmesser von 12 mm	Beliebig		2	Raumtemp.
Vortex-Generator	Beliebig		1	Raumtemp.
Parafilm® M	Beliebig		1	Raumtemp.
Einstellbare Pipette für Volumina zwischen 100 und 1000 µL	Beliebig		1	Raumtemp.
Einstellbare Pipette für Volumina zwischen 20 und 200 µL	Beliebig		1	Raumtemp.

*Oder gleichwertiges, von Ihrem regionalen autorisierten Anbieter erhältliches Produkt

2.7 Verfahren

Befolgen Sie die unten aufgeführten Verfahrensschritte in der beschriebenen Reihenfolge. Die Testläufe in den einzelnen Abschnitten dienen dem objektiven Nachweis, dass das PKF08-Gerät und die BG Analytics®-Software die erforderlichen Spezifikationen erfüllen.

- Alle Mitarbeiter, die einen Abschnitt dieses Protokolls ausführen oder überprüfen, müssen das in Abschnitt 2.5.3 enthaltene Personalprotokoll ausfüllen.
- Das dieses Protokoll ausführende Personal muss alle Abschnitte dieses Protokolls ausfüllen, sofern nicht in Tabelle 4 als N/A aufgeführt.
- Jegliche als N/A gekennzeichnete Testläufe sollten für jeden Abschnitt von Bevollmächtigten identifiziert, erfasst und angemessen begründet werden.
- Das dieses Protokoll ausführende Personal muss alle Testläufe innerhalb des entsprechenden Abschnitts ausführen, mit Ausnahme der als N/A festgelegten Testläufe.
- Das dieses Protokoll ausführende Personal muss die objektiven Nachweise gemäß dem Verfahren für jeden Testfall erfassen und die beobachteten Ergebnisse entsprechend dokumentieren.
- Das dieses Protokoll ausführende Personal muss alle in den erwarteten Ergebnissen festgelegten objektiven Nachweise (Screenshots, Berichte usw.) ausdrucken und mit der Referenznummer in **Abschnitt 7 Anhänge** ablegen.
- Das dieses Protokoll ausführende Personal muss den BESTANDEN- oder NICHT BESTANDEN-Status (außer bei N/A) für jeden Testlauf dokumentieren.
- Das dieses Protokoll ausführende Personal muss alle Abweichungen vom erwarteten Ergebnis im Abweichungsbericht erfassen und den Bericht in **Abschnitt 7 Anhänge** anhängen.
- Das dieses Protokoll ausführende Personal muss im Zuge der Behebung eines Problems einen vorab genehmigten Problembehebungsbericht befolgen und den entsprechenden Bericht in **Abschnitt 7 Anhänge** anheften.
- Ein Bevollmächtigter muss jeden Testfall überprüfen, unterzeichnen und datieren, einschließlich objektiver Nachweise, Abweichungsbericht und Problembehebungsbericht (falls vorhanden). Der Abweichungsbericht und der Problembehebungsbericht müssen bei der Entscheidung über den Status des jeweiligen Testfalls in Betracht gezogen werden.
- Eine autorisierte Person muss gegebenenfalls einen Testfall für zusätzliche Tests identifizieren und vorbereiten. Für zusätzliche Tests ausgewählte Testläufe müssen in **Abschnitt 7 Anhänge** angehängt werden.
- Das dieses Protokoll ausführende Personal muss Abschnitt 6.1 Abschließender Überprüfungsbericht ausfüllen, unterzeichnen und datieren.
- Zwei Bevollmächtigte müssen jeden zutreffenden Abschnitt dieses Protokolls überprüfen und genehmigen.
- Die Wartungsdokumentationen des geprüften Systems (z. B. Neukalibrierung des PKF08, Datenbankbereinigung oder Aktualisierung der BGA-Software) kann nachverfolgt und in **Abschnitt 7 Anhänge** abgelegt werden.
- Eine autorisierte Person muss das ausgefüllte Systemüberprüfungsprotokoll an einem Speicherort ablegen, der in Abschnitt 2.9 Speicherort des ausgefüllten Systemüberprüfungsprotokolls angegeben ist.

2.8 Akzeptanzkriterien

- Der Abschnitt dieses Protokolls kann nur als konform angesehen werden, wenn jeder anwendbare Testlauf als BESTANDEN eingestuft wurde. Sobald ein Testlauf als NICHT BESTANDEN eingestuft wurde, weist dies auf eine Nichtkonformität des gesamten Abschnitts hin, sofern nicht von einem Bevollmächtigten anderes gerechtfertigt.
- Ein als NICHT BESTANDEN erfasster Testfall kann nicht ohne einen dokumentierten Abweichungsbericht und einen Problembehebungsbericht erneut ausgeführt werden. Beide Dokumente müssen von einem Bevollmächtigten vorab genehmigt und in **Anhang 7 Anhänge** angehängt werden.
- Jeder anwendbare Abschnitt dieses Protokolls muss den erforderlichen Spezifikationen entsprechen, damit das Systemverifizierungsprotokoll als BESTANDEN gekennzeichnet werden kann. Die Entscheidung sollte in **Abschnitt 6 Abschließender Überprüfungsbericht** festgehalten werden.

2.9 Speicherort des ausgefüllten Systemverifizierungsprotokolls

Nach Abschluss und Überprüfung wird dieses Systemverifizierungsprotokoll abgelegt unter:

2.10 Prüfung und Genehmigung

Dieser vervollständigte **Abschnitt 2**, der als **Systemverifizierungsplan** dieses Systemverifizierungsprotokolls bezeichnet wird, beschreibt in angemessener Weise, wie zu dokumentieren ist, dass der Lab Kinetics Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten und die BG Analytics®-Software den beabsichtigten Zweck und die beabsichtigte Funktion erfüllen.

Prüfung und Genehmigung	
_____	_____
Unterschrift: Bevollmächtigter	Datum

Titel	
_____	_____
Unterschrift: Bevollmächtigter	Datum

Titel	

3 Installationsqualifizierung des Lab Kinetics Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion

3.1 Testlauf Kalibrierungsdokumentation	
<input type="checkbox"/> N/A / Begründung: _____ Initialen/Datum: _____	
Zweck:	Das PKF08-Gerät muss vor der Installation im Labor von ACC kalibriert werden.
Testverfahren:	Das PKF08-Gerät kommt mit einem Kalibrierungszeugnis. Dieses Dokument dient als Nachweis dafür, dass die entscheidenden Funktionen des PKF08-Geräts gemäß den Herstellerspezifikationen kalibriert sind.
Erwartete Ergebnisse:	Das PKF08-Gerät wird mit einem Kalibrierungszeugnis geliefert.
Beobachtete Ergebnisse:	Kalibrierungszeugnis enthalten: <input type="checkbox"/> Ja, Datum der Kalibrierung: _____ <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>Nein</div>
Abweichungsbericht #:	
Bestanden oder Nicht bestanden:	
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)	
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)	

3.2 Lab Kinetics Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion	
<input type="checkbox"/> N/A / Begründung: _____ Initialen/Datum: _____	
Zweck:	Das PKF08-Gerät muss unter Beachtung der Herstellervorgaben und der vorgegebenen Umgebungsbedingungen installiert werden.
Voraussetzungen:	Sie haben das PKF08-Gerät erhalten. TC 3.1 wurde erfolgreich ausgeführt.
Referenzen:	Benutzerhandbuch zum PKF08 Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion
Testverfahren:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung des PKF08-Geräts und stellen Sie das Gerät auf eine saubere, ebene Oberfläche. 2. Überprüfen Sie das Äußere des PKF08-Geräts auf sichtbare Beschädigungen, z. B. Kratzer und erfassen Sie jegliche gefundene Schäden unter Beobachtete Ergebnisse. 3. Nehmen Sie alle weiteren Komponenten (Netzkabel, USB-Übertragungskabel, Netzconditionierer und Staubschutz) aus der Verpackung und überprüfen Sie diese auf Beschädigungen. Erfassen Sie jegliche gefundene Schäden unter Beobachtete Ergebnisse. 4. Sollten Materialien fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst unter TechnicalServices@acciusa.com.
Erwartete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Das PKF08-Gerät ist vorhanden und unbeschädigt. • Alle übrigen Komponenten sind vorhanden und unbeschädigt.

Beobachtete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Das PKF08-Gerät ist vorhanden und unbeschädigt: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein, _____ • Alle übrigen Komponenten sind vorhanden und unbeschädigt: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein, _____
Abweichungsbericht #:	
Bestanden oder Nicht bestanden:	
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)	
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)	

3.3 Testlauf Installation des Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion	
<input type="checkbox"/> N/A / Begründung: _____ Initialen/Datum: _____	
Zweck:	Das PKF08-Gerät muss unter Beachtung der Herstellervorgaben und der vorgegebenen Umgebungsbedingungen installiert werden.
Voraussetzungen:	Thermometerkennung: Modell: _____ Seriennummer: _____ Kalibrierung fällig: _____ Hygrometerkennung: Modell: _____ Seriennummer: _____ Kalibrierung fällig: _____
Referenzen:	Benutzerhandbuch I zum PKF08 Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion
Testverfahren:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notieren Sie die Umgebungsbedingungen des Labors unter Beobachtete Ergebnisse. 2. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbedingungen den unter Beobachtete Ergebnisse angegebenen Anforderungen entsprechen. 3. Wenn die Umgebungsbedingungen erfüllt sind, schließen Sie das PKF08-Instrument unter Verwendung des Netzconditionierers (und optional einer USV) an eine geerdete Wandsteckdose an. 4. Tragen Sie die Informationen zum PKF08-Gerät unter Beobachtete Ergebnisse ein.
Erwartete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Umgebungsbedingungen werden dokumentiert und erfüllen die Anforderungen. • Die Informationen zum PKF08-Gerät sind dokumentiert. • Das PKF08-Gerät ist installiert.
Beobachtete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Umgebungsbedingungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Umgebungstemperatur: _____ °C (erforderlich 15 - 30°C) ○ Luftfeuchtigkeit der Umgebung: _____ % (erforderlich < 70%) ○ Stromversorgung: _____ V AC (erforderlich 100-240V AC, 50/60 Hz) • Die Umgebungsbedingungen erfüllen die Anforderungen: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein, _____

	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen zum PKF08-Gerät: <ul style="list-style-type: none"> ○ Seriennummer: _____ ○ Anschluss unter Verwendung des Netzconditionierers: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein <ul style="list-style-type: none"> ○ Fabrikat/Modell: _____ ○ Anschluss über USV (optional): <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein <ul style="list-style-type: none"> ○ Fabrikat/Modell: _____ • Das PKF08-Gerät ist installiert: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein
Abweichungsbericht #:	
Bestanden oder Nicht bestanden:	
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)	
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)	

<h3 style="color: #4F81BD;">3.4 Testlauf Auswertung des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion</h3>	
<input type="checkbox"/> N/A / Begründung: _____ Initialen/Datum: _____	
Zweck:	Das PKF08-Gerät muss unter Einhaltung der Herstellervorgaben und der vorgegebenen Umgebungsbedingungen installiert werden.
Voraussetzungen:	TC 3.3 wurde abgeschlossen. Füllen Sie acht 12 x 65 mm Flachbodenröhrchen (oder gleichwertige, z. B. 12 x 75 mm entpyrogenisierte Borosilikatglasröhrchen) mit 1,5 ml LRW.
Referenzen:	Benutzerhandbuch zum Plattenphotometer mit Inkubatorfunktion
Testverfahren:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das PKF08-Gerät ein. 2. Lassen Sie das PKF08 die Initialisierung durchlaufen. 3. Setzen Sie die 12 x 75 mm Röhrchen in die acht Kavitäten ein. 4. Beachten Sie die unter Erwartete Ergebnisse angegebene Leistung des PKF08-Geräts. Erfassen Sie diese Informationen unter Beobachtete Ergebnisse.
Erwartete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Nachdem Sie das PKF08 eingeschaltet haben: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der LCD-Bildschirm ist eingeschaltet ○ Der LCD-Bildschirm zeigt die Seriennummer und eine Wellenlänge an ○ Die LEDs der leeren Kavitäten leuchten rot • Nachdem Sie die 12 x 75 mm Röhrchen in die acht Kavitäten eingesetzt haben: <ul style="list-style-type: none"> ○ Alle Röhrchen können vollständig eingeführt werden ○ Die LEDs aller Kavitäten leuchten grün

Beobachtete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Nachdem Sie das PKF08 eingeschaltet haben: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der LCD-Bildschirm ist eingeschaltet <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ○ Der LCD-Bildschirm zeigt eine Seriennummer und Wellenlänge an <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ○ Die LEDs der leeren Kavitäten leuchten rot <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein • Nachdem Sie die 12 x 75 mm Röhren in die acht Kavitäten eingesetzt haben: <ul style="list-style-type: none"> ○ Alle Röhren können vollständig eingeführt werden <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ○ Die LEDs aller Kavitäten leuchten grün <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein
Abweichungsbericht #:	
Bestanden oder Nicht bestanden:	
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)	
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)	

<h3 style="color: #4F81BD;">3.5 Testlauf Temperaturprüfung des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion</h3> <p>□ N/A / Begründung: _____ Initialen/Datum: _____</p>	
Zweck:	Das PKF08-Gerät muss eine Temperatur von $37\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ aufrechterhalten.
Voraussetzung:	<p>Kalibriertes Thermometer (wie in TC 3.3 angegeben)</p> <p>Alle in TC 3.4 verwendeten acht 12 x 65 mm Flachbodenröhren (oder gleichwertige Röhren, z. B. 12 x 75 mm entpyrogenisierte Borosilikatglasröhren) werden mindestens 20 Minuten lang auf die Temperatur des PKF08-Geräts äquilibriert.</p>
Testverfahren:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Führen Sie das kalibrierte Thermometer zum Zeitpunkt 0 Minuten in das in der 1. Kavität befindliche Röhren ein und stellen Sie sicher, dass der Sondenboden ausreichend vom Wasser bedeckt ist. Warten Sie, bis sich die Temperatur stabilisiert hat. 2. Tragen Sie die Temperatur unter Erfasste Temperatur neben T0min in Beobachtete Ergebnisse ein. 3. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle verbleibenden Kavitäten. 4. Messen Sie zum Zeitpunkt 60 Minuten die Temperatur in Kavität 5. 5. Tragen Sie die Temperatur unter Erfasste Temperatur neben T60min in Beobachtete Ergebnisse ein. 6. Stellen Sie sicher, dass die erfassten Temperaturen für alle im Test verwendeten Kavitäten zu beiden Zeitpunkten innerhalb von $37\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ liegen.
Erwartete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Erfasste Temperatur für jede Kavität zum Zeitpunkt T0min beträgt $37\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$. • Die Erfasste Temperatur für die 5. Kavität zum Zeitpunkt T60min bleibt bei $37\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Beobachtete Ergebnisse: T0min	Erfasste Temperatur zum Zeitpunkt T0min			
	Kavität	Temperatur	Kavität	Temperatur
	1	°C	5	°C
	2	°C	6	°C
	3	°C	7	°C
	4	°C	8	°C
Beobachtete Ergebnisse: T60 min	Erfasste Temperatur zum Zeitpunkt T60min			
	Kavität	Temperatur		
	5	°C		
Abweichungsbericht #:				
Bestanden oder Nicht bestanden:				
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)				
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)				

3.6 Testlauf Digitale Intensität des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion	
□ N/A / Begründung: _____ Initialen/Datum: _____	
Zweck:	<i>Das PKF08-Gerät muss für alle leeren Kavitäten bei beiden Wellenlängen (405 nm und 495 nm) eine digitale Intensität von mindestens 36.000 digitale Intensitätseinheiten oder höher aufweisen.</i>
Voraussetzungen:	Das PKF08 ist seit mindestens 20 Minuten eingeschaltet. TC 3.4 wurde abgeschlossen. Alle Röhrchen wurden aus dem PKF08 entfernt. Externer Computer mit BGA Verification Tool Version: _____
Testverfahren:	<ol style="list-style-type: none"> Schließen Sie das PKF08-Gerät unter Verwendung des USB-Übertragungskabels an den externen Computer an, auf dem sich das BGA Verification Tool befindet. Starten Sie das BGA Verification Tool. Wählen Sie auf dem Startbildschirm aus dem Dropdown-Menü Gerät die PKF08-Seriennummer aus. Klicken Sie auf AD-Prüfung.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Das Tool zeigt in der A/D-Spalte für jede Wellenlänge und jede Kavität eine Liste der gemessenen digitalen Werte an. 6. Erstellen Sie Screenshots von der Liste und speichern Sie diese als TC 3.6_1. 7. Stellen Sie sicher, dass alle gemessenen digitalen Werte für jede Wellenlänge und jede Kavität bei ≥ 36.000 liegen. 8. Klicken Sie auf Schließen.
Erwartete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Wie in TC 3.6_1 gezeigt, liegen alle gemessenen digitalen Werte für jede Wellenlänge und jede Kavität bei ≥ 36.000.
Beobachtete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Wie in TC 3.6_1 gezeigt, liegen alle gemessenen digitalen Werte für jede Wellenlänge und jede Kavität bei ≥ 36.000: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein
Abweichungsbericht #:	
Bestanden oder Nicht bestanden:	
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)	
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)	

3.7 Prüfung und Genehmigung

Der **vervollständigte** Abschnitt 3, Installationsqualifizierung des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten, dient als Nachweis dafür, dass das PKF08-Gerät alle Tests der vorgegebenen Prozesse bestanden hat, für die das Gerät vorgesehen ist.

Prüfung und Genehmigung
<p>_____</p> <p>Unterschrift: Bevollmächtigter Datum</p> <p>_____</p> <p>Titel</p> <p>_____</p> <p>Unterschrift: Bevollmächtigter Datum</p> <p>_____</p> <p>Titel</p>

4 Installationsqualifizierung der BG Analytics®-Software

4.1 Installation des BG Analytics®-Software-Testfalls	
<input type="checkbox"/> N/A / Begründung: _____ Initialen/Datum: _____	
Zweck:	Die BG Analytics®-Software muss im Labor entsprechend den Herstelleranforderungen installiert werden.
Voraussetzungen:	<p>Ein Computer, der die Mindestsystemanforderungen erfüllt (Win10 64-Bit, Version 1809 oder neuer) und mindestens ein freier USB-Anschluss für die Installation.</p> <p>Ein dediziertes lokales Windows®-Benutzerkonto.</p> <p>Laden Sie die BG Analytics®-Software vom ACC-Softwareportal https://portal.acciusa.com herunter und befolgen Sie die Anweisungen im BG Analytics®-Benutzerhandbuch (G_1867) in Abschnitt 1.3 für die Registrierungsschritte und Abschnitt 2.5 für die Installationsschritte.</p>
Referenzen:	BG Analytics®-Benutzerhandbuch (G_1867) ACC-Softwareportal https://portal.acciusa.com
Testverfahren:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestätigen Sie unter „Beobachtete Ergebnisse“, dass die Computerspezifikationen den Mindestanforderungen entsprechen. 2. Notieren Sie unter „Beobachtete Ergebnisse“ die Computer-ID, die dedizierte Benutzer-ID und die Version der BG Analytics®-Software. 3. Installieren Sie die BG Analytics®-Software auf dem Host-Computer unter der dedizierten lokalen Windows®-Benutzer-ID. 4. Lesen und akzeptieren Sie beim ersten Start die Endbenutzer- Lizenzvereinbarung der BG Analytics® - Software , um zum Startbildschirm zu gelangen. 5. Machen Sie einen Screenshot des BG Analytics®-Startbildschirms. 6. Speichern Sie den Screenshot als TC 4.1_1. 7. Überprüfen Sie, ob auf der BG Analytics®-Startseite Test starten und Ergebnisse anzeigen angezeigt wird. 8. Schließen Sie BG Analytics®. 9. Navigieren Sie auf dem Computer zu Start und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf BG Analytics®. Klicken Sie auf Mehr und anschließend auf An Taskleiste anheften, um ein Symbol in der Taskleiste zu erstellen.
Erwartete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Computer erfüllt die Mindestsystemanforderungen. • Die BG Analytics®-Software wurde erfolgreich installiert. • Wie in TC 4.1_1 gezeigt, zeigt die BG Analytics®-Startseite Test starten und Ergebnisse anzeigen.
Beobachtete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Computer erfüllt die Mindestsystemanforderungen: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein • Computer- und Softwareinformationen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Computer-ID: _____ ○ Benutzer-ID auf dem Host-Computer: _____ ○ BG Analytics®-Software-Version: _____ • Die BG Analytics®-Software wurde erfolgreich installiert: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein

	<ul style="list-style-type: none"> Wie in TC 4.1_1 gezeigt, wird auf dem BG Analytics®-Startbildschirm Test starten und Ergebnisse anzeigen angezeigt: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein
Abweichungsbericht #:	
Bestanden oder Nicht bestanden:	
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)	
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)	
<h2 style="color: #4F81BD;">4.2 Testlauf Installation des Barcode-Scanner</h2> <p><input type="checkbox"/> N/A Begründung: Alle Informationen werden nur manuell eingegeben (Tastatureingabe) Initialen / Datum: _____</p>	
Zweck:	BG Analytics® muss Fungitell STAT®-Reagenz, Fungitell STAT® Standard und Patientenproben-Identifikatoren akzeptieren, wenn ein Barcode-Scanner verwendet wird.
Voraussetzungen:	Ein den Empfehlungen des Herstellers entsprechend konfigurierter Barcode-Scanner. BG Analytics® ist installiert und geschlossen.
Referenzen:	BG Analytics®-Benutzerhandbuch (G_1867) Benutzerhandbuch für Barcode-Scanner
Testverfahren:	<ol style="list-style-type: none"> Geben Sie die Beschreibung des Barcode-Scanners unter „Beobachtete Ergebnisse“ ein. Installieren Sie entsprechend den Installationsanweisungen des Herstellers einen konfigurierten Scanner auf dem Host-Computer. Starten Sie BG Analytics®. Klicken Sie auf Test starten. Sobald Sie sich auf dem Testkonfiguration-Bildschirm befinden, scannen Sie alle verfügbaren Barcodes (falls zutreffend). Erstellen Sie einen Screenshot der ausgefüllten Felder auf dem Testkonfiguration-Bildschirm. Speichern Sie den Screenshot als TC 4.2_1. Vergewissern Sie sich, dass alle Informationen zu den mit Barcodes versehenen Artikeln ordnungsgemäß in BGA eingetragen wurden.
Erwartete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> Barcode-Scanner entspricht den Empfehlungen des Herstellers. Barcode-Scanner wurde erfolgreich installiert. Wie in TC 4.2_1 dargestellt, werden die alle in den Barcodes enthaltenen Informationen entsprechend auf dem BG Analytics®-Testkonfigurations-Bildschirm eingetragen.
Beobachtete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung Barcode-Scanner: _____ Barcode-Scanner entspricht den Empfehlungen des Herstellers: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein Barcode-Scanner wurde erfolgreich installiert: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein Wie in TC 4.2_1 dargestellt, werden die alle in den Barcodes enthaltenen Informationen entsprechend auf dem BG Analytics®-Testkonfigurations-Bildschirm eingetragen: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein

Abweichungsbericht #:	
Bestanden oder Nicht bestanden:	
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)	
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)	

4.3 Prüfung und Genehmigung

Dieser vervollständigte **Abschnitt 4**, der als **Installationsqualifizierung der BG Analytics®-Software bezeichnet wird**, dokumentiert, dass die Software angemessen installiert ist und alle Tests der spezifizierten Prozesse, für die sie vorgesehen war, bestanden hat.

Prüfung und Genehmigung
<p>_____</p> <p>Unterschrift: Bevollmächtigter Datum</p> <p>_____</p> <p>Titel</p> <p>_____</p> <p>Unterschrift: Bevollmächtigter Datum</p> <p>_____</p> <p>Titel</p>

5 Betriebsqualifizierung des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten und BG Analytics®-Software

5.1 Testlauf Überprüfung der Datenübertragung	
□ N/A / Begründung: _____ Initialen/Datum: _____	
Zweck:	Das PKF08-Gerät muss in der Lage sein, bei den Wellenlängen 405 nm und 495 nm Daten über einen bestimmten Zeitraum an BG Analytics® zu übertragen, einschließlich der Inkubationstemperatur.
Voraussetzungen:	IQ des PKF08 und IQ der BGA wurden abgeschlossen. Das PKF08 ist seit mindestens 20 Minuten eingeschaltet. Alle Röhrchen wurden aus dem PKF08 entfernt.
Referenzen:	BG Analytics®-Benutzerhandbuch (G_1867)
Testverfahren:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie BG Analytics®. 2. Klicken Sie auf Test starten. 3. BGA zeigt den Geräteprüfung-Bildschirm und durchläuft einen Selbsttest von mindestens 30 Sekunden. 4. Erstellen Sie einen Screenshot des Geräteprüfung-Bildschirms. 5. Speichern Sie den Screenshot als TC 5.1_1. 6. Stellen Sie sicher, dass BGA alle unter Erwartete Ergebnisse aufgeführten Parameter anzeigt. 7. Nach Abschluss des Selbsttests wechselt BGA zum Testkonfiguration-Bildschirm. 8. Erstellen Sie einen Screenshot vom Testkonfiguration-Bildschirm. 9. Speichern Sie den Screenshot als TC 5.1_2. 10. Stellen Sie sicher, dass die übertragene Temperatur bei $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ liegt.
Erwartete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Wie in TC 5.1_1 dargestellt, zeigt der Bildschirm der BG Analytics®-Geräteprüfung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Selbsttest läuft... ○ PKF08 Seriennummer ○ Übertragene Temperatur ○ Status: Verbunden • Wie TC 5.1_2 gezeigt, wechselt BGA nach dem Selbsttest zum Testkonfiguration-Bildschirm. • Wie in TC 5.1_2 gezeigt, liegt die übertragene Temperatur bei $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.
Beobachtete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Wie in TC 5.1_1 dargestellt, zeigt der Bildschirm der BG Analytics®-Geräteprüfung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Selbsttest läuft... <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ○ PKF08 Seriennummer: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ○ Übertragene Temperatur: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ○ Status: Verbunden <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein • Wie TC 5.1_2 gezeigt, wechselt BGA nach dem Selbsttest zum Bildschirm Testkonfiguration: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein • Wie in TC 5.1_2 gezeigt, liegt die übertragene Temperatur bei $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein
Abweichungsbericht #:	

Bestanden oder Nicht bestanden:	
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)	
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)	

5.2 Testlauf Überprüfung der Erfassung, Speicherung, Analyse und Ausgabe der Testergebnisse

N/A / Begründung: _____ Initialen/Datum: _____

Zweck:	<p>Das PKF08-Gerät und BG Analytics[®] müssen Testdaten sammeln, analysieren und nach Abschluss des Tests in der eingebetteten Datenbank speichern, wenn sie mit dem Fungitell STAT[®]-Assay als Hilfsmittel in der klinischen Diagnostik der invasiven Pilzinfektion verwendet werden.</p> <p>BG Analytics[®] muss die Testergebnisse des Patienten nach Abschluss des Tests auf dem Bildschirm anzeigen.</p> <p>BG Analytics[®] muss einen druckbaren und exportierbaren Bericht mit einer Proben-ID (einem Patientenergebnis) pro Seite erstellen.</p>
Voraussetzungen:	IQ des PKF08 und IQ der BGA wurden abgeschlossen.
Referenzen:	BG Analytics [®] -Benutzerhandbuch (G_1867) Fungitell [®] STAT-Gebrauchsanweisung (PN002603)
Testverfahren:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie BG Analytics[®]. 2. Klicken Sie auf Test starten. 3. Warten Sie, bis der Testkonfiguration-Bildschirm angezeigt wird. 4. Geben Sie die Benutzer-ID ein. 5. Verwenden Sie den installierten Barcode-Scanner oder geben Sie die Chargennummer und die Verfallsinformationen für jedes Feld ein (Standard-Charge, Reagenz-Charge, APS-Charge, Wasser-Charge). 6. Geben Sie die Proben-ID für alle sieben (7) Proben als „OQ1“, „OQ2“ usw. ein. 7. Erstellen Sie einen Screenshot vom Testkonfiguration-Bildschirm. 8. Speichern Sie den Screenshot als TC 5.2_1. 9. Stellen Sie sicher, dass alle Dateneingaben auf dem Testkonfiguration-Bildschirm korrekt angezeigt werden. 10. Klicken Sie auf Start, um zum Inkubieren-Bildschirm weitergeleitet zu werden. 11. Bereiten Sie zwei (2) Fungitell STAT[®]-STD (STAT STD)-Röhrchen vor: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekonstituieren Sie jedes Röhrchen mit dem auf dem Etikett vorgegebene LRW-Volumen, anschließend für 15 Sekunden auf dem Vortex mischen und abdecken. b. Fügen Sie jedem Röhrchen das auf dem Etikett vorgegebene APS-Volumen hinzu, anschließend für 15 Sekunden auf dem Vortex mischen und abdecken. 12. Sobald Sie sich auf dem Inkubieren-Bildschirm befinden, setzen Sie beide STAT STD-Röhrchen für eine 10-minütige Inkubation in eine beliebige Kavität des PKF08-Geräts ein. 13. Erstellen Sie einen Screenshot vom Inkubieren-Bildschirm. 14. Speichern Sie den Screenshot als TC 5.2_2.

	<ol style="list-style-type: none"> 15. Stellen Sie sicher, dass der Status beider Kavitäten als „Inkubieren“ angezeigt wird und beide Timer von 10:00 Minuten abwärts zählen. 16. Rekonstituieren Sie während der Inkubation acht (8) Fungitell STAT®-RGT (STAT RGT)-Röhrchen mit 300 µL LRW und mischen Sie jedes Röhrchen maximal 5 Sekunden lang auf dem Vortex. 17. Sobald sich der Status der Kavitäten, in denen sich die beiden Röhrchen befinden, zu „Inkubieren abgeschlossen“ ändert, nehmen Sie beide Röhrchen aus dem PKF08 und poolen Sie beide, indem Sie das gesamte Volumen von einem Röhrchen zum anderen pipettieren. 18. Das gepoolte STAT STD-Röhrchen 15 Sekunden lang auf dem Vortex mischen. 19. Übertragen Sie 75 µL des STAT STD in jedes der acht STAT RGT-Röhrchen. 20. Jedes STAT RGT-Röhrchen nicht länger als 5 Sekunden lang auf dem Vortex mischen und abdecken. 21. Sobald Sie in BGA gefragt werden, ob Sie zur Datenerfassung fortfahren möchten, klicken Sie auf Ja. 22. Wenn der Datenerfassung-Bildschirm angezeigt wird, stellen Sie die STAT RGT-Röhrchen einzeln in das PKF08, um eine 40-minütige Datenerfassung zu starten. 23. Erstellen Sie einen Screenshot vom Datenerfassung-Bildschirm. 24. Speichern Sie den Screenshot als TC 5.2_3. 25. Stellen Sie sicher, dass der Status aller Kavitäten als „Datenerfassung“ angezeigt wird und alle Timer von 40:00 Minuten herunterzählen. 26. Lassen Sie den Test bis zum Ende durchlaufen. 27. Sobald im BGA „Der Test ist abgeschlossen“ angezeigt wird, klicken Sie auf Ergebnisse anzeigen. 28. Machen Sie einen Screenshot des BG Analytics®-Testergebnis-Bildschirms. 29. Speichern Sie den Screenshot als TC 5.2_4. 30. Stellen Sie sicher, dass auf dem Testergebnis-Bildschirm eine Kopfzeile mit den Testinformationen und Testergebnissen für die Proben OQ1 und OQ2 angezeigt wird. 31. Klicken Sie auf Drucken, um den gesamten Bericht (7 Seiten) zu drucken. 32. Beschriften Sie jede Seite von TC 5.2_5 bis TC 5.2_11. 33. Stellen Sie sicher, dass auf allen Seiten des Berichts alle unter Erwartete Ergebnisse festgelegten Parameter angezeigt werden. 34. Klicken Sie auf Exportieren, um den Bericht als BG Analytics-Datei zu exportieren. Wählen Sie einen Speicherort für den Export aus und klicken Sie auf Speichern. 35. Erstellen Sie einen Screenshot vom Desktop. 36. Speichern Sie den Screenshot als TC 5.2_12. 37. Stellen Sie sicher, dass die BG Analytics-Datei erfolgreich exportiert wurde. 38. Öffnen Sie die exportierte Datei und drucken Sie die exportierten Berichte. 39. Beschriften Sie die Berichte als TC 5.2_13 bis TC 5.2_19. 40. Stellen Sie sicher, dass die Berichte TC 5.2_13 bis TC 5.2_19 mit den Berichten TC 5.2_5 bis TC 5.2_11 übereinstimmen. 41. Schließen Sie BG Analytics®.
<p>Erwartete Ergebnisse:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie auf Abbildung TC 5.2_1 ersichtlich, zeigt der Testkonfiguration-Bildschirm alle Dateneingaben korrekt an. • Wie auf Abbildung TC 5.2_2 ersichtlich, wird der Status beider Kavitäten als "Inkubieren" angezeigt und beide Timer zählen von 10:00 Minuten herunter. • Wie auf Abbildung TC 5.2_3 ersichtlich, wird der Status aller Kavitäten als „Datenerfassung“ angezeigt und alle Timer zählen von 40:00 Minuten herunter. • Wie auf Abbildung TC 5.2_4 ersichtlich, wird auf dem Testergebnis-Bildschirm eine Kopfzeile mit den Testinformationen und Testergebnissen für die Proben OQ1 und OQ2 angezeigt.

	<ul style="list-style-type: none"> • Wie auf Abbildungen TC 5.2_5 - TC 5.2_11 ersichtlich, werden auf jeder Seite des Berichts die folgenden Parameter angezeigt: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kopfzeile mit Testinformationen ○ Proben-ID ○ Probenbereich: <ul style="list-style-type: none"> ▪ QC-Status: Ungültig – Ende OD {1} <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein {1} ▪ Index: im Bereich von 0,75 - 1,2 ▪ Probenkategorie: Ambivalent oder positiv • Wie auf Abbildung TC 5.2_12 ersichtlich, wurde der Bericht als BG Analytics-Datei exportiert. • Wie auf Abbildungen TC 5.2_13 bis TC 5.2_19 ersichtlich, stimmen die exportierten Berichte mit den Berichten TC 5.2_5 bis TC 5.2_11 überein.
Beobachtete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> • Wie auf Abbildung TC 5.2_1 ersichtlich, zeigt der Testkonfiguration-Bildschirm alle Dateneingaben korrekt an: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein • Wie in Abbildung TC 5.2_2 dargestellt, wird der Status beider Kavitäten als „Inkubieren“ angezeigt und beide Timer zählen von 10:00 Minuten rückwärts: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein • Wie in Abbildung TC 5.2_3 dargestellt, wird der Status aller Kavitäten als „Datenerfassung“ angezeigt und alle Timer zählen von 40:00 Minuten rückwärts: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein • Wie in Abbildung TC 5.2_4 dargestellt, wird auf dem Testergebnis-Bildschirm eine Kopfzeile mit den Testinformationen und Testergebnissen für die Proben OQ1 und OQ2 angezeigt: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein • Wie auf Abbildungen TC 5.2_5 - TC 5.2_11 ersichtlich, werden auf jeder Seite des Berichts die folgenden Parameter angezeigt: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kopfzeile mit Testinformationen: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ○ Proben-ID: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ○ Probenbereich: <ul style="list-style-type: none"> ▪ QC-Status: Gültig – Im Bereich <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ▪ Index: im Bereich von 0,75 - 1,2 <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ▪ Probenkategorie: Ambivalent oder positiv <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein • Wie auf TC 5.2_12 gezeigt, wurde der Bericht als BG Analytics-Datei exportiert: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein • Wie auf Abbildungen TC 5.2_13 bis TC 5.2_19 ersichtlich, stimmen die exportierten Berichte mit den Berichten TC 5.2_5 bis TC 5.2_11 überein. <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein
Abweichungsbericht #:	
Bestanden oder Nicht bestanden:	
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)	
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)	

5.3 Verifizierung des BG Analytics®-Testfalls zum Reporting von Testergebnissen

□ N/A / Begründung: _____ Initialen/Datum: _____

Zweck:	<i>BG Analytics® muss entweder ein kategorisch negatives Ergebnis oder ein ungültiges Ergebnis anzeigen, wenn LRW als Negativkontrolle verwendet wird. BG Analytics® muss eine kinetische Spur der Probe anzeigen, wenn bestimmte ungültige QCs erkannt werden.</i>
Voraussetzungen:	IQ des PKF08 und IQ von BG Analytics® wurden abgeschlossen.
Referenzen:	BG Analytics®-Benutzerhandbuch (G_1867) Fungitell® STAT-Gebrauchsanweisung (PN002603)
Testverfahren:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie BG Analytics®. 2. Klicken Sie auf Test starten. 3. Warten Sie, bis der Testkonfiguration-Bildschirm angezeigt wird. 4. Geben Sie die Benutzer-ID ein. 5. Verwenden Sie den installierten Barcode-Scanner oder geben Sie die Chargennummer und die Verfallsinformationen für jedes Feld ein (Standard-Charge, Reagenz-Charge, APS-Charge, Wasser-Charge). 6. Geben Sie die Proben-IDs für Probe 1, 2 und 3 als LRW1, LRW2, LRW3 ein. 7. Geben Sie die Proben-IDs für die Proben 4, 5 und 6 als Non recon 1, Non recon 2, Non recon 3 ein. 8. Geben Sie unter Notizen den folgenden Text ein: "OQ TC 5.3" 9. Klicken Sie auf Start, um zum Inkubieren-Bildschirm weitergeleitet zu werden. 10. Bereiten Sie ein STAT STD-Röhrchen vor: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekonstituieren Sie das STAT STD-Röhrchen mit dem auf dem Etikett vorgegebene LRW-Volumen, anschließend für 15 Sekunden auf dem Vortex mischen und abdecken. b. Fügen Sie das auf dem Etikett vorgegebene APS-Volumen dem STAT STD-Röhrchen hinzu, anschließend für 15 Sekunden auf dem Vortex mischen und abdecken. 11. Vorbereitung der Proben 1, 2 und 3: <ol style="list-style-type: none"> a. Transferieren Sie 50 µL LRW in drei leere 12 x 75 mm Röhrchen. b. Geben Sie jeweils 200 µL APS hinzu. c. 15 Sekunden lang auf dem Vortex mischen und abdecken. 12. Sobald der Bildschirm Inkubieren erscheint, geben Sie die STAT STD-Röhrchen und die Proben 1, 2 und 3 für eine 10-minütige Inkubation in die vorgesehenen Kavitäten des PKF08. 13. Rekonstituieren Sie während der Inkubation vier (4) STAT RGT-Röhrchen mit 300 µL LRW und mischen Sie jedes Röhrchen maximal 5 Sekunden lang auf dem Vortex. Beschaffen Sie weitere drei (3) STAT RGT-Röhrchen, aber rekonstituieren Sie sie <u>nicht</u> (so dass Sie insgesamt vier rekonstituierte und drei nicht rekonstituierte STAT RGT-Röhrchen haben). 14. Wenn der Status der Kavitäten auf „Inkubation abgeschlossen“ wechselt, nehmen Sie alle Röhrchen aus dem PKF08 und mischen jedes Röhrchen 5 Sekunden lang auf dem Vortex. 15. Transferieren Sie 75 µL aus dem STAT STD in ein rekonstituiertes STAT RGT-Röhrchen. 16. Transferieren Sie jeweils 75 µL aus den Röhrchen Probe 1, Probe 2 und Probe 3 in die entsprechenden rekonstituierten STAT RGT-Röhrchen. 17. Transferieren Sie 75 µL aus dem STAT STD in jedes der drei nicht rekonstituierten STAT RGT-Röhrchen. 18. Mischen Sie die ersten vier (rekonstituierten) RGT-Röhrchen maximal 5 Sekunden lang auf dem Vortex und decken Sie sie ab. Mischen Sie die nicht rekonstituierten RGT-Röhrchen nicht im Vortex, sondern decken Sie sie nur ab. 19. Sobald Sie in BGA gefragt werden, ob Sie zur Datenerfassung fortfahren möchten, klicken Sie auf Ja.

	<p>20. Wenn der Datenerfassung-Bildschirm angezeigt wird, stellen Sie die STAT RGT-Röhrchen einzeln in das PKF08, um eine 40-minütige Datenerfassung zu starten.</p> <p>21. Sobald im BGA „Der Test ist abgeschlossen“ angezeigt wird, klicken Sie auf Ergebnisse anzeigen.</p> <p>22. Klicken Sie auf Drucken, um den generierten Bericht zu drucken.</p> <p>23. Kennzeichnen Sie die Berichte als TC 5.3_1 bis TC 5.3_6.</p> <p>24. Überprüfen Sie, ob die Berichte für die Proben-ID: LRW1, LRW2 und LRW3 die Parameter anzeigen, die in „Erwartete Ergebnisse“ definiert sind.</p> <p>25. Überprüfen Sie, ob die Berichte für Sample ID: Non recon 1, Non recon 2, Non recon 3 die Parameter anzeigen, die unter „Erwartete Ergebnisse“ definiert sind.</p> <p>26. Stellen Sie sicher, dass der Bericht den eingegebenen Text in der Kopfzeile unter Notizen: „OQ TC 5.3“ anzeigt.</p> <p>27. Schließen Sie die BGA-Software.</p>
<p>Erwartete Ergebnisse:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Wie in TC 5.3_1 bis TC 5.3_6 dargestellt, zeigen die Berichte den eingegebenen Text in der Kopfzeile unter „Notizen“ an: "OQ TC 5.3". ● Wie in TC 5.3_1, TC 5.3_2 und TC 5.3_3 dargestellt, zeigen die Berichte für die Proben-ID: LRW1, LRW2, LRW3 eine der unten aufgeführten Ausgaben an: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausgabe 1 <ul style="list-style-type: none"> ○ Probenbereich: <ul style="list-style-type: none"> ▪ QC Status: Gültig – Unterhalb des Bereichs ▪ Index: Index nicht berechnet ▪ Probenkategorie: Negativ ○ Ausgabe 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ Probenbereich: <ul style="list-style-type: none"> ▪ QC-Status: Ungültig – Nicht über 0 bei 500 ▪ Index: Index nicht berechnet ▪ Probenkategorie: Nicht berichtenswert ○ Ein Diagramm des kinetischen Diagramms der Probe als (Delta OD (405 - 495 nm) im Verhältnis zur Zeit(en)) ○ Y-Achsenabschnitt, Steigung und R-Werte, im Bereich zwischen 1900 und 2400 Sekunden ● Wie in TC 5.3_4, TC 5.3_5 und TC 5.3_6 dargestellt, zeigen die Berichte für Proben-ID: Non recon 1, Non recon 2, Non recon 3 folgendes an: <ul style="list-style-type: none"> ○ Probenbereich: <ul style="list-style-type: none"> ▪ QC-Status: Ungültig – Nicht über 0 bei 500 ▪ Index: Index nicht berechnet ▪ Probenkategorie: Nicht berichtenswert ○ Ein Diagramm des kinetischen Diagramms der Probe als (Delta OD (405 - 495 nm) im Verhältnis zur Zeit(en)) ○ Y-Achsenabschnitt, Steigung und R-Werte, im Bereich zwischen 1900 und 2400
<p>Beobachtete Ergebnisse:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Wie in TC 5.3_1 bis TC 5.3_6 dargestellt, zeigen die Berichte den eingegebenen Text in der Kopfzeile unter „Notizen“ an: „OQ TC 5.3“: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ● Wie in TC 5.3_1, TC 5.3_2 und TC 5.3_3 dargestellt, zeigen die Berichte für die Proben-ID: LRW1, LRW2, LRW3 eine der unten aufgeführten Ausgaben an: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausgabe 1 <ul style="list-style-type: none"> ○ Probenbereich: <ul style="list-style-type: none"> ▪ QC-Status: Gültig – Unterhalb des Bereichs <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ▪ Index: Index nicht berechnet <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ▪ Probenkategorie: Negativ <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ○ Ausgabe 2

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Probenbereich: <ul style="list-style-type: none"> ▪ QC-Status: Ungültig – Nicht über 0 bei 500 <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ▪ Index: Index nicht berechnet <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ▪ Probenkategorie: Nicht berichtenswert <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ○ Ein Diagramm des kinetischen Diagramms der Probe als (Delta OD (405 - 495 nm) im Verhältnis zur Zeit(en)): <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ○ Y-Achsenabschnitt, Steigung und R-Werte, im Bereich zwischen 1900 und 2400 Sekunden: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein • Wie in TC 5.3_4, TC 5.3_5 und TC 5.3_6 dargestellt, zeigen die Berichte für Proben-ID: Non recon 1, Non recon 2, Non recon 3 folgendes an: <ul style="list-style-type: none"> ○ Probenbereich: <ul style="list-style-type: none"> ▪ QC-Status: Ungültig – Nicht über 0 bei 500 <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ▪ Index: Index nicht berechnet <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ▪ Probenkategorie: Nicht berichtenswert <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ○ Ein Diagramm des kinetischen Diagramms der Probe als (Delta OD (405 - 495 nm) im Verhältnis zur Zeit(en)): <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein ○ Y-Achsenabschnitt, Steigung und R-Werte, im Bereich zwischen 1900 und 2400: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein
Abweichungsbericht #:	
Bestanden oder Nicht bestanden:	
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)	
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)	

5.4 Testlauf Überprüfung der Datenspeicherung und Suchfunktionen	
<input type="checkbox"/> N/A / Begründung: _____ Initialen/Datum: _____	
Zweck:	BG Analytics® muss die Funktion bieten, in der Datenbank nach Standard-Losnummer, Reagenz-Losnummer, Proben-ID und Benutzer-ID zu suchen.
Voraussetzungen:	IQ des PKF08 und IQ von BG Analytics® wurden abgeschlossen. TC 5.3 wurde abgeschlossen.
Referenzen:	BG Analytics®-Benutzerhandbuch (G_1867)
Testverfahren:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie BG Analytics®. 2. Klicken Sie auf Ergebnisse anzeigen. 3. Klicken Sie in das Suchfeld, um den Datensatz anhand der Proben-ID zu suchen. Geben Sie die Proben-ID „LRW1“ ein. 4. Klicken Sie auf Suchen, um das Suchergebnis anzuzeigen. 5. Erstellen Sie einen Screenshot vom Testverlauf-Bildschirm. 6. Benennen Sie den Screenshot als TC 5.4_1. 7. Vergewissern Sie sich, dass nur das Ergebnis für die Probe „LRW1“ angezeigt wird. 8. Doppelklicken Sie auf die Beispielzeile „LRW1“ und klicken Sie auf Drucken, um den generierten Bericht zu drucken. 9. Benennen Sie den Bericht als TC 5.4_2.

	10. Stellen Sie sicher, dass der gleiche Testbericht wie in TC 5.3_1 generiert wird. 11. Schließen Sie BG Analytics®.
Erwartete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> Wie auf Abbildung TC 5.4_1 ersichtlich, ermöglicht BGA die Suche anhand der Proben-ID. Wie in TC 5.4_2 dargestellt, ist der Bericht für die Probe „LRW1“ nach dem erneuten Öffnen identisch mit TC 5.3_1.
Beobachtete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> Wie auf Abbildung TC 5.4_1 ersichtlich, ermöglicht BGA die Suche anhand der Proben-ID: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein Wie in TC 5.4_2 dargestellt, ist der Bericht für die Probe „LRW1“ nach dem erneuten Öffnen identisch mit TC 5.3_1: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein
Abweichungsbericht #:	
Bestanden oder Nicht bestanden:	
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)	
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)	

5.5 Testlauf Überprüfung Sicherungsfunktion der Datenbank	
<input type="checkbox"/> N/A / Begründung: _____ Initialen/Datum: _____	
Zweck:	BG Analytics® muss eine Funktion für die Sicherung der SQLite-Datenbank bereitstellen.
Voraussetzungen:	IQ des PKF08 und IQ von BG Analytics® wurden abgeschlossen.
Referenzen:	BG Analytics®-Benutzerhandbuch (G_1867)
Testverfahren:	<ol style="list-style-type: none"> Starten Sie BG Analytics®. Klicken Sie auf Datensicherung. Wählen Sie auf dem Desktop des verwendeten Computers einen Speicherort, um eine Kopie der Datenbank zu speichern. Klicken Sie auf Speichern, um die Datei unter der vorgegebenen Bezeichnung im Format bgabackup-JAHR-MONAT-TAG und als Dateityp: BGA database zu speichern. Klicken Sie OK, sobald das Datensicherung abgeschlossen-Fenster angezeigt wird. Erstellen Sie einen Screenshot vom Desktop. Speichern Sie den Screenshot als TC 5.5_1. Stellen Sie sicher, dass eine Datei mit dem Namen bgabackup-JAHR-MONAT-TAG angezeigt wird. Schließen Sie BG Analytics®.
Erwartete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> Wie auf Abbildung TC 5.5_1 ersichtlich, wird eine Datei mit dem Namen bgabackup-JAHR-MONAT-TAG angezeigt.
Beobachtete Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> Wie in TC 5.5_1 dargestellt, wird eine Datei namens bgabackup-JAHR-MONAT-TAG angezeigt: <input type="checkbox"/>Ja <input type="checkbox"/>Nein
Abweichungsbericht #:	

Bestanden oder Nicht bestanden:	
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)	
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)	

5.6 Prüfung und Genehmigung

Dieser vervollständigte **Abschnitt 5** mit der Bezeichnung **Betriebsqualifizierung des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten und der BG Analytics®-Software** dokumentiert, dass das System alle spezifizierten Tests bestanden hat und bei bestimmungsgemäßer Verwendung eine angemessene Leistung erbringen wird.

Prüfung und Genehmigung	
_____	_____
Unterschrift: Bevollmächtigter Datum	

Titel	
_____	_____
Unterschrift: Bevollmächtigter Datum	

Titel	

6 Abschließender Überprüfungsbericht

6.1 Abschließender Überprüfungsbericht	
Zweck:	Bietet einen Überblick über die Ergebnisse der Testläufe.
Abschnitte 3 Prüfung:	Abschnitt N/A <input type="checkbox"/>
	TC 3.1 Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> TC 3.2 Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> TC 3.3 Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> TC 3.4 Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> TC 3.5 Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> TC 3.6 Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Notizen: Abschnitt entspricht den erforderlichen Spezifikationen: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Abschnitte 4 Prüfung:	Abschnitt N/A <input type="checkbox"/>
	TC 4.1 Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> TC 4.2 Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Notizen: Abschnitt entspricht den erforderlichen Spezifikationen: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Abschnitte 5 Prüfung:	Abschnitt N/A <input type="checkbox"/>
	TC 5.1 Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> TC 5.2 Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> TC 5.3 Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> TC 5.4 Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> TC 5.5 Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Notizen: Abschnitt entspricht den erforderlichen Spezifikationen: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Zusätzliche Tests:	N/A <input type="checkbox"/>
	TC ____ Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> TC ____ Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> TC ____ Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> TC ____ Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> TC ____ Bestanden <input type="checkbox"/> Nicht bestanden <input type="checkbox"/> Notizen: Zusätzliche Tests entsprechen den erwarteten Ergebnissen: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
System Bestanden oder Nicht bestanden:	
Durchgeführt von: (Unterschrift/Datum)	
Überprüft von: (Unterschrift/Datum)	

6.2 Prüfung und Genehmigung

Dieser vervollständigte **Abschnitt 5** mit der Bezeichnung **Abschließende Betriebsqualifizierung des Lab Kinetics Plattenphotometers mit Inkubatorfunktion und 8 Kavitäten und der BG Analytics® Software** dokumentiert, dass das System alle spezifizierten Tests bestanden hat und bei bestimmungsgemäßer Verwendung eine angemessene Leistung erbringen wird.

Prüfung und Genehmigung	
_____	_____
Unterschrift: Bevollmächtigter	Datum

Titel	
_____	_____
Unterschrift: Bevollmächtigter	Datum

Titel	

7 Anhänge

7.1 Schulungsnachweise

7.2 Objektive Nachweise

7.3 Zusätzliche Tests

7.4 Abweichungsbericht #:

7.5 Problembehebungsbericht

7.6 Wartungsdokumentationen

Kontaktinformationen

Unternehmenszentrale

Associates of Cape Cod, Inc.

124 Bernard E. Saint Jean Drive
East Falmouth, MA 02536-4445 USA
Tel: (888) 395-2221 oder (508) 540-3444
Fax: (508) 540-8680
E-Mail: custservice@acciusa.com
www.acciusa.com

Großbritannien

Associates of Cape Cod Int., Inc.

Deacon Park, Moorgate Road
Knowsley, Liverpool L33 7RX
Großbritannien
Tel: (44) 151-547-7444
Fax: (44) 151-547-7400
E-Mail: info@acciuk.co.uk
www.acciuk.co.uk

Europa

Associates of Cape Cod Europe GmbH

Opelstrasse 14
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Deutschland
Tel: (49) 61 05-96 10 0
Fax: (49) 61 05-96 10 15
E-mail: service@acciusa.de
www.acciusa.de

Bevollmächtigter Vertreter



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague, The Netherlands

Hinweis: Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Verwendete Symbole



Indicates compliance with the requirements of all the applicable EU directives



In Vitro Diagnostic Device



Product Model Name



Manufacturer



EU Representative

Revisionsverlauf

Rev 2: Die Abschnitte Download-Verfahren, Bevollmächtigter Vertreter, Revisionsverlauf und Verwendete Symbole wurden hinzugefügt. Geänderter Abschnitt 5.3. Kleinere Klarstellungen und Formatierungen.