



BG Analytics®

Verifikačný protokol systému

G_2015 Rev3 2022-08-06

REF BGA007



IVD

Tento výrobok je určený na použitie v in vitro diagnostike a len na profesionálne použitie
Pre pokyny vo vašom jazyku navštívte stránku www.acciusa.com



ASSOCIATES OF
CAPE COD
INCORPORATED

124 Bernard E. Saint Jean Drive • E. Falmouth, MA 02536 USA

Telephone: (508) 540-3444
Toll-Free: (888) 395-2221
Fax: (508) 540-8680
Technical Support: (800) 848-3248
Customer Service: (800) 525-8378

Tento dokument bol vypracovaný na používanie pre zákazníkov a oprávnený personál spoločnosti Associates of Cape Cod, Inc. Na informácie uvedené v tomto návode sa vzťahuje autorské právo. Návod sa nesmie v akejkoľvek podobe kopírovať, rozmnožovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Associates of Cape Cod, Inc.

Na výrobok sa nevzťahujú žiadne výslovné ani vyplývajúce obchodné vyhlásenia.

G_2015 Rev3

Microsoft®, Microsoft® .NET, Windows® 10 sú registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Windows® a logo Windows sú ochrannými známkami skupiny Microsoft.

BG Analytics® a Fungitell STAT® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Associates of Cape Cod, Inc.

Inkubačnú čítačku skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics vyrába spoločnosť Lab Kinetics LLC.

Obsah

1	Prehľad	5
1.1	Účel	5
2	Plán verifikácie systému	5
2.1	Rozsah	5
2.2	Opis komponentov na testovanie	6
2.3	Potrebné špecifikácie	8
2.4	Plán verifikácie systému laboratória	9
2.5	Úlohy	9
2.6	Zoznam zásob potrebných na vykonanie tohto verifikačného protokolu systému	12
2.7	Postup	13
2.8	Akceptačné kritériá	14
2.9	Miesto pre vyplnený verifikačný protokol systému	14
2.10	Kontrola a schválenie	14
3	Kvalifikácia na inštaláciu inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics	15
3.1	Dokumentácia kalibrácie testovacieho prípadu	15
3.2	Nastavenie testovacieho prípadu inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics	16
3.3	Testovací prípad inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics	17
3.4	Vyhodnotenie testovacieho prípadu inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics	19
3.5	Verifikácia teploty testovacieho prípadu inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics	20
3.6	Kontrola a schválenie	22
4	Kvalifikácia inštalácie softvéru BG Analytics®	23
4.1	Inštalácia testovacieho prípadu softvéru BG Analytics®	23
4.2	Inštalácia testovacieho prípadu snímača čiarových kódov	25
4.3	Kontrola a schválenie	26
5	Prevádzková kvalifikácia inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics a softvéru BG Analytics®	27
5.1	Verifikácia testovacieho prípadu prenosu dát	27
5.2	Verifikácia testovacieho prípadu zozbierania, uloženia, analýzy a doručenie výsledku testov	29
5.3	Verifikácia BG Analytics® nahlasovanie testovacieho prípadu výsledkov testu	32
5.4	Verifikácia testovacieho prípadu ukladania dát a možností vyhľadávania	35
5.5	Verifikácia testovacieho prípadu schopnosti zálohovania dát	36
5.6	Kontrola a schválenie	37

6	Závěrečná verifikačná správa	38
6.1	Závěrečná verifikačná správa	38
6.2	Kontrola a schválenie	39
7	Prílohy	40
7.1	Záznamy o školeniach	40
7.2	Objektívne dôkazy	41
7.3	Dodatočné testovanie.....	42
7.4	Správa o nezrovnalosti	43
7.5	Správa o riešení problému	44
7.6	Údržba	45

1 Prehľad

1.1 Účel

Tento verifikačný protokol systému je vytvorený tak, aby potvrdil, či systém (systém pozostáva z inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics a softvéru BG Analytics® nainštalovaného na hostiteľskom počítači) vykonáva svoje požadované funkcie presne a spoľahlivo. Konkrétne jednotlivé testovacie prípady (uvádzané aj ako číslo TC) uvedené v tomto verifikačnom protokole systému sú navrhnuté tak, aby preukázali, zdokumentovali, vyhodnotili a potvrdili, či systém pracuje podľa svojho účelu.

V tomto protokole sú použité nasledujúce skratky produktov:

- **Prístroj PKF08** (alebo **PKF08**) pre inkubačnú čítačku skúmaviek s 8 jamkami spoločnosti Lab Kinetics
- **BGA** alebo **BG Analytics®** pre softvér BG Analytics®
- **Fungitell STAT®** pre detekčný test Fungitell STAT® (1,3)-B-D-glukanu

Preložené verzie tohto verifikačného protokolu systému sú k dispozícii na stiahnutie na stránke: www.acciusa.com.

2 Plán verifikácie systému

2.1 Rozsah

Rozsah verifikačného protokolu systému pre PKF08 a BGA definuje proces, ktorým sa budú prístroj PKF08 a softvér BG Analytics® verifikovať pre ich zamýšľaný účel. V požadovaných špecifikáciách je uvedený účel a funkcie, ktoré sa vyžadujú od prístroja a softvéru podľa definície v potrebách používateľa. Tento verifikačný protokol systému špecifikuje, že každá potrebná špecifikácia sa otestuje na vopred stanovenom testovacom prípade, ktorý je uvedený v časti Kvalifikácia na inštaláciu a Kvalifikácia na prevádzku. Každý vykonaný testovací prípad zahŕňa formálny záznam o očakávaných a spozorovaných výsledkoch. Záverečná verifikačná správa poskytuje prehľad o stave vykonaných testovacích prípadov a formálne dokumentuje, či systém spĺňa potrebné špecifikácie.

Tento verifikačný protokol systému je rozdelený na nasledujúce časti:

- **Časť 3 Kvalifikácia na inštaláciu inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics** potvrdzuje, že prístroj PKF08 je nainštalovaný podľa špecifikácií výrobcu a že funkčné skúšky boli vykonané a zdokumentované s očakávanými výsledkami.
- **Časť 4 Kvalifikácia na inštaláciu softvéru BG Analytics®** inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics potvrdzuje, že softvér je nainštalovaný podľa špecifikácií výrobcu a že funkčné skúšky boli vykonané a zdokumentované s očakávanými výsledkami.
- **Časť 5 Prevádzková kvalifikácia inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics a softvéru BG Analytics®** potvrdzuje, že systém pracuje v stanovených medziach a toleranciách.
- **Časť 6 Záverečná verifikačná správa** poskytuje prehľad o príslušných skúšobných prípadoch a ich výsledkoch a o záverečnom rozhodnutí o stave systému.
- **Časť 7 Prílohy** sa používa na uloženie dokumentácie o zázname školení skúšača, objektívnych dôkazoch, ďalšom testovaní, správy o nezhodách, správy o vyriešení problémov a dokumentácie o údržbe.

Spoločnosť Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) sa snaží poskytovať usmernenie, expertízu a pomoc na mieste s verifikáciou inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics a softvéru BG Analytics®. Oprávnená osoba (zastupujúca laboratórium) má identifikovať, či rozsah tohto verifikačného protokolu systému spĺňa miestne požiadavky, potreby a očakávaná a môže ďalej upravovať plán verifikácie systému. Bod 2.4 Laboratórny plán verifikácie systému (Tabuľka 4) sa musí použiť na formálne zdokumentovanie konkrétneho plánu pre laboratórium, v ktorom je systém trvalo umiestnený.

V prípade nehody v postupe, očakávaných výsledkoch alebo spozorovaných výsledkoch v rámci určitého testovacieho prípadu sa musí na zdokumentovanie problému požiť správa o nezhodách. Správa o nezhodách má obsahovať nasledovné: odkaz na testovací prípad, číslo správy, opis nehody, vyšetrovanie nehody, opis riešenia a kategória riešenia.

Neúspešný testovací prípad sa môže znova vykonať po riadnom zdokumentovaní zlyhania v správe o nezhodách. Na zdokumentovanie postupu pre opätovné vykonanie testovacieho prípadu sa má použiť vopred schválená správa o riešení problému. Správa o riešení problému má obsahovať nasledovné: odkaz na testovací prípad, opis neúspechu, nápravné opatrenia, očakávané výsledky a spozorované výsledky.

Šablóny pre správu o nezhodách, správu o riešení problému, dodatočné testovanie a údržbu sú dostupné v elektronickej forme na požiadanie.

2.2 Opis komponentov na testovanie

V rozsahu verifikačného protokolu systému sa otestujú tri komponenty.

2.2.1 Inkubačná čítačka skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics

Prístroj PKF08 je inkubačná absorpčná čítačka skúmaviek vybavená ôsmymi (8) jamkami. Každá jamka sa číta a časuje samostatne a zber dát sa začína okamžite po vložení reakčnej skúmavky. Prístroj PKF08 je naprojektovaný tak, aby ekvilibroval a udržiaval teplotu $37\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ počas 10-minútového inkubačného kroku a počas doby testu 40 minút. Digitálne hodnoty sa získavajú v dvoch vlnových dĺžkach: 405 nm (primárna) a 495 nm (sekundárna), ktoré sú prenášané z prístroja PKF08 do počítača, ktorý hostuje softvér BG Analytics® Prístroj PKF08 je navrhnutý tak, aby prijímal skúmavky s priemerom 12 mm. Počas inkubácie sa na prípravu a predúpravu vzoriek môžu použiť depyrogenované borokremičité sklo s rozmermi 12x75 mm. Je však nevyhnutné, aby sa test vykonával v 12x65 mm skúmavkách s plochým dnom, ktoré sú dodávané ako reagent Fungitell STAT®.

Environmentálne požiadavky na prevádzku PKF08 sú uvedené v tabuľke 1. Ďalšie informácie pozrite v návode na použitie od inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics (návod na použitie inkubačnej kinetickej čítačky skúmaviek), ktorý je poskytovaný v papierovej verzii spolu s prístrojom PKF08 (alebo je dostupný na stiahnutie na adrese www.acciusa.com).

Tabuľka 1. Požiadavky na okolie pre prístroj PKF08

Požiadavky na okolie pre prístroj PKF08	Opis
Laboratórne podmienky	Rovný a stabilný povrch, mimo od zariadení, ktoré môžu spôsobiť nadmerné vibrácie alebo elektronický šum Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu
Teplota okolia	15°C – 30°C
Okolité vlhkosť	< 70 %
Príkon	100-240 VAC pri 50/60 Hz
Pripojenie k elektrickej zásuvke	Upravovač výkonu (je súčasťou dodávky prístroja PKF08) Zdroj neprerušovaného napájania (UPS) (doplnok)

2.2.2 Softvér BG Analytics®

Digitálne hodnoty prenášané prístrojom PKF08 dostáva softvér BG Analytics® a sú konvertované na hodnoty optickej hustoty (OD). Zníženie dát zahŕňa výpočet pomeru (sklonu) súpravy kinetických dát delta OD (405 – 495 nm) aplikovaním lineárnej regresie na rozsah medzi 1900 a 2400 sekúnd.

Softvér BG Analytics® zapisuje získané dáta do nezdieleanej lokálnej databázy SQLite, ktorá sa označuje ako databáza BG Analytics. Databáza poskytuje možnosti vyhľadávania na základe niekoľkých kritérií. Ďalšie informácie pozrite v návode na použitie od BG Analytics® G_1867.

Softvér BG Analytics® treba nainštalovať na kompatibilný hostiteľský počítač, ktorý spĺňa minimálne požiadavky uvedené v tabuľke 2:

Tabuľka 2: Minimálne systémové požiadavky pre hostiteľský počítač softvéru BG Analytics®

Systémová požiadavka na hostiteľský počítač	Opis
Operačný systém	Microsoft® Windows® 10 64 bit, verzia 1809 alebo novšia
Fyzická pamäť	Minimum: 4 GB Odporúčaná: 8 GB
Miesto na pevnom disku	Minimum: 10 GB Odporúčané: 15 GB a viac
Komunikačné porty	Minimálne jeden voľný USB port (alebo dva (2), ak sa používa snímač čiarových kódov)

Ďalšie požiadavky:

- Používateľské konto Microsoft® Windows
 - Softvér BG Analytics® je nainštalovaný na hostiteľskom počítači s databázou SQLite nainštalovanou lokálne na konto používateľa:
 - Môže sa použiť zdieľané laboratórne používateľské konto Microsoft® Windows.
 - Ak sa má používať niekoľko používateľských kont Microsoft® Windows, BGA ich musí nainštalovať každé jednotlivo.
- Pripojenie k snímaču čiarových kódov (doplnkové)
 - BGA je naprojektovaný tak, aby bol kompatibilný s každým snímačom čiarových kódov, ktorý je nakonfigurovaný v režime snímača predajného bodu HID USB. Napríklad sú to snímače čiarových kódov Honeywell so zdravotníckym previazaním (napr. Honeywell PN 1950HHD, Honeywell 1950HSR). Ďalšie informácie si pozrite v návode na použitie od snímača čiarových kódov.
- Pripojenie k tlačiarni
- Informácie o antivírovej ochrane
 - Jednoznačne odporúčame, aby na hostiteľskom počítači softvéru BG Analytics® bol nainštalovaný a bežal antivírusový softvér s najnovšou aktualizáciou. Spoločnosť ACC odporúča dodržiavať laboratórne bezpečnostné politiky.

2.2.3 Test Fungitell STAT®

Pomocou softvéru BG Analytics® sa gradient vzorky porovnáva s gradientom normy, ktorá poskytuje indexnú hodnotu. Indexná hodnota vzorky je kategoricky interpretovaná ako záporný, neurčitý alebo kladný výsledok v závislosti od rozsahov kategórií indexnej hodnoty, uvedených v tabuľke 3. Ďalšie informácie pozrite s pokynoch na použitie pre Fungitell STAT® (PN002603).

Tabuľka 3. Indexné hodnoty podľa opisu v pokynoch na použitie pre Fungitell STAT®

Vykazovateľné výsledky Fungitell STAT®	
Výsledok	Indexová hodnota
Negatívny	≤ 0,74
Neurčitý	0,75 – 1,1
Pozitívny	≥ 1,2

Poznámka: Test Fungitell STAT® je pre laboratórne diagnostické použitie v sére pacientov. Preto odporúčame test vykonávať v biologickej bezpečnostnej skrinke, aby sa zvýšila bezpečnosť operátora počas práce s klinickými

vzorkami. Tento verifikačný protokol systému neobsahuje použitie klinických vzoriek, odporúča sa však, aby sa protokol vykonával v takých podmienkach okolia, ktoré sa zhodujú so zamýšľaným použitím, teda vnútri biologickej bezpečnostnej skrinky.

2.3 Potrebne špecifikácie

Požadované špecifikácie pre inkubačnú čítačku skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics a softvér BG Analytics® sú uvedené nižšie:

- Prístroj PKF08 sa musí pred inštaláciou v laboratóriu nakonfigurovať v ACC.
- Prístroj PKF08 sa musí nainštalovať podľa požiadaviek výrobcu a špecifikácií pre okolie.
- Prístroj PKF08 musí vykazovať stanovený výkon na základe nasledujúcich údajov o výkone a ich špecifikáciách:
 - Teplota – vykazovaná ako priemer teplôt nameraných počas 5 minút prostredníctvom zabudovaného sledovateľného tepelného senzora NIST
 - Signál – priemerná intenzita vln (digitálne hodnoty, DH) nameraná počas 5 minút
 - Pomer signálu a šumu – štandardná odchýlka digitálnych hodnôt počas 5 minút
- Prístroj PKF08 musí byť schopný prenášať údaje časom do softvéru BG Analytics® v určených vlnových dĺžkach, 405 nm a 495 nm, vrátane inkubačnej teploty.
- BG Analytics® musí byť nainštalovaný v laboratóriu podľa požiadaviek.
- BG Analytics® musí pri použití čítačky čiarových kódov prijímať reagent Fungitell STAT®, štandardný roztok Fungitell STAT®, LRW, APS a identifikátory vzoriek pacienta.
- Prístroj PKF08 a BG Analytics® musia zbierať, analyzovať a ukladať údaje testu vo vloženej databáze po skončení testu, keď sa používa s testom Fungitell STAT® ako pomôcka pri klinickej diagnostike invazívnej hubovej infekcie.
- BG Analytics® musí po skončení testu zobraziť na obrazovke výsledok testu pacienta.
- BG Analytics® musí zobraziť buď kategoricky záporný výsledok alebo neplatný výsledok, keď sa LRW používa ako záporná kontrola.
- BG Analytics® musí zobrazovať kinetickú stopu vzorky, keď sú identifikované určité neplatné podmienky kvality.
- BG Analytics® musí poskytovať zostavu, ktorá sa dá vytlačiť a exportovať, s jedným ID vzorky na stranu.
- BG Analytics® musí poskytovať možnosti na vyhľadávanie v rámci databázy podľa čísla šarže štandardného roztoku, čísla šarže reagentu, ID vzorky a ID používateľa.
- BG Analytics® musí poskytovať možnosť zálohovania databázy SQLite.

2.4 Plán verifikácie systému laboratória

Verifikačný protokol systému sa dá vykonávať úplne v písomnej forme, poprípade; oprávnená osoba (ako je uvedené v bode 2.5.3 Záznam personálu) môže identifikovať a zaznamenať časti tohto protokolu ako nehodiace sa (N/A) alebo zdefinovať dodatočné testovanie, aby spĺňalo lokálne požiadavky, potreby a očakávania. Na zaznamenanie toho, ktorá časť (ak taká existuje) je N/A, parafovaná a s dátumom, treba použiť tabuľku 4.

Tabuľka 4. Plán verifikácie systému laboratória

Časť č.	Opis časti	Otestovaný komponent	Nehodiace sa? Iniciály/dátum
3	IQ PKF08	Inkubačná čítačka skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics	<input type="checkbox"/> N/A _____
4	IQ BGA	Softvér BG Analytics®	<input type="checkbox"/> N/A _____
5	OQ z PKF08 a BGA	Inkubačná čítačka skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics a softvér BG Analytics®	<input type="checkbox"/> N/A _____
7.3	Dodatočné testovanie	_____	<input type="checkbox"/> N/A _____

Časti zaznamenané ako N/A sa nevykonajú a nevezmú sa do úvahy pri zvažovaní toho, či verifikačný protokol systému PREŠIEL v časti 6 Záverečná verifikačná správa.

2.5 Úlohy

Úlohy sú kategorizované ako:

2.5.1 Dodávateľ

Tento verifikačný protokol systému je navrhnutý tak, aby ho vykonávala zaškolená osoba zastupujúca dodávateľa. Kontaktné informácie na dodávateľa dodávajúceho prístroj PKF08, softvér BG Analytics® a Fungitell STAT® treba vyplniť v tabuľke 5.

Tabuľka 5. Kontaktné informácie dodávateľa

Informácie o dodávateľovi	
Názov	Associates of Cape Cod, Inc.
Adresa	124 Bernard E. Saint Jean Drive East Falmouth MA 02536 USA
Tel. č.	001-508-540-3444
Kontakt na technické služby	E-mail: TechnicalServices@acciusa.com Tel. č.: 001-888-848-3248
Lokálny oprávnený dodávateľ	Meno: E-mail: Tel. č.

2.5.2 Laboratórium

Predpokladá sa, že tento verifikačný protokol systému skontrolujete a prijme laboratórium, v ktorom je systém trvalo umiestnený. Informácie o laboratóriu treba vyplniť v tabuľke 6.

Tabuľka 6. Informácie o laboratóriu

Informácie o laboratóriu	
Názov laboratória	
Názov spoločnosti/nemocnice	
Adresa	
Tel. č.	
Primárny kontakt	Názov: E-mail: Tel. č.

2.5.3 Denník personálu

Zaznamenajte meno a titul oprávnenej osoby (zastupujúcej vyššie uvedené laboratórium) zodpovednej za dozor umiestnenia prístroja PKF08 a softvéru BG Analytics® (vrátane výkonu tohto protokolu):

Rola: Oprávnená osoba	
Meno:	Pozícia:
Podpis:	Dátum:

Zapíšte mená a pozície celého personálu zapojeného do realizácie tohto protokolu:

Rola: Skúšač	
Meno:	Pozícia:
Podpis:	Dátum:

Rola: Kontrolór	
Meno:	Pozícia:
Podpis:	Dátum:

Rola: _____	
Meno:	Pozícia:
Podpis:	Dátum:

2.5.4 Dokumentácia o školení o tomto verifikačnom protokole systému

V časti 7 Prílohy zdokumentujte, že osoby uvedené v bode 2.5.3 Záznam personálu ako skúšachi sú vyškolené o obsahu tohto protokolu.

2.6 Zoznam zásob potrebných na vykonanie tohto verifikačného protokolu systému

Kompletný zoznam zásob potrebných na vykonanie tohto protokolu je uvedený v tabuľke 7. Žiadny z materiálov nesmie obsahovať interferujúce glukány. Sklo sa musí depyrogenovať suchým teplom aspoň 7 hodín pre teplota minimálne 235 °C (alebo v rámci validovaného ekvivalentu) na to, aby bolo vhodné na použitie.

Tabuľka 7. Potrebné zásoby

Zásoby	Dodávateľ	ACC USA Katalógové číslo*	Potrebné množstvo	Podmienky uskladnenia
Inkubačná čítačka skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics a BG Analytics*	ACC	PKF08-PKG	1	Okolité
Súprava Fungitell STAT® (10 liekoviek reagentu STAT + 5 liekoviek štandardného roztoku STAT)	ACC	FT007	2 súpravy	2 – 8 °C
Alkalický predprípravný roztok (APS)	ACC	APS51-5	1 liekovka	2 – 30 °C
250 µL pipetové špičky	ACC*	PPT25	1 balenie	Okolité
1000 µL pipetové špičky	ACC*	PPT10	1 balenie	Okolité
Dlhé pipetové špičky 20 - 200 µL	ACC*	TPT50	1 balenie	Okolité
12x75 mm depyrogenované borokremičité sklené skúmavky	ACC	TB240-5	1 balenie	Okolité
Reagenčná voda LAL (LRW)	ACC	W0051-10	1 fľaša	2 – 30 °C
Stojany na skúmavky s priemerom 12 mm	Ľubovoľné		2	Okolité
Vortexové miešadlo	Ľubovoľné		1	Okolité
Parafilm® M	Ľubovoľné		1	Okolité
Nastaviteľná pipeta pre objemy 100 - 1000 µL	Ľubovoľné		1	Okolité
Nastaviteľná pipeta pre objemy 20 - 200 µL	Ľubovoľné		1	Okolité

*Alebo ekvivalent dostupný od regionálneho autorizovaného dodávateľa

2.7 Postup

Dodržiavajte nižšie uvedený postup v uvedenom poradí. Testovacie prípady v každej časti sú poskytované pre vytvorenie objektívnych dôkazov, že prístroj PKF08 a softvér BG Analytics® spĺňajú požadované špecifikácie.

- Personál vykonávajúci alebo kontrolujúci každú časť tohto protokolu musí vyplniť záznam personálu v bode 2.5.3 Záznam personálu.
- Personál vykonávajúci tento protokol musí vyplniť všetky časti tohto protokolu, pokiaľ nie sú zaznamenané ako N/A v tabuľke 4.
- Oprávnená osoba môže v každej časti identifikovať, zaznamenať a vhodne zdôvodniť, ak je niektorý testovací prípad N/A.
- Personál vykonávajúci tento protokol musí vykonať všetky testovacie prípady v rámci príslušnej časti okrem tých, ktoré sú zaznamenané ako N/A.
- Personál vykonávajúci tento protokol musí zhromaždiť objektívne dôkazy podľa stanovené v postupe každého testovacieho prípadu a zdokumentovať spozorované dôkazy.
- Personál vykonávajúci tento protokol musí vytlačiť všetky objektívne dôkazy stanovené v očakávaných výsledkov (snímky obrazovky, správy atď.), označiť ich referenčným číslom a uložiť v **časti 7 Príloha**.
- Personál vykonávajúci tento protokol musí pre každý testovací prípad zdokumentovať stav ÚSPEŠNÝ alebo NEÚSPEŠNÝ (okrem prípadov N/A).
- Personál vykonávajúci tento protokol musí zaznamenať každú nezrovnalosť od očakávaných výsledkov do správy o nezrovnalostiach a musí vyplniť správu v **časti 7 Prílohy**.
- Personál vykonávajúci tento protokol musí pri riešení problému dodržiavať predschválenú správu o riešení problému a musí vyplniť správu v **časti 7 Prílohy**.
- Oprávnená osoba musí skontrolovať, podpísať a datovať každý testovací prípad vrátane objektívnych dôkazov, správy o nezrovnalostiach a správy o riešení problému (ak existujú). Správa o nezrovnalostiach a správa o riešení problému sa musia zohľadniť pri rozhodovaní o stave dotknutého testovacieho prípadu.
- Oprávnená osoba musí identifikovať a pripraviť testovací prípad pre ďalšie testovanie (ak existuje). Testovacie prípady na dodatočné testovanie sa musia uložiť v **časti 7 Prílohy**.
- Personál vykonávajúci tento protokol musí vyplniť, podpísať a datovať bod 6.1 Záverečná verifikačná správa.
- Dve oprávnené osoby musia skontrolovať a schváliť každú príslušnú časť tohto protokolu.
- Údržba verifikovaného systému (napr. recalibrácia prístroja PKF08, vyčistenie databázy alebo inovácia softvéru BGA) sa môže sledovať a uložiť v **časti 7 Prílohy**.
- Oprávnená osoba musí založiť hotový verifikačný protokol systému na miesto uvedené v bode 2.9 Miesto hotového verifikačného protokolu systému.

2.8 Akceptačné kritériá

- Každý príslušný testovací prípad musí byť ÚSPEŠNÝ na to, aby bola časť tohto protokolu považovaná za spĺňajúcu. Samostatný testovací prípad, ktorý je zaznamenaný ako NEÚSPEŠNÝ, znamená nesplnenie celej časti, pokiaľ to oprávnená osoba nezdôvodnila ináč.
- Testovací prípad, ktorý je zaznamenaný ako NEÚSPEŠNÝ, sa nemôže vykonať znova bez zdokumentovanej správy o nezrovnalostiach a správy o riešení problému, ktoré musí predschrviť oprávnená osoba a musia sa priložiť k **časti 7 Prílohy**.
- Každá príslušná časť tohto protokolu musí spĺňať potrebné špecifikácie na to, aby mohol byť verifikačný protokol systému ÚSPEŠNÝ. Rozhodnutie treba zaznamenať v **časti 6 Záverečná verifikačná správa**.

2.9 Miesto pre vyplnený verifikačný protokol systému

Verifikačný protokol systému sa po vyplnení a kontrole uloží na mieste:

2.10 Kontrola a schválenie

Táto hotová **časť 2**, označená ako **plán verifikácie systému** tohto verifikačného protokolu systému primerane opisuje, ako zdokumentovať to, že inkubačná čítačka skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics a softvér BG Analytics® spĺňajú zamýšľaný účel a funkciu.

Kontrola a schválenie	
_____	_____
Podpis: Oprávnená osoba	Dátum

Pozícia	
_____	_____
Podpis: Oprávnená osoba	Dátum

Pozícia	

3 Kvalifikácia na inštaláciu inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics

3.1 Dokumentácia kalibrácie testovacieho prípadu	
<input type="checkbox"/> N/A Zdôvodnenie: _____ Iniciály/dátum: _____	
Zámer:	<i>Prístroj PKF08 sa musí pred inštaláciou v laboratóriu nakonfigurovať v ACC.</i>
Postup testu:	Prístroj PKF08 sa dodáva s osvedčením o kalibrácii. Tento dokument poskytuje dôkaz, že kritické funkcie prístroja PKF08 sú nakalibrované v rámci špecifikácií výrobcu.
Očakávané výsledky:	Osvedčenie o kalibrácii sa dodáva s prístrojom PKF08.
Sporované výsledky:	Osvedčenie o kalibrácii je dodané: <input type="checkbox"/> Áno, dátum kalibrácie: _____ <input type="checkbox"/> Nie
Správa o nezrovnalosti č.:	
Uspel alebo neuspel:	
Vyhotovil: (Podpis/dátum)	
Skontroloval: (Podpis/dátum)	

3.2 Nastavenie testovacieho prípadu inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics

N/A Zdôvodnenie: _____ Iniciály/dátum: _____

Zámer:	Prístroj PKF08 sa musí nainštalovať podľa požiadaviek výrobcu a špecifikácií pre okolie.
Podmienky:	Prístroj PKF08 bol prijatý. TC 3.1 bol úspešne vykonaný.
Referencie:	PKF08 Príručka pre používateľa čítačky inkubačnej kinetickej skúmavky
Postup testu:	<ol style="list-style-type: none"> Opatrne otvorte obal prístroja PKF08 a prístroj PKF08 preneste na čistý rovný povrch. Vizuálne skontrolujte vonkajšok prístroja PKF08, či nemá známky poškodenia, napr. škrabance, a všetky zistenia zaznamenajte do spozorovaných výsledkov. Z škatule vyberte všetky zvyšné komponenty (napájací kábel, USB komunikačný kábel, kondicionér výkonu a protiprachový kryt) a skontrolujte ich, či nemajú známky poškodenia. Všetky zistenia zaznamenajte do spozorovaných výsledkov. Ak nejaké materiály chýbajú alebo sú poškodené, spojte sa s technickými službami na adrese. TechnicalServices@acciusa.com.
Očakávané výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> Prístroj PKF08 je prítomný a nepoškodený. Všetky zvyšné komponenty sú prítomné a nepoškodené.
Spozorované výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> Prístroj PKF08 je prítomný a nepoškodený.: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie, _____ Všetky zvyšné komponenty sú prítomné a nepoškodené: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie,
Správa o nezrovnalosti č.:	
Uspel alebo neuspel:	
Vyhotovil: (Podpis/dátum)	
Skontroloval: (Podpis/dátum)	

3.3 Testovací případ inkubační čítačky skúmviek s 8 jamkami Lab Kinetics

N/A Zdôvodnenie: _____ Iniciály/dátum: _____

Zámer:	<i>Prístroj PKF08 sa musí nainštalovať podľa požiadaviek výrobcu a špecifikácií pre okolie.</i>
Podmienky:	Identifikácia teplomera: Model: _____ Sériové číslo: _____ Kal do: _____ Identifikácia vlhkomera: Model: _____ Sériové číslo: _____ Kal do: _____
Referencie:	Príručka pre používateľa Inkubačnej čítačky kinetickej skúmvky PKF08
Postup testu:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do spozorovaných výsledkov zapíšte laboratórne okolité podmienky. 2. Potvrďte, či okolité podmienky spĺňali požiadavky v spozorovaných výsledkoch. 3. Ak sú okolité podmienky splnené, pripojte prístroj PKF08 k uzemnenej zásuvke v sieti pomocou dodaného kondicionéru výkonu (a ako doplnok cez UPS). 4. Do spozorovaných výsledkov zapíšte informácie o prístroji PKF08.
Očakávané výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> • Okolité podmienky sú zdokumentované a spĺňajú požiadavky. • Informácie o prístroji PKF08 sú zdokumentované. • Prístroj PKF08 je nainštalovaný.
Spozorované výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> • Okolité podmienky: <ul style="list-style-type: none"> ○ Okolité teplota: _____ °C (požadovaná 15 - 30 °C) ○ Okolité vlhkosť: _____ % (požadovaná < 70 %) ○ Elektrina: _____ VAC (požadovaná 100-240 VAC pri 50/60 Hz) • Okolité podmienky spĺňajú požiadavky: <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie, _____
	<ul style="list-style-type: none"> • Informácie o prístroji PKF08: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sériové číslo: ○ Pripojenie cez kondicionér výkonu: <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie ○ Vyhotovenie/model: ○ Pripojenie cez UPS (doplnkové): <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie ○ Vyhotovenie/model: • Prístroj PKF08 je nainštalovaný: <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Správa o nezrovnalosti č.:	

Uspěl alebo neuspěl:	
Vyhotovil: (Podpis/dátum)	
Skontroloval: (Podpis/dátum)	

3.4 Vyhodnotenie testovacieho prípadu inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics

N/A Zdôvodnenie: _____ Iniciály/dátum: _____

Zámer:	<i>Prístroj PKF08 sa musí nainštalovať podľa požiadaviek výrobcu a špecifikácií pre okolie.</i>		
Podmienky:	Bol skončený TC 3.3. Nastavenie I ôsmich 12x75 mm depyrogenovaných borokremičitých sklenených skúmaviek		
Referencie:	Príručka pre používateľa inkubačnej kinetickej skúmavky		
Postup testu:	<ol style="list-style-type: none"> Zapnite PKF08. Nechajte PKF08 prejsť inicializáciou. Vložte 12x75 mm skúmavky do všetkých ôsmich jamiek. Sledujte výkon prístroja PKF08 ako je vysvetlené v očakávaných výsledkoch. Zdokumentujte v spozorovaných výsledkoch. 		
Očakávané výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> Po zapnutí PKF08 – žiadna vložená skúmavka: <ul style="list-style-type: none"> LCD obrazovka sa zapne Na LCD obrazovke sa ukáže sériové číslo a vlnová dĺžka Všetky LED diódy prázdnych jamiek sú červené Po vložení 12x75 mm skúmaviek do všetkých ôsmich jamiek: <ul style="list-style-type: none"> Všetky skúmavky sa dajú vložiť úplne Všetky LED diódy jamiek sa zmenia na zelené 		
Spozorované výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> Po zapnutí PKF08 – žiadna vložená skúmavka: <ul style="list-style-type: none"> LCD obrazovka je zapnutá <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie LCD obrazovka ukazuje sériové číslo a vlnovú dĺžku <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie Všetky LED diódy prázdnych jamiek sú červené <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie Po vložení 12x75 mm skúmaviek do všetkých ôsmich jamiek: <ul style="list-style-type: none"> Všetky skúmavky sa dajú úplne vložiť <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie Všetky LED diódy jamiek sa zmenia na zelené <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie 		
Správa o nezrovnalosti č.:			
Uspel alebo neuspel:			
Vyhotovil: (Podpis/dátum)			
Skontroloval: (Podpis/dátum)			

3.5 Verifikácia teploty testovacieho prípadu inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics

N/A Zdôvodnenie: _____ Inicialy/dátum: _____

Zámer:	<p><i>Prístroj PKF08 musí vykazovať stanovený výkon na základe nasledujúcich údajov o výkone a ich špecifikáciách:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Teplota – vykazovaná ako priemer teplôt nameraných počas 5 minút prostredníctvom zabudovaného sledovateľného tepelného senzora NIST</i> • <i>Signál - priemerná intenzita vln (digitálne hodnoty, DH) nameraná počas 5 minút</i> • <i>Pomer signálu a šumu – štandardná odchýlka digitálnych hodnôt počas 5 minút</i>
Podmienky:	<p>PKF08 bol zapnutý aspoň 20 minút.</p> <p>Bol skončený TC 3.4.</p> <p>Všetky skúmavky sú vybrané z PKF08.</p> <p>Externý počítač s číslom verzie kalibračného nástroja PKF08: _____</p>
Postup testu:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pomocou USB komunikačného kábla pripojte prístroj PKF08 k externému počítaču hostujúcemu kalibračný nástroj PKF08. 2. Spustíte kalibračný nástroj PKF08. 3. Na domácej obrazovky vyberte v rozbaľovacej ponuke Prístroj sériové číslo PKF08. 4. Kliknite na tlačidlo Automatická kalibrácia. 5. Povoľte kalibračnému nástroju PKF08 spustiť kalibračný proces. 6. Po dokončení kliknite na Tlač a pomenujte ako 3.5_6. 7. Vyhodnoťte údaje na vstupe (as found) a výstupe (as left) uvedené v časti Výsledky výkonu podľa špecifikácií uvedených v Očakávaných výsledkoch. 8. Zdokumentujte v spozorovaných výsledkoch. 9. Zatvorte kalibračný nástroj PKF08.
Očakávané výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazené v TC 3.5_6 pod Výsledkami výkonu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Identifikovaná aktívna súprava bánk 405 nm ○ Oznámená priemerná teplota: 37 ± 1 °C ○ Optická intenzita aktívnej banky 405 nm pre každé číslo vlny: $\geq 36\ 000$ ○ Optická intenzita banky 495 nm pre každé číslo vlny: $\geq 36\ 000$ ○ Pomer signálu a šumu aktívnej banky 405 nm: > 261 ○ Pomer signálu a šumu banky 495 nm: > 261
Spozorované výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazené v TC 3.5_6, Výsledky výkonu na vstupe (as found): <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktívna banka 405 nm: _____ ○ Priemerná teplota: 37 ± 1 °C: <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie ○ Optická intenzita aktívnej banky 405 nm pre každé číslo vlny $\geq 36\ 000$: <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie ○ Optická intenzita banky 495 nm pre každé číslo vlny $\geq 36\ 000$: <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie ○ Pomer signálu a šumu aktívnej banky 405 nm > 261: <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie ○ Pomer signálu a šumu banky 495 nm > 261: <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie • Výsledky výkonu na výstupe (as left): <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktívna banka 405 nm: _____ ○ Priemerná teplota: 37 ± 1 °C: <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie ○ Optická intenzita aktívnej banky 405 nm pre každé číslo vlny $\geq 36\ 000$: <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie ○ Optická intenzita banky 495 nm pre každé číslo vlny $\geq 36\ 000$: <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie ○ Pomer signálu a šumu aktívnej banky 405 nm > 261: <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie ○ Pomer signálu a šumu banky 495 nm: > 261: <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

Správa o nezrovnalosti č.:	
Uspel alebo neuspel:	
Vyhotovil: (Podpísať/uviesť dátum)	
Skontroloval: (Podpis/dátum)	

3.6 Kontrola a schválenie

Táto vyplnená časť 3, identifikovaná ako **Kvalifikácia na inštaláciu inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics**, dokumentuje, že prístroj PKF08 úspešne prešiel všetkým testovaním špecifikovaných procesov, na ktoré je určený.

Kontrola a schválenie	
_____	_____
Podpis: Oprávnená osoba	Dátum
Pozícia	
_____	_____
Podpis: Oprávnená osoba	Dátum
Pozícia	

4 Kvalifikácia inštalácie softvéru BG Analytics®

4.1 Inštalácia testovacieho prípadu softvéru BG Analytics®	
<input type="checkbox"/> N/A Zdôvodnenie: _____ Iniciály/dátum: _____	
Zámer:	Softvér BG Analytics® musí byť nainštalovaný v laboratóriu podľa požiadaviek výrobcu.
Podmienky:	<p>Počítač spĺňajúci minimálne požiadavky systému (Win10 64-bitový, verzia 1809 alebo novšia) s minimálne jedným dostupným USB portom pripraveným na inštaláciu.</p> <p>Vyhrazené lokálne používateľské konto Windows®.</p> <p>Stiahnite softvér BG Analytics® zo softvérového portálu ACC https://portal.acciusa.com podľa pokynov v návode na použitie BG Analytics® (G_1867) v bode 1.3 pre kroky registrácie a v bode 2.5 pre kroky inštalácie</p>
Referencie:	<p>Návod na použitie BG Analytics® (G_1867)</p> <p>Softvérový portál ACC https://portal.acciusa.com</p>
Postup testu:	<ol style="list-style-type: none"> V spozorovaných výsledkoch potvrdte, či špecifikácie počítača spĺňajú minimálne požiadavky. V spozorovaných výsledkoch zaznamenajte ID počítača, určené ID používateľa a verziu softvéru BG Analytics®. Nainštalujte softvér BG Analytics® na hostiteľský počítač pod určeným ID lokálneho používateľa Windows®. Pri prvom spustení si pozrite a prijmite licenčnú zmluvu pre koncového používateľa softvéru BG Analytics® a dostanete sa na domovskú obrazovku. Spravte snímku domovskej obrazovky BG Analytics®. Snímku obrazovky uložte ako TC 4.1_1. Overte, že na domovskej obrazovke BG Analytics® je zobrazený Štart testu a Zobrazíť výsledky. Zatvorte BG Analytics®. Na počítači prejdite k tlačidlu Štart a kliknite pravým tlačidlom na BG Analytics®. Kliknite na tlačidlo Viac a Pripnúť na panel úloh, čím vytvoríte ikonu na paneli úloh.
Očakávané výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> Počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky. Softvér BG Analytics® bol úspešne nainštalovaný. Ako vidíte na obrázku TC 4.1_1, na domovskej obrazovke BG Analytics® je zobrazený Štart testu a Zobrazíť výsledky.
Spozorované výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> Počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie Informácie o počítači a softvéri: <ul style="list-style-type: none"> ID počítača: _____ ID používateľa na hosťujúcom počítači: _____ Verzia softvéru BG Analytics® _____: Softvér BG Analytics® bol úspešne nainštalovaný: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie Ako vidíte na obrázku TC 4.1_1, na domovskej obrazovke BG Analytics® je zobrazený Štart testu a Zobrazíť výsledky: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie
Správa o nezrovnalosti č.:	

Uspel alebo neuspel:	
Vyhotovil: (Podpísať/uviesť dátum)	
Skontroloval: (Podpis/dátum)	

4.2 Inštalácia testovacieho prípadu snímača čiarových kódov

N/A Zdôvodnenie: Všetky informácie sa budú zadávať iba ručne (cez klávesnicu) Iniciály/dátum: _____

Zámer:	BG Analytics® musí pri použití čítačky čiarových kódov prijímať reagent Fungitell STAT®, štandardný roztok Fungitell STAT® a identifikátory vzoriek pacienta.
Podmienky:	Nakonfigurovaný skener čiarových kódov spĺňa odporúčania dodávateľa. Softvér BG Analytics® je nainštalovaný a zatvorený.
Referencie:	Návod na použitie softvéru BG Analytics® (G_1867) Návod na použitie Snímača čiarových kódov
Postup testu:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do spozorovaných výsledkov zapíšte popis snímača čiarových kódov. 2. Nainštalujte nakonfigurovaný skener na hostiteľský počítač podľa postupu výrobcu pre inštaláciu. 3. Spustíte softvér BG Analytics®. 4. Kliknite na tlačidlo Spustiť test. 5. Keď ste v obrazovke Nastavenie testu, naskenujte dostupné čiarové kódy (ak existujú). 6. Spravte snímku obrazovky s vyplnenými poľami na obrazovke Nastavenie testu. 7. Snímku obrazovky uložte ako TC 4.2_1. 8. Overte, či BGA správne vyplnil informácie na položkách čiarových kódov.
Očakávané výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> • Snímač čiarových kódov spĺňa odporúčania dodávateľa. • Snímač čiarových kódov bol úspešne nainštalovaný. • Ako vidíte na obrázku TC 4.2_1, na obrazovke BG Analytics® Nastavenie testu sú správne vyplnené všetky informácie o čiarovom kóde.
Spozorované výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> • Opis snímača čiarových kódov: _____ • Snímač čiarových kódov spĺňa odporúčanie dodávateľa: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie • Snímač čiarových kódov bol úspešne nainštalovaný: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie • Ako vidíte na obrázku TC 4.2_1, na obrazovke BG Analytics® Nastavenie testu sú správne vyplnené všetky informácie o čiarovom kóde: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie
Správa o nezrovnalosti č.:	
Uspel alebo neuspel:	
Vyhotovil: (Podpis/dátum)	
Skontroloval: (Podpis/dátum)	

4.3 Kontrola a schválenie

Táto vyplnená časť 4 identifikovaná ako **Kvalifikácia na inštaláciu softvéru BG Analytics® dokumentuje**, že softvér je správne nainštalovaný a že úspešne prešiel všetkým testovaním špecifikovaných procesov, na ktoré je určený.

Kontrola a schválenie	
_____	_____
Podpis: Oprávnená osoba	Dátum
Pozícia	
_____	_____
Podpis: Oprávnená osoba	Dátum
Pozícia	

5 Prevádzková kvalifikácia inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics a softvéru BG Analytics®

5.1 Verifikácia testovacieho prípadu prenosu dát	
<input type="checkbox"/> N/A Zdôvodnenie: _____ Iniciály/dátum: _____	
Zámer:	Prístroj PKF08 musí byť schopný prenášať údaje časom do softvéru BG Analytics® pri vlnovej dĺžke 405 nm a 495nm, vrátane inkubačnej teploty.
Podmienky:	IQ PKF08 a IQ BGA boli skončené. PKF08 bol zapnutý aspoň 20 minút. Všetky skúmavky sú vybrané z PKF08.
Referencie:	Návod na použitie BG Analytics® (G_1867)
Postup testu:	<ol style="list-style-type: none"> Spustíte softvér BG Analytics®. Kliknite na tlačidlo Spustiť test. Na BGA sa zobrazí obrazovka Verifikovanie prístroja a absolvuje samotest v trvaní minimálne 30 sekúnd. Spravte si snímku obrazovky Verifikovanie prístroja. Snímku obrazovky uložte ako TC 5.1_1. Verifikujte, či BGA zobrazuje všetky parametre ako je uvedené v očakávaných výsledkoch. Po skončení samotestu sa BGA prepne do obrazovky Nastavenie testu. Spravte snímku obrazovky Nastavenie testu. Snímku obrazovky uložte ako TC 5.1_2. Verifikujte, či prenesená teplota je 37 °C ± 1 °C.
Očakávané výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> Ako vidíte na obrázku TC 5.1_1, na obrazovke BG Analytics® Verifikovanie prístroja je zobrazené: <ul style="list-style-type: none"> Prebieha samotest... Sériové číslo PKF08 Prenesená teplota Stav: Pripojený Ako vidíte na obrázku TC 5.1_2, po samoteste prejde BGA do obrazovky Nastavenie testu. Ako vidíte na obrázku TC 5.1_2, prenesená teplota ja 37 °C ± 1 °C.
Spozorované výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> Ako vidíte na obrázku TC 5.1_1, na obrazovke BG Analytics® Verifikovanie prístroja je zobrazené: <ul style="list-style-type: none"> Prebieha samotest... <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie Sériové číslo PKF08: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie Prenesená teplota: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie Stav: Pripojený <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie Ako vidíte na obrázku TC 5.1_2, po samoteste prejde BGA do obrazovky Nastavenie testu: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie Ako vidíte na obrázku TC 5.1_2, prenesená teplota je 37 °C ± 1 °C: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie
Správa o nezrovnalosti č.:	
Uspel alebo neuspel:	

Vyhotovil: (Podpísať/uviesť dátum)	
Skontroloval: (Podpis/dátum)	

5.2 Verifikácia testovacieho prípadu zozbierania, uloženia, analýzy a doručenie výsledku testov

□ N/A Zdôvodnenie: _____ Iniciály/dátum: _____

Zámer:	<p><i>Prístroj PKF08 a BG Analytics® musia zbierať, analyzovať a ukladať údaje testu vo vloženej databáze po skončení testu, keď sa používa s testom Fungitell STAT® ako pomôcka pri klinickej diagnostike invazívnej hubovej infekcie.</i></p> <p><i>BG Analytics® musí po skončení testu zobraziť na obrazovke výsledky testu pacienta.</i></p> <p><i>BG Analytics® musí poskytovať zostavu, ktorá sa dá vytlačiť a exportovať, s jedným ID vzorky (výsledok testu) na stranu.</i></p>
Podmienky:	IQ PKF08 a IQ BGA boli skončené.
Referencie:	Návod na použitie BG Analytics® (G_1867) Pokyny pre použitie Fungitell STAT® (PN002603)
Postup testu:	<ol style="list-style-type: none">1. Spustíte softvér BG Analytics®.2. Kliknite na tlačidlo Spustiť test.3. Počkajte na obrazovku Nastavenie testu.4. Napíšte ID používateľa.5. Použite nainštalovaný snímač čiarových kódov alebo do každého poľa napíšte číslo šarže a informácie o expirácii (Šarža štandardu, Šarža reagentu, Šarža APS, Šarža vody).6. Napíšte ID vzoriek pre všetky sedem (7) vzoriek, napr. "OQ1", "OQ2" atď.7. Spravte snímku obrazovky Nastavenie testu.8. Snímku obrazovky uložte ako TC 5.2_1.9. Verifikujte, či sú všetky zadané dáta správne zobrazené na obrazovke Nastavenie testu.10. Kliknite na tlačidlo Štart a prejdete do obrazovky Inkubovanie.11. Pripravte dve skúmavky (2) Fungitell STAT® STD (STAT STD):<ol style="list-style-type: none">a. Každú rekonštituujte s merným objemom LRW ako je uvedené na etikete, miešajte vortexovým miešadlom 15 sekúnd a zakryte.b. Do každej skúmavky pridajte merný objem APS ako je uvedené na etikete, miešajte vortexovým miešadlom 15 sekúnd a zakryte.12. Keď ste na obrazovke Inkubovanie, vložte obe skúmavky STAT STD do ľubovoľnej jamky prístroja PKF08 ma 10-minútovú inkubáciu.13. Spravte si snímku obrazovky Inkubovanie.14. Snímku obrazovky uložte ako TC 5.2_2.15. Verifikujte, či stav dvoch jamiek je "Inkubovanie" a či oba časovače odpočítavajú z hodnoty 10:00 minút.16. Počas inkubácie rekonštituujte osem (8) skúmaviek Fungitell STAT® RGT (STAT RGT) s 300 µl LRW a miešajte vortexovým miešadlom každú skúmavku nie viac než 5 sekúnd.17. Keď sa stav jamiek oboch skúmaviek zmení na "Inkubovanie hotové", vyberte obe skúmavky z prístroja PKF08 a zjednoťte ich pipetovaním celého objemu z jednej skúmavky do druhej.18. Združenú skúmavku STAT STD miešajte vortexovým miešačom 15 sekúnd.19. Preneste 75 µL zo spoločného STAT STD do každého z ôsmich STAT RGT.

	<ol style="list-style-type: none"> 20. Každú STAT RTG miešajte vortexovým miešadlom, ale nie viac než 5 sekúnd a zakryte ich. 21. Keď vás BGA vyzve pokračovať v zbieraní dát, kliknite na tlačidlo Áno. 22. Na obrazovke Zbieranie dát vložte každú skúmavku s STAT RGT samostatne do prístroja PKF08 a začne sa 40-minútové zbieranie dát. 23. Spravte si snímku obrazovky Zbieranie dát. 24. Snímku obrazovky uložte ako TC 5.2_3. 25. Verifikujte, či stav všetkých jamiek je "Zbieranie" a či všetky časovače odpočítavajú z hodnoty 40:00 minút. 26. Test nechajte dobehnúť do konca. 27. Keď BGA zobrazí hlásenie "Test sa skončil", kliknite na tlačidlo Zobrazíť výsledky. 28. Spravte snímku obrazovky výsledku testu BG Analytics®. 29. Snímku obrazovky uložte ako TC 5.2_4. 30. Verifikujte, či je na obrazovke Výsledok testu zobrazená hlavička obsahujúca informácie o teste a výsledky testov vzoriek OQ1 a OQ2. 31. Kliknite na tlačidlo Tlačíť a vytlačí sa celá správa pozostávajúca zo 7 strán. 32. Uložte každú stranu od TC 5.2_5 po TC 5.2_11. 33. Verifikujte, či sú na každej strane správy zobrazené parametre ako je uvedené v očakávaných výsledkoch. 34. Kliknite na tlačidlo Export a správa sa vyexportuje ako súbor BG Analytics. Ako miesto pre exportovanie zvolte plochu a kliknite na tlačidlo Uložiť. 35. Spravte si snímku obrazovky plochy. 36. Snímku obrazovky uložte ako TC 5.2_12. 37. Verifikujte, či bol súbor BG Analytics úspešne exportovaný. 38. Otvorte exportovaný súbor a vytlačte exportované výsledky. 39. Správy uložte ako TC 5.2_13 až TC 5.2_19. 40. Verifikujte, či sa správy TC 5.2_13 až TC 5.2_19 zhodujú so správami TC 5.2_5 až TC 5.2_11. 41. Zatvorte BG Analytics®.
<p>Očakávané výsledky:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ako vidíte na obrázku TC 5.2_1, na obrazovke Nastavenie testu sú zobrazené všetky zadané dáta správne. • Ako vidíte na obrázku TC 5.2_2, stav dvoch jamiek je "Inkubovanie" a či oba časovače odpočítavajú z hodnoty 10:00 minút. • Ako vidíte na obrázku TC 5.2_3, stav všetkých jamiek je "Zbieranie" a či všetky časovače odpočítavajú z hodnoty 40:00 minút. • Ako vidíte na obrázku TC 5.2_4, na obrazovke Výsledok testu je zobrazená hlavička obsahujúca informácie o teste a výsledky testov vzoriek OQ1 a OQ2. • Ako vidíte na obrázku TC 5.2_5 – TC 5.2_11, každá strana správy zobrazuje nasledujúce parametre: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hlavička s informáciami o teste ○ ID vzorky ○ Časť vzorky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stav QC: Platný – V rozsahu ▪ Index: v rozmedzí 0,75 – 1,2 ▪ Kategória vzorky: Neurčitá alebo pozitívna • Ako vidíte na obrázku TC 5.2_12, správa bola exportovaná ako súbor BG Analytics. • Ako vidíte na obrázkoch TC 5.2_13 až TC 5.2_19, exportované správy sa so správami TC 5.2_5 až TC 5.2_11.

Spozorované výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> • Ako vidíte na obrázku TC 5.2_1, na obrazovke Nastavenie testu sú zobrazené všetky zadané dáta správne: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie • Ako vidíte na obrázku TC 5.2_2, stav dvoch jamiek je "Inkubovanie" a či oba časovače odpočítavajú z hodnoty 10:00 minút: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie • Ako vidíte na obrázku TC 5.2_3, stav všetkých jamiek je "Zbieranie" a či všetky časovače odpočítavajú z hodnoty 40:00 minút: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie • Ako vidíte na obrázku TC 5.2_4, na obrazovke Výsledok testu je zobrazená hlavička obsahujúca informácie o teste a výsledky testov vzoriek OQ1 a OQ2: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie • Ako vidíte na obrázku TC 5.2_5 – TC 5.2_11, každá strana správy zobrazuje nasledujúce parametre: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hlavička s informáciami o teste: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ○ ID vzorky: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ○ Časť vzorky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stav QC: Platný – V rozsahu <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ▪ Index: v rozmedzí 0,75 – 1,2 <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ▪ Kategória vzorky: Neurčitá alebo pozitívna <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie • Správa bola exportovaná ako súbor BG Analytics ako vidíte na obrázku TC 5.2_12: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie • Ako vidíte na obrázkoch TC 5.2_13 až TC 5.2_19, exportované správy sa so správami TC 5.2_5 až TC 5.2_11. <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie
Správa o nezrovnalosti č.:	
Uspel alebo neuspel:	
Vyhotovil: (Podpísať/uviesť dátum)	
Skontroloval: (Podpis/dátum)	

5.3 Verifikácia BG Analytics® nahlasovanie testovacieho prípadu výsledkov testu

□ N/A Zdôvodnenie: _____ Iniciály/dátum: _____

Zámer:	<i>BG Analytics® musí zobrazíť buď kategoricky záporný výsledok alebo neplatný výsledok, keď sa LRW používa ako záporná kontrola. BG Analytics® musí zobrazovať kinetickú stopu vzorky, keď sú identifikované určité neplatné podmienky kvality.</i>
Podmienky:	IQ PKF08 a IQ BG Analytics® boli skončené.
Referencie:	Návod na použitie BG Analytics® (G_1867) Pokyny pre použitie Fungitell STAT® (PN002603)
Postup testu:	<ol style="list-style-type: none">1. Spustíte softvér BG Analytics®.2. Kliknite na tlačidlo Spustiť test.3. Počkajte na obrazovku Nastavenie testu.4. Napíšte ID používateľa.5. Použite nainštalovaný snímač čiarových kódov alebo do každého poľa napíšte číslo šarže a informácie o expirácii (Šarža štandardu, Šarža reagentu, Šarža APS, Šarža vody).6. Napíšte ID vzoriek pre vzorky 1, 2 a 3 ako LRW1, LRW2, LRW3.7. Napíšte ID vzoriek pre vzorky 4, 5 a 6 ako Non recon 1, Non recon 2, Non recon 3.8. Do poznámok napíšte nasledujúci text: "OQ TC 5.3"9. Kliknite na tlačidlo Štart a prejdete do obrazovky Inkubovanie.10. Pripravte jednu skúmavku so STAT STD:<ol style="list-style-type: none">a. STAT STD rekonštituujte s merným objemom LRW ako je uvedené na etikete, miešajte vortexovým miešadlom 15 sekúnd a zakryte.b. Do STAT STD pridajte merný objem APS ako je uvedené na etikete, miešajte vortexovým miešadlom 15 sekúnd a zakryte.11. Príprava vzorky 1, 2 a 3:<ol style="list-style-type: none">a. Premiestnite 50 µl LRW do troch prázdnych skúmaviek 12x75 mm.b. Do každej pridajte 200 µl APS.c. Miešajte 15 sekúnd vortexovým miešadlom a zakryte.12. Na obrazovke Inkubácia vložte STAT STD a vzorky 1, 2 a 3 do určených jamiek prístroja PKF08 na 10-minútovú inkubáciu.13. Počas inkubácie rekonštituujte štyri (4) skúmavky STAT RGT s 300 µl LRW a miešajte vortexovým miešadlom každú skúmavku nie viac než 5 sekúnd. Vezmite ďalšie tri (3) skúmavky STAT RGT, ale nerekonštituujte ich (aby ste mali celkovo štyri rekonštituované a tri nerekonštituované skúmavky STAT RGT).14. Keď sa stav skúmavky zmení na "Inkubácia hotová", vyberte všetky skúmavky z prístroja PKF08 a každú skúmavku miešajte vortexovým miešadlom 5 sekúnd.15. Premiestnite 75 µl STAT STD do rekonštituovanej skúmavky STAT RGT.16. Premiestnite 75 µl z každej zo vzoriek 1, 2 a 3 v skúmavkách do príslušných rekonštituovaných skúmaviek STAT RGT.17. Premiestnite 75 µl LRW do každej z troch nerekonštituovaných skúmaviek STAT RGT.18. Prvé štyri (rekonštituované) skúmavky RGT miešajte vortexovým miešadlom maximálne 5 sekúnd a zakryte ich. Nerekonštituované skúmavky RGT miešajte vortexovým miešadlom, iba ich zakryte.19. Keď vás BGA vyzve pokračovať v zbieraní dát, kliknite na tlačidlo Áno.20. Na obrazovke Zbieranie dát vložte každú skúmavku s STAT RGT samostatne do prístroja PKF08 a začne sa 40-minútové zbieranie dát.21. Keď BGA zobrazí hlásenie "Test sa skončil", kliknite na tlačidlo Zobrazíť výsledky.

	<p>22. Kliknite na tlačidlo Print a vytlačí sa vygenerovaná správa.</p> <p>23. Správy označte ako TC 5.3_1 až TC 5.3_6.</p> <p>24. Skontrolujte, či správy pre ID vzoriek: LRW1, LRW2 a LRW3 zobrazujú parametre ako je stanovené v Očakávaných výsledkoch.</p> <p>25. Skontrolujte, či správy pre ID vzoriek: Non recon 1, Non recon 2, Non recon 3 zobrazujú parametre ako je stanovené v Očakávaných výsledkoch.</p> <p>26. Verifikujte, či je v správe zobrazený text zadaný v hlavičke pod poznámkami: "OQ TC 5.3".</p> <p>27. Zatvorte softvér BGA.</p>
<p>Očakávané výsledky:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ako je zobrazené na obrázkoch TC 5.3_1 až TC 5.3_6, v správe je zobrazený text zadaný v hlavičke pod poznámkami: "OQ TC 5.3". • Ako je zobrazené na obrázkoch TC 5.3_1, TC 5.3_2 a TC 5.3_3, správy pre ID vzoriek: LRW1, LRW2, LRW3 zobrazujú jeden z nižšie uvedených výstupov: <ul style="list-style-type: none"> ○ Výstup 1 <ul style="list-style-type: none"> ○ Časť vzorky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stav QC: Platný – Pod rozsahom ▪ Index: Index nevypočítaný ▪ Kategória vzorky: Záporná ○ Výstup 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ Časť vzorky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stav QC: Neplatný – Nie nad 0 pri 500 ▪ Index: Index nevypočítaný ▪ Kategória vzorky: Nie na ohlásenie ○ Znázornenie vzorového kinetického znázornenia (delta OD (405 – 495 nm) vs. Čas (s)) ○ Úsek Y, sklon a hodnoty R stanovené od 1900 do 2400 sekúnd • Ako vidíte na obrázkoch TC 5.3_4, TC 5.3_5 a TC 5.3_6, správy pre ID vzoriek: Non recon 1, Non recon 2, Non recon 3 zobrazujú: <ul style="list-style-type: none"> ○ Časť vzorky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stav QC: Neplatný – Nie nad 0 pri 500 alebo Neplatné-Koniec OD ▪ Index: Index nevypočítaný ▪ Kategória vzorky: Nie na ohlásenie ○ Znázornenie vzorového kinetického znázornenia (delta OD (405 – 495 nm) vs. Čas (s)) ○ Úsek Y, sklon a hodnoty R stanovené od 1900 do 2400
<p>Sporozované výsledky:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ako je zobrazené na obrázkoch TC 5.3_1 až TC 5.3_6, v správe je zobrazený text zadaný v hlavičke pod poznámkami: "OQ TC 5.3". <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie • Ako je zobrazené na obrázkoch TC 5.3_1, TC 5.3_2 a TC 5.3_3, správy pre ID vzoriek: LRW1, LRW2, LRW3 zobrazujú jeden z nižšie uvedených výstupov: <ul style="list-style-type: none"> ○ Výstup 1 <ul style="list-style-type: none"> ○ Časť vzorky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stav QC: Platný – Pod rozsahom <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ▪ Index: Index nevypočítaný <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ▪ Kategória vzorky: Záporná <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ○ Výstup 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ Časť vzorky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stav QC: Neplatný – Nie nad 0 pri 500 <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ▪ Index: Index nevypočítaný <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ▪ Kategória vzorky: Nie na ohlásenie <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ○ Znázornenie vzorového kinetického znázornenia (delta OD (405 – 495 nm) vs. Čas (s)): <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ○ Úsek Y, sklon a hodnoty R stanovené od 1900 do 2400 sekúnd: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie • Ako vidíte na obrázkoch TC 5.3_4, TC 5.3_5 a TC 5.3_6, správy pre ID vzoriek: Non recon 1, Non recon 2, Non recon 3 zobrazujú:

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Časť vzorky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stav QC: Neplatný – Nie nad 0 pri 500 alebo Neplatné-Koniec OD <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ▪ Index: Index nevypočítaný <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ▪ Kategória vzorky: Nie na ohlásenie <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ○ Znázornenie vzorového kinetického znázornenia (delta OD (405 – 495 nm) vs. Čas (s)) <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie ○ Úsek Y, sklon a hodnoty R stanovené od 1900 do 2400 <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie
Správa o nezrovnalosti č.:	
Uspel alebo neuspel:	
Vyhotovil: (Podpis/dátum)	
Skontroloval: (Podpis/dátum)	

5.4 Verifikácia testovacieho prípadu ukladania dát a možností vyhľadávania

□ N/A Zdôvodnenie: _____ Iniciály/dátum: _____

Zámer:	<i>BG Analytics® musí poskytovať možnosti na vyhľadávanie v rámci databázy podľa čísla šarže štandardného roztoku, čísla šarže reagentu, ID vzorky a ID používateľa.</i>
Podmienky:	IQ PKF08 a IQ BG Analytics® skončené. Bol skončený TC 5.3.
Referencie:	Návod na použitie BG Analytics® (G_1867)
Postup testu:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spustíte softvér BG Analytics®. 2. Kliknite na tlačidlo Zobraziť výsledky. 3. Kliknite na pole Hľadať, aby ste lokalizovali záznam od ID vzorky. Napište "LRW1", čo je ID vzorky. 4. Kliknite na tlačidlo Nájsť a zobrazia sa výsledky vyhľadávania. 5. Spravte snímku obrazovky História testu. 6. Snímku obrazovky uložte ako TC 5.4_1. 7. Overte, či je zobrazený iba výsledok vzorky "LRW1". 8. Kliknite dvakrát na riadok vzorky "LRW1" a kliknite na tlačidlo Tlačiť, aby sa vytlačila vygenerovaná správa. 9. Správu uložte ako TC 5.4_2. 10. Verifikujte, či sa vygeneruje rovnaká správa o teste ako pri TC 5.3_1. 11. Zatvorte BG Analytics®.
Očakávané výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> • Ako vidíte na obrázku TC 5.4_1, BGA umožňuje vyhľadávanie podľa ID vzorky. • Ako vidíte na obrázku TC 5.4_2, po ďalšom otvorení je správa vzorky "LRW1" rovnaká ako obrázok TC 5.3_1.
Spozorované výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> • Ako vidíte na obrázku TC 5.4_1, BGA umožňuje vyhľadávanie podľa ID vzorky.: <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie • Ako vidíte na obrázku TC 5.4_2, po ďalšom otvorení je správa vzorky "LRW1" rovnaká ako obrázok TC 5.3_1. <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie
Správa o nezrovnalosti č.:	
Uspel alebo neuspel:	
Vyhotovil: (Podpísať/uviesť dátum)	
Skontroloval: (Podpis/dátum)	

5.5 Verifikácia testovacieho prípadu schopnosti zálohovania dát

N/A Zdôvodnenie: _____ Iniciály/dátum: _____

Zámer:	<i>BG Analytics® musí poskytovať možnosť zálohovania databázy SQLite.</i>
Podmienky:	IQ PKF08 a IQ BG Analytics® boli skončené.
Referencie:	Návod na použitie BG Analytics® (G_1867)
Postup testu:	<ol style="list-style-type: none">1. Spustíte softvér BG Analytics®.2. Kliknite na tlačidlo Zálohovať.3. Ako miesto pre uloženie kópie databázy zvolte plochu hosťujúceho počítača.4. Kliknite na tlačidlo Uložiť pod predvoleným názvom súboru vo formáte bgabackup-ROK-MESIAC-DEŇ ako typ: databáza BGA.5. Kliknite na tlačidlo OK a potvrdí sa Zálohovanie skončené.6. Spravte si snímku obrazovky plochy.7. Snímku obrazovky uložte ako TC 5.5_1.8. Verifikujte, či je zobrazený súbor s názvom bgabackup-ROK-MESIAC-DEŇ.9. Zatvorte BG Analytics®.
Očakávané výsledky:	<ul style="list-style-type: none">• Ako vidíte na obrázku TC 5.5_1, je zobrazený súbor s názvom bgabackup-ROK-MESIAC-DEŇ.
Sporozované výsledky:	<ul style="list-style-type: none">• Ako vidíte na obrázku TC 5.5_1, je zobrazený súbor s názvom bgabackup-ROK-MESIAC-DEŇ. <input type="checkbox"/>Áno <input type="checkbox"/>Nie
Správa o nezrovnalosti č.:	
Uspel alebo neuspel:	
Vyhotovil: (Podpis/dátum)	
Skontroloval: (Podpis/dátum)	

5.6 Kontrola a schválenie

Táto vyplnená časť 5, identifikovaná ako **Kvalifikácia na prevádzku inkubačnej čítačky skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics a softvéru BG Analytics®**, dokumentuje, že systém prešiel všetkým určeným testovaním a bude pri použití na účely, na ktoré je určený, bude podávať správny výkon.

Kontrola a schválenie	
_____	_____
Podpis: Oprávnená osoba	Dátum

Pozícia	
_____	_____
Podpis: Oprávnená osoba	Dátum

Pozícia	

6 Závěrečná verifikační správa

6.1 Závěrečná verifikační správa	
Zámer:	Poskytnúť prehľad o výsledkoch testovacích prípadov
Revízia časti 3:	<div style="text-align: right;">Časť N/A <input type="checkbox"/></div> <p>TC 3.1 Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p> <p>TC 3.2 Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p> <p>TC 3.3 Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p> <p>TC 3.4 Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p> <p>TC 3.5 Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p> <p>Poznámky: Časť spĺňa požadované špecifikácie: ÁNO <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
Revízia časti 4:	<div style="text-align: right;">Časť N/A <input type="checkbox"/></div> <p>TC 4.1 Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p> <p>TC 4.2 Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p> <p>Poznámky: Časť spĺňa požadované špecifikácie: ÁNO <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
Revízia časti 5:	<div style="text-align: right;">Časť N/A <input type="checkbox"/></div> <p>TC 5.1 Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p> <p>TC 5.2 Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p> <p>TC 5.3 Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p> <p>TC 5.4 Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p> <p>TC 5.5 Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p> <p>Poznámky: Časť spĺňa požadované špecifikácie: ÁNO <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
Dodatočné testovanie:	<div style="text-align: right;">N/A <input type="checkbox"/></div> <p>TC____Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/></p> <p>TC____Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/></p> <p>TC____Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/></p> <p>TC____Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/></p> <p>TC____Uspel <input type="checkbox"/> Neuspel <input type="checkbox"/></p> <p>Poznámky: Dodatočné testovanie spĺňa očakávané výsledky: ÁNO <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
System uspel alebo neuspel:	
Vyhotovil: (Podpísať/uviesť dátum)	
Skontroloval: (Podpis/dátum)	

6.2 Kontrola a schválenie

Táto vyplnená **časť 6**, identifikovaná ako **Záverečná verifikačná správa**, dokumentuje, že inkubačná čítačka skúmaviek s 8 jamkami Lab Kinetics a softvér BG Analytics® prešli všetkým určeným testovaním vo verifikačnom protokole systému a že pri použití na účely, na ktoré je určená, bude podávať správny výkon.

Kontrola a schválenie	
_____	_____
Podpis: Oprávnená osoba	Dátum

Pozícia	
_____	_____
Podpis: Oprávnená osoba	Dátum

Pozícia	

7 Přílohy

7.1 Záznamy o školeniach

7.2 Objektívne dôkazy

7.3 Dodatočné testovanie

7.4 Správa o nezrovnalosti

7.5 Správa o riešení problému

7.6 Údržba

Kontaktné informácie

Sídlo korporátnej spoločnosti

Associates of Cape Cod, Inc.

124 Bernard E. Saint Jean Drive
East Falmouth, MA 02536-4445 USA
Tel: (888) 395-2221 alebo (508) 540-3444
Fax: (508) 540-8680
E-mail: custservice@acciusa.com
www.acciusa.com

Spojené kráľovstvo

Associates of Cape Cod Int'l, Inc.

Deacon Park, Moorgate Road
Knowsley, Liverpool L33 7RX
United Kingdom
Tel: (44) 151-547-7444
Fax: (44) 151-547-7400
E-mail: info@acciuk.co.uk
www.acciuk.co.uk

Európa

Spolupracovníci s Cape Cod Europe GmbH

Opelstrasse 14
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Germany
Tel: (49) 61 05-96 10 0
Fax: (49) 61 05-96 10 15
E-mail: service@acciusa.de
www.acciusa.de

Oprávněný zástupca

 Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague, The Netherlands

Poznámka: vážny incident, ku ktorému došlo vo vzťahu k pomôcke, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému úradu členského štátu, v ktorom používateľ a/alebo pacient pôsobí.

Použité symboly



Označuje súlad s požiadavkami všetkých príslušných smerníc EU



In Vitro diagnostické zariadenie



Názov modelu produktu



Výrobca



EU Reprezentačný

História revízií

Rev 2: Pridané časti Postup pre sťahovanie, Oprávněný zástupca, História revízií a Použité symboly. Upravený bod 5.3. Malé vysvetlenia a formátovanie. Aktualizovaný názov dokumentu v rámci systému kvality.

Rev. 3: Upravené časti 2.3, 3.4 a 3.5 týkajúce sa použitia nového kalibračného nástroja PKF08.